# Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA G\Data\BG121918\
Data File : BG038746.D
Acq On : 20 Dec 2018 3:40
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

**Instrument :** BNA_G
**LabSampleId :** SSTDCCC040

Quant Time: Dec 20 07:43:34 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG121218.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Dec 12 15:26:27 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

| | | Compound | Amount | Calc. | %Dev | Area% | Dev(min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 1,4-Dichlorobenzene-d4 | 20.000 | 20.000 | 0.0 | 104 | 0.00 |
| 2 | | 1,4-Dioxane | 40.000 | 34.141 | 14.6 | 87 | 0.00 |
| 3 | | Pyridine | 40.000 | 33.813 | 15.5 | 73 | 0.00 |
| 4 | | n-Nitrosodimethylamine | 40.000 | 36.515 | 8.7 | 87 | 0.00 |
| 5 | S | 2-Fluorophenol | 80.000 | 77.816 | 2.7 | 101 | 0.00 |
| 6 | | Aniline | 40.000 | 37.553 | 6.1 | 97 | 0.00 |
| 7 | S | Phenol-d6 | 80.000 | 79.293 | 0.9 | 104 | 0.00 |
| 8 | | 2-Chlorophenol | 40.000 | 38.871 | 2.8 | 101 | 0.00 |
| 9 | | Benzaldehyde | 40.000 | 35.304 | 11.7 | 99 | 0.00 |
| 10 | C | Phenol | 40.000 | 39.670 | 0.8 | 103 | 0.00 |
| 11 | | bis(2-Chloroethyl)ether | 40.000 | 35.418 | 11.5 | 94 | 0.00 |
| 12 | | 1,3-Dichlorobenzene | 40.000 | 38.731 | 3.2 | 102 | 0.00 |
| 13 | C | 1,4-Dichlorobenzene | 40.000 | 37.810 | 5.5 | 100 | 0.00 |
| 14 | | 1,2-Dichlorobenzene | 40.000 | 39.196 | 2.0 | 105 | 0.00 |
| 15 | | Benzyl Alcohol | 40.000 | 39.562 | 1.1 | 99 | 0.00 |
| 16 | | 2,2'-oxybis(1-Chloropropane | 40.000 | 33.016 | 17.5 | 87 | 0.00 |
| 17 | | 2-Methylphenol | 40.000 | 39.825 | 0.4 | 102 | 0.00 |
| 18 | | Hexachloroethane | 40.000 | 36.870 | 7.8 | 98 | 0.00 |
| 19 | P | n-Nitroso-di-n-propylamine | 40.000 | 35.703 | 10.7 | 92 | 0.00 |
| 20 | | 3+4-Methylphenols | 40.000 | 39.759 | 0.6 | 102 | 0.00 |
| 21 | I | Naphthalene-d8 | 20.000 | 20.000 | 0.0 | 105 | 0.00 |
| 22 | | Acetophenone | 40.000 | 37.772 | 5.6 | 99 | 0.00 |
| 23 | S | Nitrobenzene-d5 | 80.000 | 75.243 | 5.9 | 98 | 0.00 |
| 24 | | Nitrobenzene | 40.000 | 36.994 | 7.5 | 97 | 0.00 |
| 25 | | Isophorone | 40.000 | 34.015 | 15.0 | 76 | 0.00 |
| 26 | C | 2-Nitrophenol | 40.000 | 39.479 | 1.3 | 103 | 0.00 |
| 27 | | 2,4-Dimethylphenol | 40.000 | 38.636 | 3.4 | 100 | 0.00 |
| 28 | | bis(2-Chloroethoxy)methane | 40.000 | 36.776 | 8.1 | 95 | 0.00 |
| 29 | C | 2,4-Dichlorophenol | 40.000 | 43.398 | -8.5 | 109 | 0.00 |
| 30 | | 1,2,4-Trichlorobenzene | 40.000 | 40.185 | -0.5 | 106 | 0.00 |
| 31 | | Naphthalene | 40.000 | 39.136 | 2.2 | 103 | 0.00 |
| 32 | | Benzoic acid | 40.000 | 36.473 | 8.8 | 95 | 0.01 |
| 33 | | 4-Chloroaniline | 40.000 | 40.164 | -0.4 | 102 | 0.00 |
| 34 | C | Hexachlorobutadiene | 40.000 | 40.800 | -2.0 | 105 | 0.00 |
| 35 | | Caprolactam | 40.000 | 38.301 | 4.2 | 105 | 0.01 |
| 36 | C | 4-Chloro-3-methylphenol | 40.000 | 39.651 | 0.9 | 105 | 0.00 |
| 37 | | 2-Methylnaphthalene | 40.000 | 40.249 | -0.6 | 106 | 0.00 |
| 38 | | 1-Methylnaphthalene | 40.000 | 40.249 | -0.6 | 106 | 0.00 |
| 39 | I | Acenaphthene-d10 | 20.000 | 20.000 | 0.0 | 116 | 0.00 |
| 40 | | 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene | 40.000 | 38.028 | 4.9 | 110 | 0.00 |
| 41 | P | Hexachlorocyclopentadiene | 40.000 | 30.707 | 23.2 | 87 | 0.00 |
| 42 | S | 2,4,6-Tribromophenol | 80.000 | 82.922 | -3.7 | 118 | 0.00 |
| 43 | C | 2,4,6-Trichlorophenol | 40.000 | 39.826 | 0.4 | 109 | 0.00 |
| 44 | | 2,4,5-Trichlorophenol | 40.000 | 39.858 | 0.4 | 110 | 0.00 |

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA G\Data\BG121918\
Data File : BG038746.D
Acq On : 20 Dec 2018 3:40
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

**Instrument :** BNA_G
**LabSampleId :** SSTDCCC040

Quant Time: Dec 20 07:43:34 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG121218.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Dec 12 15:26:27 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

| | | Compound | Amount | Calc. | %Dev | Area% | Dev(min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | S | 2-Fluorobiphenyl | 80.000 | 74.754 | 6.6 | 109 | 0.00 |
| 46 | | 1,1'-Biphenyl | 40.000 | 36.912 | 7.7 | 106 | 0.00 |
| 47 | | 2-Chloronaphthalene | 40.000 | 37.000 | 7.5 | 108 | 0.00 |
| 48 | | 2-Nitroaniline | 40.000 | 37.446 | 6.4 | 105 | 0.00 |
| 49 | | Acenaphthylene | 40.000 | 37.545 | 6.1 | 107 | 0.00 |
| 50 | | Dimethylphthalate | 40.000 | 37.221 | 6.9 | 107 | 0.00 |
| 51 | | 2,6-Dinitrotoluene | 40.000 | 37.328 | 6.7 | 107 | 0.00 |
| 52 | C | Acenaphthene | 40.000 | 37.437 | 6.4 | 108 | 0.00 |
| 53 | | 3-Nitroaniline | 40.000 | 38.733 | 3.2 | 109 | 0.00 |
| 54 | P | 2,4-Dinitrophenol | 40.000 | 36.469 | 8.8 | 107 | 0.00 |
| 55 | | Dibenzofuran | 40.000 | 38.232 | 4.4 | 112 | 0.00 |
| 56 | P | 4-Nitrophenol | 40.000 | 35.136 | 12.2 | 96 | 0.00 |
| 57 | | 2,4-Dinitrotoluene | 40.000 | 38.010 | 5.0 | 107 | 0.00 |
| 58 | | Fluorene | 40.000 | 38.372 | 4.1 | 110 | 0.00 |
| 59 | | 2,3,4,6-Tetrachlorophenol | 40.000 | 39.927 | 0.2 | 111 | 0.00 |
| 60 | | Diethylphthalate | 40.000 | 36.285 | 9.3 | 106 | 0.00 |
| 61 | | 4-Chlorophenyl-phenylether | 40.000 | 39.077 | 2.3 | 112 | 0.00 |
| 62 | | 4-Nitroaniline | 40.000 | 38.908 | 2.7 | 107 | 0.00 |
| 63 | | Azobenzene | 40.000 | 35.955 | 10.1 | 103 | 0.00 |
| 64 | I | Phenanthrene-d10 | 20.000 | 20.000 | 0.0 | 118 | 0.00 |
| 65 | | 4,6-Dinitro-2-methylphenol | 40.000 | 34.183 | 14.5 | 99 | 0.00 |
| 66 | c | n-Nitrosodiphenylamine | 40.000 | 38.197 | 4.5 | 112 | 0.00 |
| 67 | | 4-Bromophenyl-phenylether | 40.000 | 39.528 | 1.2 | 115 | 0.00 |
| 68 | | Hexachlorobenzene | 40.000 | 39.523 | 1.2 | 114 | 0.00 |
| 69 | | Atrazine | 40.000 | 38.715 | 3.2 | 110 | 0.00 |
| 70 | C | Pentachlorophenol | 40.000 | 36.306 | 9.2 | 103 | 0.00 |
| 71 | | Phenanthrene | 40.000 | 38.277 | 4.3 | 113 | 0.00 |
| 72 | | Anthracene | 40.000 | 38.380 | 4.0 | 112 | 0.00 |
| 73 | | Carbazole | 40.000 | 38.213 | 4.5 | 111 | 0.00 |
| 74 | | Di-n-butylphthalate | 40.000 | 36.467 | 8.8 | 106 | 0.00 |
| 75 | C | Fluoranthene | 40.000 | 37.410 | 6.5 | 112 | 0.00 |
| 76 | I | Chrysene-d12 | 20.000 | 20.000 | 0.0 | 119 | 0.00 |
| 77 | | Benzidine | 40.000 | 36.824 | 7.9 | 91 | 0.00 |
| 78 | | Pyrene | 40.000 | 36.887 | 7.8 | 111 | 0.00 |
| 79 | S | Terphenyl-d14 | 80.000 | 75.680 | 5.4 | 112 | 0.00 |
| 80 | | Butylbenzylphthalate | 40.000 | 36.563 | 8.6 | 105 | 0.00 |
| 81 | | Benzo(a)anthracene | 40.000 | 38.857 | 2.9 | 113 | 0.00 |
| 82 | | 3,3'-Dichlorobenzidine | 40.000 | 38.946 | 2.6 | 110 | 0.00 |
| 83 | | Chrysene | 40.000 | 38.039 | 4.9 | 112 | 0.00 |
| 84 | | Bis(2-ethylhexyl)phthalate | 40.000 | 36.620 | 8.5 | 104 | 0.00 |
| 85 | c | Di-n-octyl phthalate | 40.000 | 36.772 | 8.1 | 103 | 0.00 |
| 86 | | Indeno(1,2,3-cd)pyrene | 40.000 | 38.169 | 4.6 | 109 | -0.01 |
| 87 | I | Perylene-d12 | 20.000 | 20.000 | 0.0 | 116 | 0.00 |

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA G\Data\BG121918\
Data File : BG038746.D
Acq On : 20 Dec 2018 3:40
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

**Instrument :** BNA_G
**LabSampleId :** SSTDCCC040

Quant Time: Dec 20 07:43:34 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG121218.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Dec 12 15:26:27 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

| | Compound | Amount | Calc. | %Dev | Area% | Dev(min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Benzo(b)fluoranthene | 40.000 | 39.169 | 2.1 | 111 | 0.00 |
| 89 | Benzo(k)fluoranthene | 40.000 | 38.051 | 4.9 | 108 | 0.00 |
| 90 C | Benzo(a)pyrene | 40.000 | 38.940 | 2.7 | 110 | 0.00 |
| 91 | Dibenzo(a,h)anthracene | 40.000 | 38.408 | 4.0 | 109 | 0.00 |
| 92 | Benzo(g,h,i)perylene | 40.000 | 37.921 | 5.2 | 107 | 0.00 |

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0