Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG102121\
Data File : BG050660.D
Acq On : 21 Oct 2021 9:39
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Oct 21 11:11:18 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG100621.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Oct 14 10:56:22 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	94	0.00
2		1,4-Dioxane	0.693	0.550	20.6	75	0.00
3		Pyridine	1.892	1.614	14.7	81	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.892	0.787	11.8	86	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.337	1.243	7.0	90	0.00
6		Aniline	2.250	2.138	5.0	94	0.00
7	S	Phenol-d6	1.936	1.883	2.7	95	0.00
8		2-Chlorophenol	1.288	1.286	0.2	98	0.00
9		Benzaldehyde	1.429	1.218	14.8	89	0.00
10	C	Phenol	1.883	1.829	2.9	96	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.469	1.386	5.7	93	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.486	1.421	4.4	95	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.498	1.418	5.3	94	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.431	1.363	4.8	95	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.530	1.549	-1.2	100	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.396	2.216	7.5	92	0.00
17		2-Methylphenol	1.239	1.243	-0.3	100	0.00
18		Hexachloroethane	0.567	0.555	2.1	95	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.411	1.345	4.7	94	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.744	1.741	0.2	97	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	104	0.00
22		Acetophenone	0.569	0.510	10.4	96	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.483	0.435	9.9	94	0.00
24		Nitrobenzene	0.480	0.428	10.8	94	0.00
25		Isophorone	0.857	0.780	9.0	97	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.176	0.176	0.0	103	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.305	0.280	8.2	96	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.490	0.455	7.1	99	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.311	0.303	2.6	102	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.353	0.332	5.9	101	0.00
31		Naphthalene	1.071	0.983	8.2	98	0.00
32		Benzoic acid	0.226	0.210	7.1	93	0.02
33		4-Chloroaniline	0.449	0.418	6.9	99	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.222	0.206	7.2	99	0.00
35		Caprolactam	0.119	0.113	5.0	99	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.388	0.366	5.7	100	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.739	0.682	7.7	99	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.716	0.658	8.1	99	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	105	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.591	0.550	6.9	100	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.341	0.319	6.5	96	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.191	0.188	1.6	105	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.416	0.396	4.8	100	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.435	0.421	3.2	102	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.329	1.227	7.7	99	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.459	1.350	7.5	100	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.120	1.056	5.7	101	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG102121\
Data File : BG050660.D
Acq On : 21 Oct 2021 9:39
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Oct 21 11:11:18 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG100621.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Oct 14 10:56:22 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	0.446	0.438	1.8	102	0.00
49		Acenaphthylene	1.835	1.697	7.5	99	0.00
50		Dimethylphthalate	1.512	1.409	6.8	100	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.303	0.288	5.0	100	0.00
52	C	Acenaphthene	1.179	1.094	7.2	98	0.00
53		3-Nitroaniline	0.358	0.345	3.6	102	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.188	0.166	11.7	91	0.00
55		Dibenzofuran	1.824	1.670	8.4	100	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.288	0.259	10.1	95	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	0.427	0.420	1.6	104	0.00
58		Fluorene	1.401	1.289	8.0	99	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.379	0.338	10.8	94	0.00
60		Diethylphthalate	1.588	1.464	7.8	100	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	0.767	0.722	5.9	101	0.00
62		4-Nitroaniline	0.373	0.354	5.1	101	0.00
63		Azobenzene	1.839	1.651	10.2	97	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	101	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.120	0.122	-1.7	104	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.568	0.540	4.9	98	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.202	0.199	1.5	102	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.200	0.197	1.5	102	0.00
69		Atrazine	0.224	0.208	7.1	95	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.136	0.123	9.6	90	0.00
71		Phenanthrene	1.054	0.976	7.4	96	0.00
72		Anthracene	1.047	0.969	7.4	96	0.00
73		Carbazole	1.044	0.950	9.0	95	0.00
74		Di-n-butylphthalate	1.225	1.130	7.8	96	0.00
75	C	Fluoranthene	1.296	1.079	16.7	87	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	85	0.00
77		Benzidine	0.648	0.600	7.4	82	0.00
78		Pyrene	1.419	1.417	0.1	87	0.00
79	S	Terphenyl-d14	1.026	1.056	-2.9	90	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.600	0.589	1.8	85	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.323	1.274	3.7	85	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.439	0.411	6.4	82	0.00
83		Chrysene	1.245	1.197	3.9	85	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.853	0.816	4.3	83	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.422	1.375	3.3	83	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	84	0.01
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.393	1.350	3.1	84	0.01
88		Benzo(b)fluoranthene	1.225	1.178	3.8	83	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	1.205	1.149	4.6	82	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	1.041	0.993	4.6	82	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	1.152	1.123	2.5	84	0.01
92		Benzo(g,h,i)perylene	1.128	1.081	4.2	82	0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG102121\
Data File : BG050660.D
Acq On : 21 Oct 2021 9:39
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Oct 21 11:11:18 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG100621.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Oct 14 10:56:22 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0