Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG083119\
Data File : BG042655.D
Acq On : 1 Sep 2019 5:59
Operator : HP/JU
Sample : K4602-33
Misc :
ALS Vial : 32 Sample Multiplier: 1

**Instrument :** BNA_G
**ClientSampleId :** PAR-D1-D4-(0-3.11)

Quant Time: Sep 01 07:01:31 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG082219.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 22 14:29:15 2019
Response via : Initial Calibration

| Internal Standards | R.T. | QIon | Response | Conc | Units | Dev(Min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 1,4-Dichlorobenzene-d4 | 7.99 | 152 | 35492 | 20.00 | ng | -0.01 |
| 21) Naphthalene-d8 | 10.82 | 136 | 131369 | 20.00 | ng | 0.00 |
| 39) Acenaphthene-d10 | 14.66 | 164 | 95135 | 20.00 | ng | 0.00 |
| 64) Phenanthrene-d10 | 17.41 | 188 | 233323 | 20.00 | ng | -0.01 |
| 76) Chrysene-d12 | 21.68 | 240 | 261812 | 20.00 | ng | -0.01 |
| 87) Perylene-d12 | 24.91 | 264 | 298802 | 20.00 | ng | -0.02 |
| **System Monitoring Compounds** | | | | | | |
| 5) 2-Fluorophenol | 5.55 | 112 | 230248 | 131.39 | ng | 0.00 |
| 7) Phenol-d6 | 7.16 | 99 | 274088 | 115.79 | ng | -0.01 |
| 23) Nitrobenzene-d5 | 9.16 | 82 | 189573 | 99.72 | ng | -0.01 |
| 42) 2,4,6-Tribromophenol | 16.15 | 330 | 206627 | 152.81 | ng | -0.01 |
| 45) 2-Fluorobiphenyl | 13.28 | 172 | 620446 | 110.30 | ng | 0.00 |
| 79) Terphenyl-d14 | 20.02 | 244 | 1266193 | 104.56 | ng | 0.00 |
| **Target Compounds** | | | | | | Qvalue |

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG083119\
Data File : BG042655.D
Acq On : 1 Sep 2019 5:59
Operator : HP/JU
Sample : K4602-33
Misc :
ALS Vial : 32 Sample Multiplier: 1

**Instrument :**
BNA_G
**ClientSampleId :**
PAR-D1-D4-(0-3.11)

Quant Time: Sep 01 07:01:31 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG082219.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 22 14:29:15 2019
Response via : Initial Calibration