Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG012121\
Data File : BG047953.D
Acq On : 21 Jan 2021 14:35
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
ClientSampleId : ICVBG012121

Quant Time: Jan 21 15:14:20 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG012121.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jan 21 14:42:53 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	97	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	38.302	4.2	97	0.00
3		Pyridine	40.000	37.410	6.5	97	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	36.956	7.6	96	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	73.116	8.6	96	0.00
6		Aniline	40.000	36.935	7.7	96	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	73.165	8.5	94	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	36.970	7.6	96	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	39.648	0.9	98	0.00
10	C	Phenol	40.000	36.555	8.6	97	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	36.142	9.6	94	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	36.972	7.6	96	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	36.674	8.3	96	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	35.783	10.5	95	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	38.155	4.6	97	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	36.578	8.6	93	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	36.956	7.6	94	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	36.026	9.9	91	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	36.541	8.6	94	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	37.352	6.6	95	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	93	0.00
22		Acetophenone	40.000	35.613	11.0	94	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	75.579	5.5	97	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	38.717	3.2	102	0.00
25		Isophorone	40.000	36.204	9.5	94	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	39.491	1.3	102	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	36.514	8.7	95	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	36.437	8.9	94	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	36.875	7.8	96	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	35.312	11.7	94	0.00
31		Naphthalene	40.000	36.353	9.1	95	0.00
32		Benzoic acid	40.000	40.339	-0.8	101	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	36.973	7.6	97	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	35.953	10.1	94	0.00
35		Caprolactam	40.000	37.498	6.3	98	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	38.490	3.8	96	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	36.416	9.0	94	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	36.794	8.0	96	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	94	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	35.113	12.2	94	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	36.380	9.0	94	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	77.867	2.7	101	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	37.121	7.2	96	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	37.776	5.6	98	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	70.814	11.5	94	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	35.447	11.4	94	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	35.485	11.3	95	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG012121\
Data File : BG047953.D
Acq On : 21 Jan 2021 14:35
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
ClientSampleId : ICVBG012121

Quant Time: Jan 21 15:14:20 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG012121.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jan 21 14:42:53 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	39.136	2.2	101	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	35.460	11.3	94	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	36.490	8.8	96	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	38.181	4.5	99	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	36.028	9.9	97	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	38.025	4.9	102	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	38.621	3.4	103	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	35.835	10.4	96	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	39.772	0.6	104	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	39.776	0.6	103	0.00
58		Fluorene	40.000	35.714	10.7	94	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	38.495	3.8	101	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	36.792	8.0	97	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	35.614	11.0	93	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	39.027	2.4	103	0.00
63		Azobenzene	40.000	35.729	10.7	96	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	97	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	37.932	5.2	105	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	35.518	11.2	98	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	35.177	12.1	98	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	35.625	10.9	97	0.00
69		Atrazine	40.000	37.696	5.8	101	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	39.814	0.5	104	0.00
71		Phenanthrene	40.000	35.555	11.1	98	0.00
72		Anthracene	40.000	35.793	10.5	98	0.00
73		Carbazole	40.000	36.493	8.8	101	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	37.318	6.7	102	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	36.455	8.9	101	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	104	0.00
77		Benzidine	40.000	34.853	12.9	88	0.00
78		Pyrene	40.000	35.764	10.6	101	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	71.311	10.9	101	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	37.039	7.4	103	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	35.581	11.0	103	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	36.045	9.9	103	0.00
83		Chrysene	40.000	35.252	11.9	101	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	36.189	9.5	104	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	36.805	8.0	103	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	104	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	36.811	8.0	102	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	37.134	7.2	104	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	36.547	8.6	101	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	37.116	7.2	104	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	36.676	8.3	102	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	36.577	8.6	102	0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG012121\
Data File : BG047953.D
Acq On : 21 Jan 2021 14:35
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
ClientSampleId :
ICVBG012121

Quant Time: Jan 21 15:14:20 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG012121.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jan 21 14:42:53 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0