Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG012424\
Data File : BG060413.D
Acq On : 24 Jan 2024 13:28
Operator : MA/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jan 24 14:06:42 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG010824.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jan 09 04:07:12 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	83	0.00
2		1,4-Dioxane	0.555	0.578	-4.1	76	0.00
3		Pyridine	1.567	1.407	10.2	62	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.490	0.384	21.6	57	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.216	1.102	9.4	80	0.00
6		Aniline	1.800	1.793	0.4	77	0.00
7	S	Phenol-d6	1.801	1.779	1.2	70	0.00
8		2-Chlorophenol	1.205	1.221	-1.3	82	0.00
9		Benzaldehyde	1.034	0.885	14.4	65	0.00
10	C	Phenol	1.805	1.785	1.1	70	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.471	1.365	7.2	76	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.513	1.444	4.6	78	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.535	1.524	0.7	83	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.578	1.531	3.0	72	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.166	1.234	-5.8	82	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.785	1.728	3.2	72	0.00
17		2-Methylphenol	1.240	1.283	-3.5	74	0.00
18		Hexachloroethane	0.538	0.535	0.6	74	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.246	1.244	0.2	69	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.672	1.770	-5.9	75	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	76	0.00
22		Acetophenone	0.550	0.537	2.4	74	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.424	0.423	0.2	76	0.00
24		Nitrobenzene	0.439	0.415	5.5	71	0.00
25		Isophorone	0.851	0.800	6.0	71	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.161	0.176	-9.3	81	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.213	0.214	-0.5	75	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.520	0.477	8.3	70	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.346	0.368	-6.4	80	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.430	0.424	1.4	75	0.00
31		Naphthalene	1.048	1.042	0.6	77	0.00
32		Benzoic acid	0.154	0.193	-25.3#	87	0.00
33		4-Chloroaniline	0.404	0.409	-1.2	78	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.280	0.268	4.3	78	0.00
35		Caprolactam	0.111	0.119	-7.2	83	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.351	0.373	-6.3	81	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.778	0.766	1.5	78	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.781	0.758	2.9	78	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	78	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.710	0.666	6.2	76	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.236	0.216	8.5	69	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.294	0.330	-12.2	87	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.452	0.468	-3.5	82	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.499	0.534	-7.0	84	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.439	1.442	-0.2	83	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.510	1.460	3.3	78	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.293	1.250	3.3	78	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG012424\
Data File : BG060413.D
Acq On : 24 Jan 2024 13:28
Operator : MA/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jan 24 14:06:42 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG010824.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jan 09 04:07:12 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	0.322	0.362	-12.4	86	0.00
49		Acenaphthylene	1.781	1.830	-2.8	81	0.00
50		Dimethylphthalate	1.528	1.560	-2.1	81	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.326	0.369	-13.2	85	0.00
52	C	Acenaphthene	1.109	1.123	-1.3	80	0.00
53		3-Nitroaniline	0.297	0.338	-13.8	86	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.155	0.200	-29.0#	94	0.00
55		Dibenzofuran	1.851	1.887	-1.9	81	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.220	0.274	-24.5	88	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	0.447	0.518	-15.9	88	0.00
58		Fluorene	1.533	1.572	-2.5	82	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.423	0.479	-13.2	88	0.00
60		Diethylphthalate	1.467	1.565	-6.7	84	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	0.845	0.858	-1.5	83	0.00
62		4-Nitroaniline	0.316	0.377	-19.3	91	0.00
63		Azobenzene	1.484	1.461	1.5	78	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	83	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.111	0.126	-13.5	93	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.531	0.531	0.0	83	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.220	0.219	0.5	83	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.260	0.259	0.4	84	0.00
69		Atrazine	0.200	0.194	3.0	81	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.140	0.170	-21.4#	94	0.00
71		Phenanthrene	0.967	0.983	-1.7	85	0.00
72		Anthracene	0.965	0.983	-1.9	85	0.00
73		Carbazole	0.910	0.947	-4.1	86	0.00
74		Di-n-butylphthalate	0.936	1.025	-9.5	89	0.00
75	C	Fluoranthene	1.161	1.183	-1.9	87	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	80	0.00
77		Benzidine	0.435	0.455	-4.6	82	0.00
78		Pyrene	1.277	1.302	-2.0	85	0.00
79	S	Terphenyl-d14	0.938	0.897	4.4	92	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.439	0.506	-15.3	91	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.238	1.269	-2.5	84	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.474	0.480	-1.3	79	0.00
83		Chrysene	1.218	1.202	1.3	82	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.664	0.750	-13.0	89	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.076	1.233	-14.6	89	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	81	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.391	1.376	1.1	80	0.01
88		Benzo(b)fluoranthene	1.182	1.167	1.3	79	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	1.166	1.163	0.3	79	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	1.067	1.065	0.2	81	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	1.136	1.138	-0.2	80	0.01
92		Benzo(g,h,i)perylene	1.164	1.149	1.3	80	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG012424\
Data File : BG060413.D
Acq On : 24 Jan 2024 13:28
Operator : MA/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jan 24 14:06:42 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG010824.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jan 09 04:07:12 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 1