Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG020723\
Data File : BG056564.D
Acq On : 7 Feb 2023 12:01
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Feb 08 03:04:20 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG012723.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Feb 08 03:02:11 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	95	0.00
2		1,4-Dioxane	0.453	0.455	-0.4	98	0.00
3		Pyridine	1.349	1.425	-5.6	99	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.287	0.285	0.7	94	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.087	1.098	-1.0	96	0.00
6		Aniline	2.109	2.155	-2.2	96	0.00
7	S	Phenol-d6	1.611	1.648	-2.3	96	0.00
8		2-Chlorophenol	1.194	1.180	1.2	94	0.00
9		Benzaldehyde	0.801	0.738	7.9	98	0.00
10	C	Phenol	1.637	1.655	-1.1	96	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.125	1.127	-0.2	94	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.375	1.344	2.3	95	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.393	1.378	1.1	96	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.351	1.333	1.3	94	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.105	1.124	-1.7	93	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	0.238	0.247	-3.8	96	0.00
17		2-Methylphenol	1.246	1.264	-1.4	95	0.00
18		Hexachloroethane	0.421	0.408	3.1	93	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	0.928	0.966	-4.1	96	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.746	1.828	-4.7	96	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	97	0.00
22		Acetophenone	0.531	0.537	-1.1	96	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.352	0.351	0.3	95	0.00
24		Nitrobenzene	0.340	0.345	-1.5	97	0.00
25		Isophorone	0.727	0.726	0.1	94	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.206	0.209	-1.5	95	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.345	0.350	-1.4	96	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.401	0.400	0.2	95	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.388	0.393	-1.3	94	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.431	0.423	1.9	92	0.00
31		Naphthalene	1.056	1.058	-0.2	95	0.00
32		Benzoic acid	0.193	0.183	5.2	87	0.00
33		4-Chloroaniline	0.493	0.506	-2.6	95	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.303	0.297	2.0	93	0.00
35		Caprolactam	0.131	0.134	-2.3	95	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.375	0.393	-4.8	97	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.870	0.875	-0.6	94	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.813	0.820	-0.9	95	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	95	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.731	0.714	2.3	93	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.325	0.300	7.7	84	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.266	0.262	1.5	93	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.471	0.467	0.8	92	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.551	0.542	1.6	93	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.443	1.412	2.1	94	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.451	1.434	1.2	93	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.134	1.123	1.0	94	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG020723\
Data File : BG056564.D
Acq On : 7 Feb 2023 12:01
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Feb 08 03:04:20 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG012723.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Feb 08 03:02:11 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	0.234	0.246	-5.1	97	0.00
49		Acenaphthylene	1.845	1.850	-0.3	94	0.00
50		Dimethylphthalate	1.618	1.603	0.9	94	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.353	0.349	1.1	94	0.00
52	C	Acenaphthene	1.094	1.074	1.8	92	0.00
53		3-Nitroaniline	0.342	0.343	-0.3	93	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.221	0.202	8.6	81	0.00
55		Dibenzofuran	1.962	1.970	-0.4	94	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.234	0.215	8.1	83	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	0.497	0.506	-1.8	95	0.00
58		Fluorene	1.561	1.543	1.2	93	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.490	0.482	1.6	89	0.00
60		Diethylphthalate	1.519	1.507	0.8	94	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	0.953	0.947	0.6	94	0.00
62		4-Nitroaniline	0.342	0.355	-3.8	97	0.00
63		Azobenzene	1.045	1.050	-0.5	94	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	96	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.141	0.139	1.4	90	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.566	0.562	0.7	93	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.256	0.255	0.4	92	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.251	0.249	0.8	92	0.00
69		Atrazine	0.218	0.223	-2.3	93	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.152	0.128	15.8	76	0.00
71		Phenanthrene	1.047	1.030	1.6	92	0.00
72		Anthracene	1.075	1.056	1.8	92	0.00
73		Carbazole	0.915	0.901	1.5	93	0.00
74		Di-n-butylphthalate	0.961	0.947	1.5	93	0.00
75	C	Fluoranthene	1.321	1.266	4.2	90	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	92	0.00
77		Benzidine	0.541	0.537	0.7	90	0.00
78		Pyrene	1.422	1.431	-0.6	91	0.00
79	S	Terphenyl-d14	1.139	1.119	1.8	90	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.434	0.433	0.2	90	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.398	1.378	1.4	89	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.504	0.501	0.6	90	0.00
83		Chrysene	1.314	1.297	1.3	90	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.623	0.614	1.4	90	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.037	1.018	1.8	88	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	91	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.464	1.451	0.9	89	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	1.241	1.255	-1.1	90	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	1.253	1.241	1.0	89	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	1.223	1.218	0.4	89	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	1.229	1.224	0.4	89	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	1.186	1.179	0.6	89	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG020723\
Data File : BG056564.D
Acq On : 7 Feb 2023 12:01
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Feb 08 03:04:20 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG012723.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Feb 08 03:02:11 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0