Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG022822\
Data File : BG052494.D
Acq On : 28 Feb 2022 10:19
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Mar 01 00:58:34 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG020722.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Feb 08 01:21:20 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	95	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	42.792	-7.0	108	0.00
3		Pyridine	40.000	41.431	-3.6	98	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	36.721	8.2	89	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	83.986	-5.0	101	0.00
6		Aniline	40.000	40.131	-0.3	93	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	80.519	-0.6	95	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	40.097	-0.2	99	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	39.667	0.8	93	0.00
10	C	Phenol	40.000	40.455	-1.1	96	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	38.274	4.3	94	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	41.006	-2.5	100	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	41.376	-3.4	100	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	39.447	1.4	96	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	39.083	2.3	90	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	37.661	5.8	94	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	40.331	-0.8	96	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	42.279	-5.7	106	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	37.831	5.4	92	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	40.256	-0.6	95	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	94	0.00
22		Acetophenone	40.000	39.403	1.5	95	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	76.990	3.8	92	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	39.135	2.2	92	0.00
25		Isophorone	40.000	39.444	1.4	93	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	40.082	-0.2	92	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	41.065	-2.7	96	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	39.776	0.6	95	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	40.252	-0.6	96	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	39.736	0.7	96	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.933	0.2	96	0.00
32		Benzoic acid	40.000	23.599	41.0#	52	0.02
33		4-Chloroaniline	40.000	40.936	-2.3	95	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	38.665	3.3	95	0.00
35		Caprolactam	40.000	41.604	-4.0	97	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	40.404	-1.0	94	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	39.763	0.6	96	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	40.504	-1.3	95	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	96	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	38.123	4.7	94	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	35.984	10.0	90	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	81.079	-1.3	98	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	38.163	4.6	91	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	37.734	5.7	92	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	78.619	1.7	97	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	38.722	3.2	95	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	38.645	3.4	95	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG022822\
Data File : BG052494.D
Acq On : 28 Feb 2022 10:19
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Mar 01 00:58:34 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG020722.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Feb 08 01:21:20 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	38.939	2.7	94	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	39.673	0.8	98	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	39.559	1.1	98	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	40.847	-2.1	98	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.639	0.9	97	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	41.296	-3.2	98	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	36.012	10.0	88	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	39.293	1.8	98	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	38.826	2.9	91	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	39.653	0.9	95	0.00
58		Fluorene	40.000	40.561	-1.4	100	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	39.319	1.7	96	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	39.679	0.8	98	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	39.374	1.6	98	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	40.474	-1.2	97	0.00
63		Azobenzene	40.000	38.744	3.1	96	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	98	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	42.517	-6.3	99	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	39.857	0.4	98	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	40.094	-0.2	99	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	38.686	3.3	96	0.00
69		Atrazine	40.000	38.679	3.3	94	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	38.238	4.4	91	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.827	0.4	100	0.00
72		Anthracene	40.000	39.540	1.2	98	0.00
73		Carbazole	40.000	39.758	0.6	99	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	40.315	-0.8	99	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	38.628	3.4	98	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	101	0.00
77		Benzidine	40.000	45.123	-12.8	99	0.00
78		Pyrene	40.000	39.302	1.7	97	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	77.142	3.6	98	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	40.911	-2.3	100	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.780	0.5	100	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	39.533	1.2	97	0.00
83		Chrysene	40.000	39.503	1.2	101	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	41.550	-3.9	99	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	41.709	-4.3	102	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	103	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	39.560	1.1	101	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	38.922	2.7	100	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	39.557	1.1	100	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.409	1.5	101	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	39.230	1.9	101	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	39.431	1.4	101	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG022822\
Data File : BG052494.D
Acq On : 28 Feb 2022 10:19
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Mar 01 00:58:34 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG020722.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Feb 08 01:21:20 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0