Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG030122\
Data File : BG052513.D
Acq On : 1 Mar 2022 11:08
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Mar 02 01:50:50 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG020722.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Feb 08 01:21:20 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	82	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	39.853	0.4	87	0.00
3		Pyridine	40.000	40.249	-0.6	82	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	35.563	11.1	75	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	83.725	-4.7	87	0.00
6		Aniline	40.000	40.251	-0.6	81	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	82.202	-2.8	83	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	40.198	-0.5	85	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	39.555	1.1	80	0.00
10	C	Phenol	40.000	40.851	-2.1	84	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	38.883	2.8	83	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	40.832	-2.1	86	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	40.735	-1.8	85	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	40.626	-1.6	86	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	40.560	-1.4	80	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	37.244	6.9	80	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	40.626	-1.6	83	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	39.286	1.8	85	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	38.811	3.0	81	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	41.755	-4.4	85	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	83	0.00
22		Acetophenone	40.000	38.961	2.6	83	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	76.302	4.6	80	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	38.607	3.5	80	0.00
25		Isophorone	40.000	40.538	-1.3	85	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	41.581	-4.0	84	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	41.678	-4.2	86	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	39.411	1.5	83	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	41.059	-2.6	86	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	39.132	2.2	83	0.00
31		Naphthalene	40.000	40.240	-0.6	85	0.00
32		Benzoic acid	40.000	34.255	14.4	73	0.01
33		4-Chloroaniline	40.000	42.080	-5.2	86	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	37.370	6.6	81	0.00
35		Caprolactam	40.000	46.930	-17.3	96	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	42.884	-7.2	88	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	41.179	-2.9	87	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	41.338	-3.3	86	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	88	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	37.866	5.3	85	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	33.147	17.1	75	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	85.985	-7.5	95	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	39.225	1.9	86	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	40.087	-0.2	89	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	77.848	2.7	87	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	39.247	1.9	88	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	39.357	1.6	88	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG030122\
Data File : BG052513.D
Acq On : 1 Mar 2022 11:08
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Mar 02 01:50:50 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG020722.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Feb 08 01:21:20 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	41.030	-2.6	90	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	40.603	-1.5	91	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	41.785	-4.5	94	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	42.004	-5.0	93	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	40.644	-1.6	91	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	45.236	-13.1	99	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	41.432	-3.6	95	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	40.948	-2.4	94	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	42.895	-7.2	92	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	43.972	-9.9	96	0.00
58		Fluorene	40.000	42.555	-6.4	96	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	42.164	-5.4	94	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	42.293	-5.7	95	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	40.097	-0.2	91	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	45.532	-13.8	100	0.00
63		Azobenzene	40.000	39.888	0.3	90	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	97	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	43.404	-8.5	100	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	39.624	0.9	96	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	39.317	1.7	96	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	38.014	5.0	93	0.00
69		Atrazine	40.000	40.227	-0.6	96	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	39.607	1.0	93	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.883	0.3	98	0.00
72		Anthracene	40.000	39.788	0.5	98	0.00
73		Carbazole	40.000	40.813	-2.0	100	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	40.589	-1.5	99	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	39.584	1.0	99	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	100	0.00
77		Benzidine	40.000	44.640	-11.6	97	0.00
78		Pyrene	40.000	39.871	0.3	98	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	77.663	2.9	98	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	42.111	-5.3	102	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.339	1.7	98	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	40.408	-1.0	98	0.00
83		Chrysene	40.000	38.902	2.7	98	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	41.151	-2.9	97	-0.01
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	41.316	-3.3	100	-0.01
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	100	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	39.460	1.3	98	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	40.112	-0.3	100	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	38.652	3.4	96	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.387	1.5	98	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	39.000	2.5	98	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	39.396	1.5	98	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG030122\
Data File : BG052513.D
Acq On : 1 Mar 2022 11:08
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Mar 02 01:50:50 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG020722.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Feb 08 01:21:20 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0