Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA G\Data\BG031218\
Data File : BG033102.D
Acq On : 12 Mar 2018 23:43
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 13 10:09:26 2018
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG022118.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 09 15:10:14 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	67	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	36.089	9.8	61	0.00
3		Pyridine	40.000	38.964	2.6	63	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	45.398	-13.5	75	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	76.066	4.9	62	0.00
6		Aniline	40.000	37.063	7.3	62	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	77.228	3.5	64	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	38.338	4.2	63	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	31.988	20.0	55	0.00
10	C	Phenol	40.000	39.464	1.3	66	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	35.092	12.3	59	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	36.327	9.2	61	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	35.984	10.0	60	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	36.714	8.2	62	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	38.927	2.7	65	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	42.188	-5.5	71	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	37.739	5.7	63	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	37.662	5.8	63	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	37.172	7.1	63	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	38.312	4.2	64	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	69	0.00
22		Acetophenone	40.000	37.163	7.1	64	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	91.821	-14.8	88	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	44.400	-11.0	81	0.00
25		Isophorone	40.000	35.697	10.8	62	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	53.472	-33.7#	110	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	35.984	10.0	63	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	34.540	13.7	60	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	38.601	3.5	67	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	35.943	10.1	62	0.00
31		Naphthalene	40.000	36.721	8.2	64	0.00
32		Benzoic acid	40.000	42.117	-5.3	80	-0.02
33		4-Chloroaniline	40.000	36.167	9.6	63	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	37.609	6.0	65	0.00
35		Caprolactam	40.000	39.974	0.1	67	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	41.180	-2.9	70	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	36.615	8.5	64	0.00
38	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	76	0.00
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	36.711	8.2	70	0.00
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	35.665	10.8	66	0.00
41	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	88.563	-10.7	82	0.00
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	38.434	3.9	72	0.00
43		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	38.770	3.1	73	0.00
44	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	70.889	11.4	67	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA G\Data\BG031218\
Data File : BG033102.D
Acq On : 12 Mar 2018 23:43
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 13 10:09:26 2018
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG022118.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 09 15:10:14 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	40.000	34.948	12.6	66	0.00
46		2-Chloronaphthalene	40.000	34.674	13.3	65	0.00
47		2-Nitroaniline	40.000	49.723	-24.3	111	0.00
48		Acenaphthylene	40.000	35.964	10.1	68	0.00
49		Dimethylphthalate	40.000	35.389	11.5	67	0.00
50		2,6-Dinitrotoluene	40.000	46.263	-15.7	99	0.00
51	C	Acenaphthene	40.000	35.622	10.9	67	0.00
52		3-Nitroaniline	40.000	42.657	-6.6	88	0.00
53	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	38.740	3.1	76	0.00
54		Dibenzofuran	40.000	35.712	10.7	68	0.00
55	P	4-Nitrophenol	40.000	34.035	14.9	66	0.00
56		2,4-Dinitrotoluene	40.000	53.575	-33.9#	121	0.00
57		Fluorene	40.000	35.826	10.4	68	0.00
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	39.502	1.2	73	0.00
59		Diethylphthalate	40.000	36.047	9.9	68	0.00
60		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	36.371	9.1	70	0.00
61		4-Nitroaniline	40.000	39.031	2.4	76	0.00
62		Azobenzene	40.000	36.481	8.8	69	0.00
63	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	77	0.00
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	54.250	-35.6#	125	0.00
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	35.183	12.0	67	0.00
66		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	36.555	8.6	72	0.00
67		Hexachlorobenzene	40.000	37.258	6.9	73	0.00
68		Atrazine	40.000	34.648	13.4	66	0.00
69	C	Pentachlorophenol	40.000	36.824	7.9	70	0.00
70		Phenanthrene	40.000	36.383	9.0	70	0.00
71		Anthracene	40.000	36.434	8.9	70	0.00
72		Carbazole	40.000	35.149	12.1	67	0.00
73		Di-n-butylphthalate	40.000	36.412	9.0	69	0.00
74	C	Fluoranthene	40.000	36.790	8.0	71	0.00
75	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	82	0.00
76		Benzidine	40.000	20.055	49.9#	42	0.00
77		Pyrene	40.000	34.762	13.1	72	0.00
78	S	Terphenyl-d14	80.000	71.393	10.8	74	0.00
79		Butylbenzylphthalate	40.000	37.775	5.6	74	0.00
80		Benzo(a)anthracene	40.000	35.637	10.9	73	0.00
81		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	34.444	13.9	69	0.00
82		Chrysene	40.000	36.800	8.0	76	0.00
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	37.084	7.3	72	0.00
84	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	38.930	2.7	74	0.00
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	33.221	16.9	66	-0.03
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	85	0.00
87		Benzo(b)fluoranthene	40.000	35.610	11.0	74	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA G\Data\BG031218\
Data File : BG033102.D
Acq On : 12 Mar 2018 23:43
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 13 10:09:26 2018
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG022118.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 09 15:10:14 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	40.000	36.097	9.8	77	0.00
89 C	Benzo(a)pyrene	40.000	35.889	10.3	75	-0.01
90	Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	32.032	19.9	66	-0.02
91	Benzo(g,h,i)perylene	40.000	33.297	16.8	69	-0.02

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 1