Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG032217\
Data File : BG026370.D
Acq On : 22 Mar 2017 9:23
Operator : SJ/MA
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 22 19:06:24 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG032017.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Mar 20 17:43:27 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	113	0.00
2		1,4-Dioxane	0.506	0.504	0.4	115	0.00
3		Pyridine	1.385	1.366	1.4	108	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.379	0.346	8.7	102	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.127	1.147	-1.8	114	0.00
6		Aniline	2.021	1.981	2.0	108	0.00
7	S	Phenol-d6	1.513	1.511	0.1	111	0.00
8		2-Chlorophenol	1.269	1.298	-2.3	114	0.00
9		Benzaldehyde	1.021	0.956	6.4	104	0.00
10	C	Phenol	1.614	1.583	1.9	108	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.324	1.319	0.4	113	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.510	1.553	-2.8	115	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.528	1.567	-2.6	114	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.462	1.484	-1.5	113	0.00
15		Benzyl Alcohol	0.992	0.960	3.2	106	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.470	1.276	13.2	97	0.00
17		2-Methylphenol	1.147	1.153	-0.5	113	0.00
18		Hexachloroethane	0.500	0.506	-1.2	113	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	0.973	0.922	5.2	105	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.578	1.615	-2.3	111	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	116	0.00
22		Acetophenone	0.460	0.459	0.2	111	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.333	0.315	5.4	106	0.00
24		Nitrobenzene	0.328	0.308	6.1	105	0.00
25		Isophorone	0.627	0.602	4.0	108	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.171	0.174	-1.8	111	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.281	0.285	-1.4	114	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.407	0.404	0.7	112	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.284	0.296	-4.2	116	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.319	0.333	-4.4	118	0.00
31		Naphthalene	1.011	1.000	1.1	113	0.00
32		Benzoic acid	0.216	0.213	1.4	110	0.00
33		4-Chloroaniline	0.411	0.415	-1.0	113	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.188	0.195	-3.7	119	0.00
35		Caprolactam	0.112	0.107	4.5	108	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.303	0.302	0.3	112	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.741	0.744	-0.4	114	0.00
38	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	115	0.00
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.602	0.625	-3.8	119	0.00
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.317	0.333	-5.0	119	0.00
41	S	2,4,6-Tribromophenol	0.229	0.245	-7.0	122	0.00
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.394	0.410	-4.1	117	0.00
43		2,4,5-Trichlorophenol	0.436	0.456	-4.6	118	0.00
44	S	2-Fluorobiphenyl	1.426	1.430	-0.3	115	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG032217\
Data File : BG026370.D
Acq On : 22 Mar 2017 9:23
Operator : SJ/MA
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 22 19:06:24 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG032017.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Mar 20 17:43:27 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	1.656	1.650	0.4	113	0.00
46		2-Chloronaphthalene	1.210	1.230	-1.7	117	0.00
47		2-Nitroaniline	0.344	0.319	7.3	101	0.00
48		Acenaphthylene	2.109	2.107	0.1	114	0.00
49		Dimethylphthalate	1.510	1.526	-1.1	115	0.00
50		2,6-Dinitrotoluene	0.352	0.372	-5.7	114	0.00
51	C	Acenaphthene	1.299	1.305	-0.5	115	0.00
52		3-Nitroaniline	0.388	0.403	-3.9	113	0.00
53	P	2,4-Dinitrophenol	0.204	0.182	10.8	100	0.00
54		Dibenzofuran	1.828	1.825	0.2	115	0.00
55	P	4-Nitrophenol	0.318	0.320	-0.6	110	0.00
56		2,4-Dinitrotoluene	0.496	0.515	-3.8	114	0.00
57		Fluorene	1.627	1.643	-1.0	115	0.00
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.380	0.385	-1.3	116	0.00
59		Diethylphthalate	1.543	1.529	0.9	113	0.00
60		4-Chlorophenyl-phenylether	0.771	0.800	-3.8	120	0.00
61		4-Nitroaniline	0.410	0.413	-0.7	111	0.00
62		Azobenzene	1.255	1.174	6.5	106	0.00
63	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	115	0.00
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.126	0.134	-6.3	115	0.00
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.587	0.595	-1.4	114	0.00
66		4-Bromophenyl-phenylether	0.206	0.221	-7.3	119	0.00
67		Hexachlorobenzene	0.220	0.236	-7.3	122	0.00
68		Atrazine	0.222	0.225	-1.4	112	0.00
69	C	Pentachlorophenol	0.143	0.146	-2.1	113	0.00
70		Phenanthrene	1.074	1.061	1.2	113	0.00
71		Anthracene	1.096	1.093	0.3	113	0.00
72		Carbazole	1.128	1.107	1.9	112	0.00
73		Di-n-butylphthalate	1.159	1.130	2.5	110	0.00
74	C	Fluoranthene	1.263	1.246	1.3	113	0.00
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	115	0.00
76		Benzidine	0.690	0.647	6.2	99	0.00
77		Pyrene	1.158	1.170	-1.0	112	0.00
78	S	Terphenyl-d14	0.824	0.828	-0.5	114	0.00
79		Butylbenzylphthalate	0.463	0.467	-0.9	111	0.00
80		Benzo(a)anthracene	1.125	1.123	0.2	113	0.00
81		3,3'-Dichlorobenzidine	0.461	0.475	-3.0	115	0.00
82		Chrysene	1.075	1.069	0.6	113	0.00
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.700	0.683	2.4	110	0.00
84	c	Di-n-octyl phthalate	1.194	1.168	2.2	109	0.00
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.328	1.387	-4.4	116	-0.01
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	118	-0.01
87		Benzo(b)fluoranthene	1.179	1.180	-0.1	117	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG032217\
Data File : BG026370.D
Acq On : 22 Mar 2017 9:23
Operator : SJ/MA
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 22 19:06:24 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG032017.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Mar 20 17:43:27 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	1.143	1.130	1.1	112	0.00
89 C	Benzo(a)pyrene	1.131	1.118	1.1	115	-0.01
90	Dibenzo(a,h)anthracene	1.143	1.178	-3.1	119	-0.01
91	Benzo(g,h,i)perylene	1.152	1.163	-1.0	117	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0