Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG032818\
Data File : BG033387.D
Acq On : 28 Mar 2018 15:50
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 28 18:37:21 2018
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG031918.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Mar 28 18:34:58 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	127	0.00
2		1,4-Dioxane	0.542	0.525	3.1	124	0.00
3		Pyridine	1.497	1.500	-0.2	115	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.614	0.549	10.6	112	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.067	1.052	1.4	115	0.00
6		Aniline	2.155	2.049	4.9	111	0.00
7	S	Phenol-d6	1.833	1.757	4.1	117	0.00
8		2-Chlorophenol	1.219	1.123	7.9	107	0.00
9		Benzaldehyde	1.165	0.965	17.2	107	0.00
10	C	Phenol	1.809	1.692	6.5	112	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.477	1.292	12.5	102	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.594	1.447	9.2	113	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.597	1.465	8.3	116	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.558	1.424	8.6	110	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.443	1.392	3.5	114	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.408	2.153	10.6	111	0.00
17		2-Methylphenol	1.233	1.187	3.7	119	0.00
18		Hexachloroethane	0.616	0.598	2.9	122	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.343	1.215	9.5	105	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.755	1.678	4.4	112	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	113	0.00
22		Acetophenone	0.548	0.541	1.3	103	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.435	0.429	1.4	108	0.00
24		Nitrobenzene	0.466	0.467	-0.2	109	0.00
25		Isophorone	0.845	0.833	1.4	107	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.176	0.185	-5.1	109	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.256	0.257	-0.4	114	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.422	0.405	4.0	104	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.315	0.321	-1.9	109	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.409	0.407	0.5	110	0.00
31		Naphthalene	1.036	1.017	1.8	108	0.00
32		Benzoic acid	0.238	0.223	6.3	118	0.00
33		4-Chloroaniline	0.464	0.450	3.0	104	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.310	0.312	-0.6	115	0.00
35		Caprolactam	0.123	0.121	1.6	106	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.411	0.400	2.7	102	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.804	0.775	3.6	110	0.00
38	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	107	0.00
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.724	0.737	-1.8	108	0.00
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.425	0.408	4.0	100	0.00
41	S	2,4,6-Tribromophenol	0.299	0.292	2.3	101	0.00
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.421	0.433	-2.9	104	0.00
43		2,4,5-Trichlorophenol	0.498	0.541	-8.6	107	0.00
44	S	2-Fluorobiphenyl	1.385	1.376	0.6	105	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG032818\
Data File : BG033387.D
Acq On : 28 Mar 2018 15:50
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 28 18:37:21 2018
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG031918.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Mar 28 18:34:58 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	1.537	1.537	0.0	105	0.00
46		2-Chloronaphthalene	1.185	1.168	1.4	103	0.00
47		2-Nitroaniline	0.444	0.439	1.1	101	0.00
48		Acenaphthylene	1.978	1.933	2.3	103	0.00
49		Dimethylphthalate	1.741	1.718	1.3	104	0.00
50		2,6-Dinitrotoluene	0.356	0.361	-1.4	102	0.00
51	C	Acenaphthene	1.275	1.265	0.8	103	0.00
52		3-Nitroaniline	0.373	0.357	4.3	100	0.00
53	P	2,4-Dinitrophenol	0.149	0.173	-16.1	113	0.00
54		Dibenzofuran	1.883	1.812	3.8	102	0.00
55	P	4-Nitrophenol	0.262	0.242	7.6	95	0.00
56		2,4-Dinitrotoluene	0.524	0.518	1.1	104	0.00
57		Fluorene	1.604	1.558	2.9	105	0.00
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.468	0.477	-1.9	104	0.00
59		Diethylphthalate	1.690	1.684	0.4	106	0.00
60		4-Chlorophenyl-phenylether	0.922	0.913	1.0	107	0.00
61		4-Nitroaniline	0.378	0.373	1.3	103	0.00
62		Azobenzene	1.637	1.570	4.1	101	0.00
63	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	108	0.00
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.120	0.102	15.0	87	0.00
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.571	0.556	2.6	103	0.00
66		4-Bromophenyl-phenylether	0.235	0.231	1.7	104	0.00
67		Hexachlorobenzene	0.248	0.245	1.2	106	0.00
68		Atrazine	0.231	0.224	3.0	102	0.00
69	C	Pentachlorophenol	0.170	0.160	5.9	100	0.00
70		Phenanthrene	1.042	0.992	4.8	101	0.00
71		Anthracene	1.055	1.010	4.3	102	0.00
72		Carbazole	0.935	0.890	4.8	100	0.00
73		Di-n-butylphthalate	1.088	1.071	1.6	104	0.00
74	C	Fluoranthene	1.289	1.209	6.2	100	0.00
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	110	0.00
76		Benzidine	0.542	0.497	8.3	92	0.00
77		Pyrene	1.334	1.249	6.4	102	0.00
78	S	Terphenyl-d14	0.935	0.884	5.5	103	0.00
79		Butylbenzylphthalate	0.492	0.485	1.4	106	0.00
80		Benzo(a)anthracene	1.274	1.205	5.4	104	0.00
81		3,3'-Dichlorobenzidine	0.453	0.467	-3.1	107	0.00
82		Chrysene	1.233	1.188	3.6	105	0.00
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.679	0.685	-0.9	108	0.00
84	c	Di-n-octyl phthalate	1.039	1.102	-6.1	113	0.00
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.333	1.361	-2.1	109	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	116	0.00
87		Benzo(b)fluoranthene	1.155	1.068	7.5	106	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG032818\
Data File : BG033387.D
Acq On : 28 Mar 2018 15:50
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 28 18:37:21 2018
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG031918.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Mar 28 18:34:58 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	1.169	1.074	8.1	105	0.00
89 C	Benzo(a)pyrene	1.110	1.055	5.0	108	0.00
90	Dibenzo(a,h)anthracene	1.045	1.008	3.5	107	0.00
91	Benzo(g,h,i)perylene	1.035	0.991	4.3	108	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0