Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA G\Data\BG040318\
Data File : BG033516.D
Acq On : 3 Apr 2018 9:04
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Apr 03 15:01:10 2018
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG031918.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Apr 03 14:50:26 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	100	0.00
2		1,4-Dioxane	0.542	0.517	4.6	97	0.00
3		Pyridine	1.497	1.631	-9.0	99	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.614	0.658	-7.2	106	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.067	1.158	-8.5	100	0.00
6		Aniline	2.155	2.267	-5.2	98	0.00
7	S	Phenol-d6	1.833	1.958	-6.8	104	0.00
8		2-Chlorophenol	1.219	1.284	-5.3	97	0.00
9		Benzaldehyde	1.165	0.993	14.8	87	0.00
10	C	Phenol	1.809	1.943	-7.4	102	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.477	1.345	8.9	84	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.594	1.491	6.5	92	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.597	1.492	6.6	94	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.558	1.564	-0.4	96	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.443	1.695	-17.5	110	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.408	2.495	-3.6	102	0.00
17		2-Methylphenol	1.233	1.301	-5.5	103	0.00
18		Hexachloroethane	0.616	0.634	-2.9	102	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.343	1.415	-5.4	97	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.755	2.014	-14.8	107	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	99	0.00
22		Acetophenone	0.548	0.559	-2.0	94	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.435	0.451	-3.7	99	0.00
24		Nitrobenzene	0.466	0.473	-1.5	97	0.00
25		Isophorone	0.845	0.886	-4.9	100	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.176	0.187	-6.3	96	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.256	0.275	-7.4	108	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.422	0.416	1.4	94	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.315	0.341	-8.3	102	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.409	0.405	1.0	96	0.00
31		Naphthalene	1.036	1.049	-1.3	98	0.00
32		Benzoic acid	0.238	0.206	13.4	96	0.00
33		4-Chloroaniline	0.464	0.475	-2.4	97	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.310	0.306	1.3	99	0.00
35		Caprolactam	0.123	0.138	-12.2	106	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.411	0.468	-13.9	105	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.804	0.825	-2.6	102	0.00
38	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	101	0.00
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.724	0.708	2.2	98	0.00
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.425	0.338	20.5	78	0.00
41	S	2,4,6-Tribromophenol	0.299	0.293	2.0	96	0.00
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.421	0.432	-2.6	98	0.00
43		2,4,5-Trichlorophenol	0.498	0.542	-8.8	101	0.00
44	S	2-Fluorobiphenyl	1.385	1.386	-0.1	100	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA G\Data\BG040318\
Data File : BG033516.D
Acq On : 3 Apr 2018 9:04
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Apr 03 15:01:10 2018
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG031918.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Apr 03 14:50:26 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	1.537	1.576	-2.5	102	0.00
46		2-Chloronaphthalene	1.185	1.211	-2.2	101	0.00
47		2-Nitroaniline	0.444	0.471	-6.1	102	0.00
48		Acenaphthylene	1.978	2.046	-3.4	103	0.00
49		Dimethylphthalate	1.741	1.792	-2.9	103	0.00
50		2,6-Dinitrotoluene	0.356	0.375	-5.3	101	0.00
51	C	Acenaphthene	1.275	1.268	0.5	98	0.00
52		3-Nitroaniline	0.373	0.384	-2.9	101	0.00
53	P	2,4-Dinitrophenol	0.149	0.082	45.0#	51	0.00
54		Dibenzofuran	1.883	1.917	-1.8	102	0.00
55	P	4-Nitrophenol	0.262	0.232	11.5	86	0.00
56		2,4-Dinitrotoluene	0.524	0.536	-2.3	101	0.00
57		Fluorene	1.604	1.645	-2.6	104	0.00
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.468	0.472	-0.9	97	0.00
59		Diethylphthalate	1.690	1.763	-4.3	105	0.00
60		4-Chlorophenyl-phenylether	0.922	0.918	0.4	102	0.00
61		4-Nitroaniline	0.378	0.388	-2.6	101	0.00
62		Azobenzene	1.637	1.727	-5.5	105	0.00
63	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	100	0.00
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.120	0.100	16.7	79	0.00
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.571	0.591	-3.5	102	0.00
66		4-Bromophenyl-phenylether	0.235	0.242	-3.0	101	0.00
67		Hexachlorobenzene	0.248	0.255	-2.8	102	0.00
68		Atrazine	0.231	0.235	-1.7	99	0.00
69	C	Pentachlorophenol	0.170	0.140	17.6	81	0.00
70		Phenanthrene	1.042	1.073	-3.0	102	0.00
71		Anthracene	1.055	1.088	-3.1	102	0.00
72		Carbazole	0.935	0.961	-2.8	101	0.00
73		Di-n-butylphthalate	1.088	1.140	-4.8	102	0.00
74	C	Fluoranthene	1.289	1.287	0.2	99	0.00
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	101	0.00
76		Benzidine	0.542	0.459	15.3	78	0.00
77		Pyrene	1.334	1.322	0.9	99	0.00
78	S	Terphenyl-d14	0.935	0.918	1.8	99	0.00
79		Butylbenzylphthalate	0.492	0.520	-5.7	105	0.00
80		Benzo(a)anthracene	1.274	1.270	0.3	100	0.00
81		3,3'-Dichlorobenzidine	0.453	0.478	-5.5	101	0.00
82		Chrysene	1.233	1.244	-0.9	102	0.00
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.679	0.734	-8.1	107	0.00
84	c	Di-n-octyl phthalate	1.039	1.172	-12.8	110	0.00
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.333	1.412	-5.9	105	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	105	0.00
87		Benzo(b)fluoranthene	1.155	1.150	0.4	103	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA G\Data\BG040318\
Data File : BG033516.D
Acq On : 3 Apr 2018 9:04
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Apr 03 15:01:10 2018
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG031918.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Apr 03 14:50:26 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	1.169	1.166	0.3	103	0.00
89 C	Benzo(a)pyrene	1.110	1.123	-1.2	104	0.00
90	Dibenzo(a,h)anthracene	1.045	1.052	-0.7	101	0.00
91	Benzo(g,h,i)perylene	1.035	1.069	-3.3	105	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0