Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG040615\
Data File : BG016240.D
Acq On : 7 Apr 2015 00:53
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
ClientSampleId : SSTDCCC040EC

Quant Time: Apr 07 06:11:40 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG040615.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Apr 07 04:17:17 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	111	0.00
2		1,4-Dioxane	0.576	0.510	11.5	101	0.00
3		Pyridine	1.722	1.602	7.0	104	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.512	0.481	6.1	104	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.267	1.210	4.5	107	0.00
6		Aniline	2.717	2.575	5.2	105	0.00
7	S	Phenol-d6	1.902	1.847	2.9	107	0.00
8		2-Chlorophenol	1.522	1.494	1.8	109	0.00
9		Benzaldehyde	1.114	1.014	9.0	106	0.00
10	C	Phenol	2.035	1.974	3.0	107	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.623	1.525	6.0	106	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.537	1.479	3.8	109	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.594	1.512	5.1	110	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.525	1.446	5.2	108	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.326	1.312	1.1	107	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.828	1.694	7.3	104	0.00
17		2-Methylphenol	1.365	1.347	1.3	108	0.00
18		Hexachloroethane	0.610	0.571	6.4	107	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.363	1.339	1.8	105	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.891	1.873	1.0	107	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	108	0.00
22		Acetophenone	0.464	0.446	3.9	106	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.345	0.333	3.5	105	0.00
24		Nitrobenzene	0.369	0.354	4.1	106	0.00
25		Isophorone	0.767	0.739	3.7	105	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.172	0.189	-9.9	114	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.321	0.320	0.3	109	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.438	0.419	4.3	106	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.254	0.263	-3.5	111	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.265	0.262	1.1	111	0.00
31		Naphthalene	1.042	1.001	3.9	108	0.00
32		Benzoic acid	0.182	0.204	-12.1	119	0.00
33		4-Chloroaniline	0.489	0.486	0.6	109	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.116	0.117	-0.9	114	0.00
35		Caprolactam	0.160	0.163	-1.9	105	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.335	0.333	0.6	107	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.750	0.726	3.2	108	0.00
38	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	107	0.00
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.440	0.436	0.9	111	0.00
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.202	0.200	1.0	109	0.00
41	S	2,4,6-Tribromophenol	0.135	0.141	-4.4	111	0.00
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.327	0.341	-4.3	112	0.00
43		2,4,5-Trichlorophenol	0.350	0.359	-2.6	112	0.00
44	S	2-Fluorobiphenyl	1.175	1.132	3.7	109	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG040615\
Data File : BG016240.D
Acq On : 7 Apr 2015 00:53
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
ClientSampleId : SSTDCCC040EC

Quant Time: Apr 07 06:11:40 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG040615.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Apr 07 04:17:17 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	1.534	1.466	4.4	108	0.00
46		2-Chloronaphthalene	1.169	1.119	4.3	109	0.00
47		2-Nitroaniline	0.377	0.373	1.1	105	0.00
48		Acenaphthylene	2.078	1.990	4.2	107	0.00
49		Dimethylphthalate	1.466	1.397	4.7	106	0.00
50		2,6-Dinitrotoluene	0.355	0.353	0.6	108	0.00
51	C	Acenaphthene	1.242	1.183	4.8	108	0.00
52		3-Nitroaniline	0.453	0.442	2.4	105	0.00
53	P	2,4-Dinitrophenol	0.167	0.167	0.0	107	0.00
54		Dibenzofuran	1.723	1.631	5.3	107	0.00
55	P	4-Nitrophenol	0.374	0.361	3.5	105	0.00
56		2,4-Dinitrotoluene	0.483	0.478	1.0	106	0.00
57		Fluorene	1.520	1.435	5.6	106	0.00
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.270	0.281	-4.1	114	0.00
59		Diethylphthalate	1.560	1.470	5.8	104	0.00
60		4-Chlorophenyl-phenylether	0.622	0.595	4.3	108	0.00
61		4-Nitroaniline	0.514	0.494	3.9	103	0.00
62		Azobenzene	1.661	1.505	9.4	102	0.00
63	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	104	0.00
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.119	0.134	-12.6	108	0.00
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.676	0.668	1.2	106	0.00
66		4-Bromophenyl-phenylether	0.160	0.161	-0.6	108	0.00
67		Hexachlorobenzene	0.166	0.168	-1.2	109	0.00
68		Atrazine	0.188	0.190	-1.1	107	0.00
69	C	Pentachlorophenol	0.101	0.105	-4.0	108	0.00
70		Phenanthrene	1.125	1.060	5.8	103	0.00
71		Anthracene	1.115	1.072	3.9	104	0.00
72		Carbazole	1.119	1.068	4.6	103	0.00
73		Di-n-butylphthalate	1.369	1.323	3.4	102	0.00
74	C	Fluoranthene	1.159	1.106	4.6	104	0.00
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	107	0.00
76		Benzidine	0.848	0.795	6.2	100	0.00
77		Pyrene	1.393	1.309	6.0	104	0.00
78	S	Terphenyl-d14	0.855	0.803	6.1	104	0.00
79		Butylbenzylphthalate	0.684	0.683	0.1	104	0.00
80		Benzo(a)anthracene	1.182	1.113	5.8	105	0.00
81		3,3'-Dichlorobenzidine	0.389	0.387	0.5	107	0.00
82		Chrysene	1.141	1.069	6.3	105	0.00
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.926	0.915	1.2	104	0.00
84	c	Di-n-octyl phthalate	1.509	1.521	-0.8	103	0.00
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.186	1.156	2.5	107	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	107	0.00
87		Benzo(b)fluoranthene	1.171	1.099	6.1	104	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG040615\
Data File : BG016240.D
Acq On : 7 Apr 2015 00:53
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
ClientSampleId : SSTDCCC040EC

Quant Time: Apr 07 06:11:40 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG040615.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Apr 07 04:17:17 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	1.146	1.100	4.0	109	0.00
89 C	Benzo(a)pyrene	1.098	1.049	4.5	106	0.00
90	Dibenzo(a,h)anthracene	1.068	1.021	4.4	107	0.00
91	Benzo(g,h,i)perylene	1.067	1.023	4.1	107	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0