Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG040822\
Data File : BG053084.D
Acq On : 8 Apr 2022 15:03
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
ClientSampleId :
ICVBG040822

Quant Time: Apr 08 17:48:14 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG040822.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Apr 08 15:31:24 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	101	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	40.982	-2.5	99	0.00
3		Pyridine	40.000	42.109	-5.3	96	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	39.527	1.2	91	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	82.017	-2.5	98	0.00
6		Aniline	40.000	41.920	-4.8	98	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	82.424	-3.0	97	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	40.404	-1.0	95	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	38.682	3.3	103	0.00
10	C	Phenol	40.000	39.946	0.1	96	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	41.452	-3.6	100	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	40.444	-1.1	97	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	40.256	-0.6	96	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	39.541	1.1	96	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	41.498	-3.7	97	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	40.295	-0.7	94	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	40.922	-2.3	98	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	39.830	0.4	94	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	41.213	-3.0	97	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	40.779	-1.9	96	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	98	0.00
22		Acetophenone	40.000	40.910	-2.3	97	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	79.880	0.2	95	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	39.908	0.2	97	0.00
25		Isophorone	40.000	41.485	-3.7	97	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	41.893	-4.7	98	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	41.066	-2.7	96	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	41.159	-2.9	96	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	41.237	-3.1	95	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	40.405	-1.0	95	0.00
31		Naphthalene	40.000	40.086	-0.2	94	0.00
32		Benzoic acid	40.000	44.226	-10.6	101	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	41.778	-4.4	97	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	39.536	1.2	94	0.00
35		Caprolactam	40.000	41.881	-4.7	96	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	42.124	-5.3	98	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	40.649	-1.6	96	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	40.295	-0.7	95	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	97	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	40.701	-1.8	98	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	41.928	-4.8	97	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	83.316	-4.1	98	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	41.046	-2.6	96	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	42.171	-5.4	99	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	79.989	0.0	97	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	40.037	-0.1	97	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	40.141	-0.4	97	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG040822\
Data File : BG053084.D
Acq On : 8 Apr 2022 15:03
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
ClientSampleId :
ICVBG040822

Quant Time: Apr 08 17:48:14 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG040822.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Apr 08 15:31:24 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	41.922	-4.8	97	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	41.054	-2.6	97	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	41.359	-3.4	99	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	41.542	-3.9	99	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	41.189	-3.0	97	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	42.939	-7.3	100	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	43.970	-9.9	101	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	40.906	-2.3	99	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	44.348	-10.9	100	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	42.669	-6.7	100	0.00
58		Fluorene	40.000	40.691	-1.7	98	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	42.115	-5.3	98	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	40.798	-2.0	97	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	40.447	-1.1	97	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	41.661	-4.2	100	0.00
63		Azobenzene	40.000	40.577	-1.4	97	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	98	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	43.456	-8.6	102	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	41.420	-3.6	99	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	42.132	-5.3	100	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	41.276	-3.2	98	0.00
69		Atrazine	40.000	39.888	0.3	97	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	45.292	-13.2	100	0.00
71		Phenanthrene	40.000	41.281	-3.2	99	0.00
72		Anthracene	40.000	40.708	-1.8	98	0.00
73		Carbazole	40.000	41.278	-3.2	99	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	41.256	-3.1	99	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	41.003	-2.5	100	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	100	0.00
77		Benzidine	40.000	36.098	9.8	95	0.00
78		Pyrene	40.000	41.300	-3.2	101	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	81.941	-2.4	101	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	41.745	-4.4	101	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	41.010	-2.5	101	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	40.537	-1.3	100	0.00
83		Chrysene	40.000	41.274	-3.2	101	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	41.021	-2.6	101	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	41.733	-4.3	102	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	102	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	40.696	-1.7	101	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	41.645	-4.1	103	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	40.461	-1.2	101	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	41.045	-2.6	101	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	40.587	-1.5	101	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	40.788	-2.0	101	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG040822\
Data File : BG053084.D
Acq On : 8 Apr 2022 15:03
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
ClientSampleId :
ICVBG040822

Quant Time: Apr 08 17:48:14 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG040822.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Apr 08 15:31:24 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0