Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG041921\
Data File : BG048777.D
Acq On : 20 Apr 2021 00:20
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Apr 20 05:26:20 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG041421.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Apr 16 15:59:00 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	107	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	40.898	-2.2	108	-0.01
3		Pyridine	40.000	48.026	-20.1	122	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	42.197	-5.5	109	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	85.117	-6.4	116	0.00
6		Aniline	40.000	42.781	-7.0	110	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	86.204	-7.8	114	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	44.718	-11.8	122	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	39.808	0.5	111	0.00
10	C	Phenol	40.000	42.385	-6.0	115	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	43.644	-9.1	120	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	41.094	-2.7	114	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	42.050	-5.1	113	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	42.691	-6.7	113	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	45.085	-12.7	117	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	44.677	-11.7	116	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	44.412	-11.0	116	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	40.202	-0.5	107	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	46.267	-15.7	124	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	44.742	-11.9	117	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	121	0.00
22		Acetophenone	40.000	39.677	0.8	124	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	75.944	5.1	115	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	39.161	2.1	119	0.00
25		Isophorone	40.000	41.318	-3.3	125	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	42.969	-7.4	128	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	37.521	6.2	115	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	39.933	0.2	121	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	40.809	-2.0	124	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	36.986	7.5	116	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.581	1.0	119	0.00
32		Benzoic acid	40.000	64.040	-60.1#	190	-0.16
33		4-Chloroaniline	40.000	40.301	-0.8	120	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	38.302	4.2	113	0.00
35		Caprolactam	40.000	36.189	9.5	111	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	40.895	-2.2	127	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	39.049	2.4	119	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	39.187	2.0	120	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	120	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	40.037	-0.1	117	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	36.460	8.8	108	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	76.847	3.9	113	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	43.156	-7.9	124	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	40.872	-2.2	119	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	81.682	-2.1	121	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	40.912	-2.3	120	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	40.619	-1.5	120	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG041921\
Data File : BG048777.D
Acq On : 20 Apr 2021 00:20
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Apr 20 05:26:20 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG041421.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Apr 16 15:59:00 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	41.656	-4.1	115	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	41.123	-2.8	121	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	40.345	-0.9	118	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	40.530	-1.3	116	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	42.094	-5.2	121	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	39.838	0.4	120	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	7.427	81.4#	7	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	40.765	-1.9	118	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	47.280	-18.2	133	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	39.580	1.1	115	0.00
58		Fluorene	40.000	41.052	-2.6	121	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	36.796	8.0	105	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	40.721	-1.8	121	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	40.751	-1.9	121	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	39.398	1.5	119	0.00
63		Azobenzene	40.000	42.256	-5.6	125	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	115	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	20.351	49.1#	55	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	41.061	-2.7	119	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	40.766	-1.9	125	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	39.810	0.5	115	0.00
69		Atrazine	40.000	38.279	4.3	113	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	16.234	59.4#	48	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.572	1.1	116	0.00
72		Anthracene	40.000	39.365	1.6	115	0.00
73		Carbazole	40.000	38.432	3.9	114	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	38.929	2.7	116	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	37.102	7.2	110	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	118	0.00
77		Benzidine	40.000	31.257	21.9	76	0.00
78		Pyrene	40.000	38.221	4.4	110	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	73.867	7.7	109	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	38.476	3.8	113	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	38.233	4.4	112	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	36.676	8.3	107	0.00
83		Chrysene	40.000	38.516	3.7	112	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	38.924	2.7	113	-0.01
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	38.739	3.2	112	-0.01
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	108	-0.01
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	40.342	-0.9	110	-0.02
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	40.839	-2.1	110	-0.01
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	40.667	-1.7	111	-0.01
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	40.517	-1.3	110	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	40.079	-0.2	111	-0.02
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	39.821	0.4	110	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG041921\
Data File : BG048777.D
Acq On : 20 Apr 2021 00:20
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Apr 20 05:26:20 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG041421.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Apr 16 15:59:00 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 1