Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG042115\
Data File : BG016602.D
Acq On : 22 Apr 2015 3:21
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Apr 22 04:21:51 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG042115.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Apr 22 02:10:07 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	94	0.00
2		1,4-Dioxane	0.561	0.567	-1.1	92	0.00
3		Pyridine	1.552	1.628	-4.9	94	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.465	0.474	-1.9	93	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.248	1.278	-2.4	94	0.00
6		Aniline	2.408	2.487	-3.3	93	0.00
7	S	Phenol-d6	1.743	1.831	-5.0	94	0.00
8		2-Chlorophenol	1.490	1.545	-3.7	96	0.00
9		Benzaldehyde	0.793	0.704	11.2	93	0.00
10	C	Phenol	1.844	1.928	-4.6	93	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.444	1.452	-0.6	94	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.555	1.587	-2.1	96	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.583	1.619	-2.3	95	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.506	1.546	-2.7	96	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.109	1.155	-4.1	91	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.398	1.407	-0.6	95	0.00
17		2-Methylphenol	1.243	1.302	-4.7	95	0.00
18		Hexachloroethane	0.569	0.579	-1.8	96	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.127	1.157	-2.7	94	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.712	1.800	-5.1	92	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	95	0.00
22		Acetophenone	0.445	0.460	-3.4	94	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.325	0.336	-3.4	94	0.00
24		Nitrobenzene	0.338	0.352	-4.1	94	0.00
25		Isophorone	0.665	0.689	-3.6	92	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.187	0.199	-6.4	93	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.317	0.336	-6.0	94	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.399	0.412	-3.3	96	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.262	0.280	-6.9	93	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.279	0.286	-2.5	94	0.00
31		Naphthalene	1.044	1.072	-2.7	94	0.00
32		Benzoic acid	0.103	0.078	24.3	67	0.01
33		4-Chloroaniline	0.477	0.506	-6.1	92	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.124	0.127	-2.4	99	0.00
35		Caprolactam	0.152	0.169	-11.2	88	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.317	0.338	-6.6	90	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.747	0.775	-3.7	94	0.00
38	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	92	0.00
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.460	0.463	-0.7	95	0.00
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.143	0.136	4.9	90	0.00
41	S	2,4,6-Tribromophenol	0.136	0.155	-14.0	92	0.00
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.326	0.338	-3.7	90	0.00
43		2,4,5-Trichlorophenol	0.347	0.364	-4.9	90	0.00
44	S	2-Fluorobiphenyl	1.208	1.212	-0.3	93	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG042115\
Data File : BG016602.D
Acq On : 22 Apr 2015 3:21
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Apr 22 04:21:51 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG042115.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Apr 22 02:10:07 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	1.540	1.560	-1.3	93	0.00
46		2-Chloronaphthalene	1.180	1.196	-1.4	92	0.00
47		2-Nitroaniline	0.344	0.382	-11.0	91	0.00
48		Acenaphthylene	2.094	2.190	-4.6	92	0.00
49		Dimethylphthalate	1.479	1.572	-6.3	92	0.00
50		2,6-Dinitrotoluene	0.363	0.394	-8.5	92	0.00
51	C	Acenaphthene	1.250	1.286	-2.9	92	0.00
52		3-Nitroaniline	0.449	0.517	-15.1	93	0.00
53	P	2,4-Dinitrophenol	0.133	0.136	-2.3	81	0.00
54		Dibenzofuran	1.759	1.829	-4.0	91	0.00
55	P	4-Nitrophenol	0.340	0.393	-15.6	92	0.00
56		2,4-Dinitrotoluene	0.500	0.581	-16.2	91	0.00
57		Fluorene	1.550	1.648	-6.3	92	0.00
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.262	0.294	-12.2	91	0.00
59		Diethylphthalate	1.576	1.698	-7.7	90	0.00
60		4-Chlorophenyl-phenylether	0.636	0.658	-3.5	92	0.00
61		4-Nitroaniline	0.514	0.619	-20.4	93	0.00
62		Azobenzene	1.462	1.584	-8.3	92	0.00
63	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	93	0.00
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.129	0.132	-2.3	88	0.00
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.671	0.670	0.1	92	0.00
66		4-Bromophenyl-phenylether	0.157	0.157	0.0	93	0.00
67		Hexachlorobenzene	0.164	0.165	-0.6	93	0.00
68		Atrazine	0.187	0.197	-5.3	92	0.00
69	C	Pentachlorophenol	0.073	0.073	0.0	86	0.00
70		Phenanthrene	1.139	1.162	-2.0	93	0.00
71		Anthracene	1.131	1.180	-4.3	94	0.00
72		Carbazole	1.154	1.239	-7.4	95	0.00
73		Di-n-butylphthalate	1.405	1.504	-7.0	94	0.00
74	C	Fluoranthene	1.226	1.302	-6.2	96	0.00
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	99	0.00
76		Benzidine	0.740	0.767	-3.6	100	0.00
77		Pyrene	1.343	1.383	-3.0	95	0.00
78	S	Terphenyl-d14	0.830	0.851	-2.5	98	0.00
79		Butylbenzylphthalate	0.703	0.745	-6.0	97	0.00
80		Benzo(a)anthracene	1.206	1.219	-1.1	97	0.00
81		3,3'-Dichlorobenzidine	0.399	0.409	-2.5	98	0.00
82		Chrysene	1.158	1.167	-0.8	97	0.00
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.965	1.016	-5.3	96	0.00
84	c	Di-n-octyl phthalate	1.603	1.685	-5.1	96	0.00
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.271	1.313	-3.3	99	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	98	0.00
87		Benzo(b)fluoranthene	1.193	1.232	-3.3	99	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG042115\
Data File : BG016602.D
Acq On : 22 Apr 2015 3:21
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Apr 22 04:21:51 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG042115.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Apr 22 02:10:07 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	1.171	1.222	-4.4	97	0.00
89 C	Benzo(a)pyrene	1.133	1.165	-2.8	97	0.00
90	Dibenzo(a,h)anthracene	1.101	1.152	-4.6	99	0.00
91	Benzo(g,h,i)perylene	1.111	1.155	-4.0	97	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0