Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG042215\
Data File : BG016617.D
Acq On : 22 Apr 2015 13:48
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Apr 22 18:13:33 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG042115.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Apr 22 02:10:07 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	98	0.00
2		1,4-Dioxane	0.561	0.569	-1.4	97	0.00
3		Pyridine	1.552	1.604	-3.4	97	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.465	0.489	-5.2	101	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.248	1.300	-4.2	100	0.00
6		Aniline	2.408	2.505	-4.0	98	0.00
7	S	Phenol-d6	1.743	1.851	-6.2	99	0.00
8		2-Chlorophenol	1.490	1.565	-5.0	101	0.00
9		Benzaldehyde	0.793	0.712	10.2	98	0.00
10	C	Phenol	1.844	1.944	-5.4	98	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.444	1.447	-0.2	98	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.555	1.571	-1.0	100	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.583	1.590	-0.4	98	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.506	1.521	-1.0	99	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.109	1.203	-8.5	99	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.398	1.394	0.3	99	0.00
17		2-Methylphenol	1.243	1.299	-4.5	99	0.00
18		Hexachloroethane	0.569	0.572	-0.5	99	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.127	1.155	-2.5	98	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.712	1.824	-6.5	98	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	99	0.00
22		Acetophenone	0.445	0.450	-1.1	96	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.325	0.332	-2.2	96	0.00
24		Nitrobenzene	0.338	0.347	-2.7	97	0.00
25		Isophorone	0.665	0.693	-4.2	96	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.187	0.205	-9.6	100	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.317	0.333	-5.0	98	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.399	0.409	-2.5	99	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.262	0.290	-10.7	101	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.279	0.288	-3.2	99	0.00
31		Naphthalene	1.044	1.068	-2.3	98	0.00
32		Benzoic acid	0.103	0.165	-60.2#	147	0.00
33		4-Chloroaniline	0.477	0.528	-10.7	100	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.124	0.125	-0.8	102	0.00
35		Caprolactam	0.152	0.186	-22.4	101	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.317	0.360	-13.6	101	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.747	0.778	-4.1	98	0.00
38	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	100	0.00
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.460	0.455	1.1	101	0.00
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.143	0.131	8.4	93	0.00
41	S	2,4,6-Tribromophenol	0.136	0.164	-20.6	105	0.00
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.326	0.360	-10.4	103	0.00
43		2,4,5-Trichlorophenol	0.347	0.393	-13.3	105	0.00
44	S	2-Fluorobiphenyl	1.208	1.194	1.2	99	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG042215\
Data File : BG016617.D
Acq On : 22 Apr 2015 13:48
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Apr 22 18:13:33 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG042115.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Apr 22 02:10:07 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	1.540	1.553	-0.8	100	0.00
46		2-Chloronaphthalene	1.180	1.189	-0.8	99	0.00
47		2-Nitroaniline	0.344	0.388	-12.8	99	0.00
48		Acenaphthylene	2.094	2.162	-3.2	98	0.00
49		Dimethylphthalate	1.479	1.560	-5.5	98	0.00
50		2,6-Dinitrotoluene	0.363	0.396	-9.1	100	0.00
51	C	Acenaphthene	1.250	1.271	-1.7	99	0.00
52		3-Nitroaniline	0.449	0.531	-18.3	103	0.00
53	P	2,4-Dinitrophenol	0.133	0.150	-12.8	96	0.00
54		Dibenzofuran	1.759	1.832	-4.2	99	0.00
55	P	4-Nitrophenol	0.340	0.390	-14.7	99	0.00
56		2,4-Dinitrotoluene	0.500	0.587	-17.4	100	0.00
57		Fluorene	1.550	1.667	-7.5	100	0.00
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.262	0.305	-16.4	102	0.00
59		Diethylphthalate	1.576	1.695	-7.6	97	0.00
60		4-Chlorophenyl-phenylether	0.636	0.666	-4.7	101	0.00
61		4-Nitroaniline	0.514	0.628	-22.2	102	0.00
62		Azobenzene	1.462	1.565	-7.0	98	0.00
63	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	101	0.00
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.129	0.136	-5.4	99	0.00
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.671	0.673	-0.3	100	0.00
66		4-Bromophenyl-phenylether	0.157	0.156	0.6	100	0.00
67		Hexachlorobenzene	0.164	0.165	-0.6	101	0.00
68		Atrazine	0.187	0.197	-5.3	100	0.00
69	C	Pentachlorophenol	0.073	0.086	-17.8	109	0.00
70		Phenanthrene	1.139	1.154	-1.3	100	0.00
71		Anthracene	1.131	1.165	-3.0	101	0.00
72		Carbazole	1.154	1.201	-4.1	100	0.00
73		Di-n-butylphthalate	1.405	1.465	-4.3	99	0.00
74	C	Fluoranthene	1.226	1.279	-4.3	102	0.00
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	103	0.00
76		Benzidine	0.740	0.823	-11.2	112	0.00
77		Pyrene	1.343	1.392	-3.6	100	0.00
78	S	Terphenyl-d14	0.830	0.844	-1.7	101	0.00
79		Butylbenzylphthalate	0.703	0.757	-7.7	104	0.00
80		Benzo(a)anthracene	1.206	1.241	-2.9	104	0.00
81		3,3'-Dichlorobenzidine	0.399	0.429	-7.5	107	0.00
82		Chrysene	1.158	1.168	-0.9	101	0.00
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.965	1.040	-7.8	103	0.00
84	c	Di-n-octyl phthalate	1.603	1.739	-8.5	104	0.00
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.271	1.332	-4.8	105	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	104	0.00
87		Benzo(b)fluoranthene	1.193	1.245	-4.4	107	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG042215\
Data File : BG016617.D
Acq On : 22 Apr 2015 13:48
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Apr 22 18:13:33 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG042115.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Apr 22 02:10:07 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	1.171	1.164	0.6	99	0.00
89 C	Benzo(a)pyrene	1.133	1.161	-2.5	103	0.00
90	Dibenzo(a,h)anthracene	1.101	1.148	-4.3	105	0.00
91	Benzo(g,h,i)perylene	1.111	1.146	-3.2	103	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0