Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG042322\
Data File : BG053286.D
Acq On : 23 Apr 2022 10:33
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Apr 24 02:47:56 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG040822.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sun Apr 24 01:13:30 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	111	0.00
2		1,4-Dioxane	0.557	0.566	-1.6	108	0.00
3		Pyridine	1.470	1.604	-9.1	109	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.728	0.788	-8.2	110	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.167	1.254	-7.5	113	0.00
6		Aniline	2.085	2.175	-4.3	107	0.00
7	S	Phenol-d6	1.799	1.880	-4.5	107	0.00
8		2-Chlorophenol	1.260	1.341	-6.4	110	0.00
9		Benzaldehyde	1.075	1.063	1.1	115	0.00
10	C	Phenol	1.791	1.902	-6.2	112	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.291	1.323	-2.5	109	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.464	1.483	-1.3	106	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.492	1.548	-3.8	109	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.439	1.465	-1.8	109	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.599	1.611	-0.8	103	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.155	2.214	-2.7	105	0.00
17		2-Methylphenol	1.212	1.275	-5.2	111	0.00
18		Hexachloroethane	0.560	0.576	-2.9	106	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.317	1.351	-2.6	106	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.711	1.786	-4.4	108	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	104	0.00
22		Acetophenone	0.555	0.576	-3.8	104	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.493	0.501	-1.6	102	0.00
24		Nitrobenzene	0.479	0.498	-4.0	107	0.00
25		Isophorone	0.837	0.852	-1.8	100	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.200	0.211	-5.5	104	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.287	0.307	-7.0	105	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.470	0.485	-3.2	102	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.361	0.379	-5.0	103	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.408	0.421	-3.2	103	0.00
31		Naphthalene	1.067	1.124	-5.3	105	0.00
32		Benzoic acid	0.155	0.185	-19.4	96	0.00
33		4-Chloroaniline	0.457	0.468	-2.4	101	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.303	0.305	-0.7	101	0.00
35		Caprolactam	0.127	0.129	-1.6	99	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.420	0.436	-3.8	102	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.790	0.819	-3.7	104	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.771	0.785	-1.8	102	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	99	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.679	0.706	-4.0	102	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.351	0.410	-16.8	111	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.318	0.325	-2.2	98	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.468	0.483	-3.2	99	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.499	0.504	-1.0	97	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.450	1.516	-4.6	103	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.440	1.510	-4.9	104	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.149	1.179	-2.6	101	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG042322\
Data File : BG053286.D
Acq On : 23 Apr 2022 10:33
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Apr 24 02:47:56 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG040822.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sun Apr 24 01:13:30 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	0.436	0.449	-3.0	97	0.00
49		Acenaphthylene	1.799	1.894	-5.3	102	0.00
50		Dimethylphthalate	1.600	1.615	-0.9	99	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.334	0.333	0.3	98	0.00
52	C	Acenaphthene	1.220	1.248	-2.3	99	0.00
53		3-Nitroaniline	0.353	0.366	-3.7	99	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.212	0.197	7.1	87	0.00
55		Dibenzofuran	1.910	1.968	-3.0	102	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.269	0.265	1.5	91	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	0.475	0.494	-4.0	100	0.00
58		Fluorene	1.543	1.578	-2.3	101	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.485	0.497	-2.5	98	0.00
60		Diethylphthalate	1.676	1.653	1.4	97	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	0.875	0.896	-2.4	100	0.00
62		4-Nitroaniline	0.372	0.380	-2.2	100	0.00
63		Azobenzene	1.690	1.721	-1.8	100	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	99	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.140	0.148	-5.7	100	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.575	0.594	-3.3	100	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.256	0.264	-3.1	98	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.278	0.281	-1.1	97	0.00
69		Atrazine	0.225	0.214	4.9	93	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.152	0.158	-3.9	93	0.00
71		Phenanthrene	1.092	1.113	-1.9	99	0.00
72		Anthracene	1.082	1.108	-2.4	99	0.00
73		Carbazole	1.052	1.058	-0.6	98	0.00
74		Di-n-butylphthalate	1.193	1.200	-0.6	98	0.00
75	C	Fluoranthene	1.400	1.426	-1.9	100	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	105	0.00
77		Benzidine	0.571	0.487	14.7	94	0.00
78		Pyrene	1.424	1.386	2.7	99	0.00
79	S	Terphenyl-d14	1.184	1.143	3.5	99	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.531	0.531	0.0	101	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.367	1.361	0.4	102	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.503	0.492	2.2	101	0.00
83		Chrysene	1.269	1.280	-0.9	104	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.718	0.736	-2.5	106	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.201	1.223	-1.8	105	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	107	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.486	1.516	-2.0	105	-0.01
88		Benzo(b)fluoranthene	1.262	1.260	0.2	104	-0.01
89		Benzo(k)fluoranthene	1.240	1.279	-3.1	107	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	1.075	1.093	-1.7	105	-0.01
91		Dibenzo(a,h)anthracene	1.223	1.241	-1.5	106	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	1.205	1.219	-1.2	105	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG042322\
Data File : BG053286.D
Acq On : 23 Apr 2022 10:33
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Apr 24 02:47:56 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG040822.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sun Apr 24 01:13:30 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0