Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG050422\
Data File : BG053430.D
Acq On : 4 May 2022 14:47
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: May 04 18:10:04 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG040822.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed May 04 18:06:54 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	122	0.00
2		1,4-Dioxane	0.557	0.616	-10.6	129	0.00
3		Pyridine	1.470	1.638	-11.4	122	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.728	0.826	-13.5	126	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.167	1.236	-5.9	122	0.00
6		Aniline	2.085	2.144	-2.8	115	0.00
7	S	Phenol-d6	1.799	1.910	-6.2	119	0.00
8		2-Chlorophenol	1.260	1.292	-2.5	116	0.00
9		Benzaldehyde	1.075	1.063	1.1	127	0.00
10	C	Phenol	1.791	1.886	-5.3	122	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.291	1.372	-6.3	124	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.464	1.506	-2.9	118	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.492	1.563	-4.8	120	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.439	1.462	-1.6	119	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.599	1.635	-2.3	115	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.155	2.252	-4.5	117	0.00
17		2-Methylphenol	1.212	1.278	-5.4	122	0.00
18		Hexachloroethane	0.560	0.559	0.2	113	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.317	1.323	-0.5	114	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.711	1.808	-5.7	119	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	117	0.00
22		Acetophenone	0.555	0.565	-1.8	114	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.493	0.499	-1.2	114	0.00
24		Nitrobenzene	0.479	0.491	-2.5	118	0.00
25		Isophorone	0.837	0.861	-2.9	114	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.200	0.204	-2.0	113	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.287	0.300	-4.5	116	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.470	0.488	-3.8	115	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.361	0.383	-6.1	117	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.408	0.420	-2.9	115	0.00
31		Naphthalene	1.067	1.096	-2.7	115	0.00
32		Benzoic acid	0.155	0.195	-25.8#	114	0.00
33		4-Chloroaniline	0.457	0.462	-1.1	112	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.303	0.310	-2.3	115	0.00
35		Caprolactam	0.127	0.134	-5.5	115	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.420	0.430	-2.4	113	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.790	0.791	-0.1	113	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.771	0.784	-1.7	114	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	112	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.679	0.695	-2.4	114	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.351	0.323	8.0	99	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.318	0.329	-3.5	112	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.468	0.475	-1.5	110	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.499	0.497	0.4	108	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.450	1.456	-0.4	112	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.440	1.472	-2.2	114	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.149	1.158	-0.8	112	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG050422\
Data File : BG053430.D
Acq On : 4 May 2022 14:47
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: May 04 18:10:04 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG040822.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed May 04 18:06:54 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	0.436	0.460	-5.5	112	0.00
49		Acenaphthylene	1.799	1.868	-3.8	114	0.00
50		Dimethylphthalate	1.600	1.641	-2.6	113	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.334	0.343	-2.7	114	0.00
52	C	Acenaphthene	1.220	1.265	-3.7	113	0.00
53		3-Nitroaniline	0.353	0.376	-6.5	115	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.212	0.211	0.5	105	0.00
55		Dibenzofuran	1.910	1.959	-2.6	115	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.269	0.281	-4.5	109	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	0.475	0.515	-8.4	117	0.00
58		Fluorene	1.543	1.574	-2.0	113	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.485	0.495	-2.1	110	0.00
60		Diethylphthalate	1.676	1.705	-1.7	112	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	0.875	0.888	-1.5	112	0.00
62		4-Nitroaniline	0.372	0.407	-9.4	121	0.00
63		Azobenzene	1.690	1.747	-3.4	115	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	115	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.140	0.149	-6.4	117	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.575	0.584	-1.6	114	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.256	0.264	-3.1	114	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.278	0.279	-0.4	113	0.00
69		Atrazine	0.225	0.215	4.4	109	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.152	0.149	2.0	102	0.00
71		Phenanthrene	1.092	1.114	-2.0	115	0.00
72		Anthracene	1.082	1.092	-0.9	114	0.00
73		Carbazole	1.052	1.086	-3.2	116	0.00
74		Di-n-butylphthalate	1.193	1.250	-4.8	118	0.00
75	C	Fluoranthene	1.400	1.436	-2.6	117	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	123	0.00
77		Benzidine	0.571	0.545	4.6	123	0.00
78		Pyrene	1.424	1.382	2.9	116	0.00
79	S	Terphenyl-d14	1.184	1.135	4.1	115	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.531	0.549	-3.4	122	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.367	1.399	-2.3	123	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.503	0.509	-1.2	122	0.00
83		Chrysene	1.269	1.314	-3.5	125	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.718	0.770	-7.2	129	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.201	1.286	-7.1	129	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	128	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.486	1.541	-3.7	129	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	1.262	1.289	-2.1	127	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	1.240	1.260	-1.6	127	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	1.075	1.114	-3.6	128	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	1.223	1.251	-2.3	128	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	1.205	1.245	-3.3	129	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG050422\
Data File : BG053430.D
Acq On : 4 May 2022 14:47
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: May 04 18:10:04 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG040822.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed May 04 18:06:54 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0