Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG051315\
Data File : BG017119.D
Acq On : 13 May 2015 22:41
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: May 14 04:06:50 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG051315.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed May 13 16:12:13 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	112	0.00
2		1,4-Dioxane	0.445	0.494	-11.0	126	0.00
3		Pyridine	1.346	1.478	-9.8	118	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	1.021	1.024	-0.3	108	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.127	1.180	-4.7	112	0.00
6		Aniline	2.189	2.268	-3.6	110	0.00
7	S	Phenol-d6	1.582	1.685	-6.5	113	0.00
8		2-Chlorophenol	1.349	1.382	-2.4	110	0.00
9		Benzaldehyde	1.041	1.082	-3.9	114	0.00
10	C	Phenol	1.678	1.792	-6.8	115	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.258	1.331	-5.8	111	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.506	1.504	0.1	111	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.520	1.528	-0.5	110	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.452	1.450	0.1	108	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.537	1.540	-0.2	108	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.040	2.248	-10.2	121	0.00
17		2-Methylphenol	1.216	1.259	-3.5	114	0.00
18		Hexachloroethane	0.635	0.636	-0.2	109	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.378	1.418	-2.9	110	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.691	1.763	-4.3	111	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	108	0.00
22		Acetophenone	0.485	0.497	-2.5	109	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.428	0.444	-3.7	108	0.00
24		Nitrobenzene	0.419	0.438	-4.5	112	0.00
25		Isophorone	0.790	0.817	-3.4	108	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.187	0.190	-1.6	107	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.308	0.316	-2.6	111	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.384	0.404	-5.2	111	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.291	0.307	-5.5	110	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.330	0.317	3.9	101	0.00
31		Naphthalene	0.979	0.992	-1.3	107	0.00
32		Benzoic acid	0.209	0.212	-1.4	106	0.00
33		4-Chloroaniline	0.463	0.470	-1.5	104	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.209	0.195	6.7	98	0.00
35		Caprolactam	0.146	0.153	-4.8	115	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.368	0.383	-4.1	109	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.776	0.767	1.2	108	0.00
38	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	106	0.00
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.566	0.552	2.5	100	0.00
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.345	0.331	4.1	98	0.00
41	S	2,4,6-Tribromophenol	0.242	0.238	1.7	102	0.00
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.401	0.405	-1.0	101	0.00
43		2,4,5-Trichlorophenol	0.414	0.425	-2.7	105	0.00
44	S	2-Fluorobiphenyl	1.363	1.346	1.2	102	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG051315\
Data File : BG017119.D
Acq On : 13 May 2015 22:41
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: May 14 04:06:50 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG051315.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed May 13 16:12:13 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	1.441	1.474	-2.3	105	0.00
46		2-Chloronaphthalene	1.141	1.163	-1.9	105	0.00
47		2-Nitroaniline	0.444	0.476	-7.2	112	0.00
48		Acenaphthylene	1.953	2.006	-2.7	105	0.00
49		Dimethylphthalate	1.564	1.566	-0.1	104	0.00
50		2,6-Dinitrotoluene	0.347	0.356	-2.6	103	0.00
51	C	Acenaphthene	1.154	1.182	-2.4	106	0.00
52		3-Nitroaniline	0.384	0.417	-8.6	111	0.00
53	P	2,4-Dinitrophenol	0.201	0.198	1.5	96	0.00
54		Dibenzofuran	1.715	1.734	-1.1	105	0.00
55	P	4-Nitrophenol	0.310	0.336	-8.4	113	0.00
56		2,4-Dinitrotoluene	0.483	0.522	-8.1	111	0.00
57		Fluorene	1.518	1.533	-1.0	103	0.00
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.380	0.379	0.3	101	0.00
59		Diethylphthalate	1.680	1.703	-1.4	107	0.00
60		4-Chlorophenyl-phenylether	0.780	0.778	0.3	102	0.00
61		4-Nitroaniline	0.429	0.473	-10.3	112	0.00
62		Azobenzene	1.605	1.706	-6.3	110	0.00
63	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	108	0.00
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.137	0.140	-2.2	104	0.00
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.614	0.618	-0.7	106	0.00
66		4-Bromophenyl-phenylether	0.218	0.215	1.4	105	0.00
67		Hexachlorobenzene	0.230	0.228	0.9	105	0.00
68		Atrazine	0.225	0.234	-4.0	107	0.00
69	C	Pentachlorophenol	0.144	0.140	2.8	101	0.00
70		Phenanthrene	1.031	1.077	-4.5	109	0.00
71		Anthracene	1.045	1.075	-2.9	109	0.00
72		Carbazole	0.960	1.029	-7.2	113	0.00
73		Di-n-butylphthalate	1.285	1.389	-8.1	114	0.00
74	C	Fluoranthene	1.239	1.300	-4.9	111	0.00
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	113	0.00
76		Benzidine	0.653	0.665	-1.8	110	0.00
77		Pyrene	1.227	1.270	-3.5	114	0.00
78	S	Terphenyl-d14	0.960	0.978	-1.9	113	0.00
79		Butylbenzylphthalate	0.558	0.589	-5.6	116	0.00
80		Benzo(a)anthracene	1.146	1.180	-3.0	113	0.00
81		3,3'-Dichlorobenzidine	0.444	0.451	-1.6	113	0.00
82		Chrysene	1.068	1.098	-2.8	114	0.00
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.793	0.835	-5.3	114	0.00
84	c	Di-n-octyl phthalate	1.320	1.393	-5.5	116	0.00
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.277	1.314	-2.9	112	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	112	0.00
87		Benzo(b)fluoranthene	1.166	1.181	-1.3	114	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG051315\
Data File : BG017119.D
Acq On : 13 May 2015 22:41
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: May 14 04:06:50 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG051315.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed May 13 16:12:13 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	1.107	1.165	-5.2	114	0.00
89 C	Benzo(a)pyrene	1.071	1.099	-2.6	114	0.00
90	Dibenzo(a,h)anthracene	1.099	1.124	-2.3	114	0.00
91	Benzo(g,h,i)perylene	1.035	1.068	-3.2	114	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0