Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA G\Data\BG052715\
Data File : BG017296.D
Acq On : 27 May 2015 10:26
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: May 28 02:23:30 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG051315.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu May 28 02:22:53 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	61	-0.05
2		1,4-Dioxane	0.445	0.443	0.4	62	-0.06
3		Pyridine	1.346	1.365	-1.4	60	-0.05
4		n-Nitrosodimethylamine	1.021	0.920	9.9	53	-0.05
5	S	2-Fluorophenol	1.127	1.144	-1.5	59	-0.05
6		Aniline	2.189	2.193	-0.2	58	-0.05
7	S	Phenol-d6	1.582	1.631	-3.1	60	-0.04
8		2-Chlorophenol	1.349	1.372	-1.7	60	-0.04
9		Benzaldehyde	1.041	0.979	6.0	56	-0.05
10	C	Phenol	1.678	1.681	-0.2	59	-0.04
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.258	1.265	-0.6	58	-0.05
12		1,3-Dichlorobenzene	1.506	1.489	1.1	60	-0.05
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.520	1.511	0.6	59	-0.05
14		1,2-Dichlorobenzene	1.452	1.453	-0.1	59	-0.05
15		Benzyl Alcohol	1.537	1.485	3.4	57	-0.05
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.040	1.966	3.6	58	-0.05
17		2-Methylphenol	1.216	1.201	1.2	60	-0.05
18		Hexachloroethane	0.635	0.613	3.5	58	-0.06
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.378	1.297	5.9	55	-0.05
20		3+4-Methylphenols	1.691	1.732	-2.4	59	-0.04
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	58	-0.05
22		Acetophenone	0.485	0.484	0.2	57	-0.05
23	S	Nitrobenzene-d5	0.428	0.428	0.0	56	-0.05
24		Nitrobenzene	0.419	0.417	0.5	58	-0.05
25		Isophorone	0.790	0.795	-0.6	56	-0.05
26	C	2-Nitrophenol	0.187	0.197	-5.3	60	-0.05
27		2,4-Dimethylphenol	0.308	0.311	-1.0	59	-0.05
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.384	0.376	2.1	56	-0.05
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.291	0.319	-9.6	61	-0.05
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.330	0.335	-1.5	58	-0.05
31		Naphthalene	0.979	0.990	-1.1	57	-0.05
32		Benzoic acid	0.209	0.218	-4.3	59	-0.04
33		4-Chloroaniline	0.463	0.478	-3.2	57	-0.05
34	C	Hexachlorobutadiene	0.209	0.212	-1.4	57	-0.06
35		Caprolactam	0.146	0.162	-11.0	66	-0.04
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.368	0.396	-7.6	60	-0.05
37		2-Methylnaphthalene	0.776	0.790	-1.8	60	-0.05
38	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	62	-0.04
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.566	0.575	-1.6	61	-0.04
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.345	0.308	10.7	54	-0.05
41	S	2,4,6-Tribromophenol	0.242	0.267	-10.3	67	-0.04
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.401	0.420	-4.7	61	-0.04
43		2,4,5-Trichlorophenol	0.414	0.443	-7.0	64	-0.04
44	S	2-Fluorobiphenyl	1.363	1.356	0.5	60	-0.05

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA G\Data\BG052715\
Data File : BG017296.D
Acq On : 27 May 2015 10:26
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: May 28 02:23:30 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG051315.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu May 28 02:22:53 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	1.441	1.402	2.7	59	-0.05
46		2-Chloronaphthalene	1.141	1.148	-0.6	61	-0.05
47		2-Nitroaniline	0.444	0.447	-0.7	61	-0.04
48		Acenaphthylene	1.953	1.996	-2.2	61	-0.05
49		Dimethylphthalate	1.564	1.582	-1.2	61	-0.04
50		2,6-Dinitrotoluene	0.347	0.367	-5.8	62	-0.04
51	C	Acenaphthene	1.154	1.145	0.8	60	-0.04
52		3-Nitroaniline	0.384	0.410	-6.8	64	-0.04
53	P	2,4-Dinitrophenol	0.201	0.188	6.5	53	-0.04
54		Dibenzofuran	1.715	1.775	-3.5	63	-0.04
55	P	4-Nitrophenol	0.310	0.313	-1.0	62	-0.04
56		2,4-Dinitrotoluene	0.483	0.548	-13.5	68	-0.04
57		Fluorene	1.518	1.556	-2.5	61	-0.04
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.380	0.419	-10.3	65	-0.04
59		Diethylphthalate	1.680	1.674	0.4	61	-0.04
60		4-Chlorophenyl-phenylether	0.780	0.808	-3.6	62	-0.04
61		4-Nitroaniline	0.429	0.468	-9.1	65	-0.04
62		Azobenzene	1.605	1.606	-0.1	61	-0.04
63	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	67	-0.05
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.137	0.139	-1.5	64	-0.04
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.614	0.585	4.7	62	-0.04
66		4-Bromophenyl-phenylether	0.218	0.210	3.7	63	-0.04
67		Hexachlorobenzene	0.230	0.227	1.3	65	-0.04
68		Atrazine	0.225	0.223	0.9	64	-0.04
69	C	Pentachlorophenol	0.144	0.138	4.2	61	-0.04
70		Phenanthrene	1.031	1.045	-1.4	66	-0.04
71		Anthracene	1.045	1.056	-1.1	66	-0.04
72		Carbazole	0.960	0.974	-1.5	66	-0.04
73		Di-n-butylphthalate	1.285	1.317	-2.5	67	-0.04
74	C	Fluoranthene	1.239	1.280	-3.3	68	-0.04
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	74	-0.04
76		Benzidine	0.653	0.533	18.4	58	-0.04
77		Pyrene	1.227	1.161	5.4	68	-0.04
78	S	Terphenyl-d14	0.960	0.971	-1.1	73	-0.04
79		Butylbenzylphthalate	0.558	0.543	2.7	70	-0.04
80		Benzo(a)anthracene	1.146	1.154	-0.7	72	-0.04
81		3,3'-Dichlorobenzidine	0.444	0.444	0.0	73	-0.04
82		Chrysene	1.068	1.087	-1.8	74	-0.04
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.793	0.781	1.5	70	-0.04
84	c	Di-n-octyl phthalate	1.320	1.324	-0.3	73	-0.04
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.277	1.297	-1.6	73	-0.08
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	73	-0.05
87		Benzo(b)fluoranthene	1.166	1.177	-0.9	74	-0.05

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA G\Data\BG052715\
Data File : BG017296.D
Acq On : 27 May 2015 10:26
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: May 28 02:23:30 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG051315.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu May 28 02:22:53 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	1.107	1.149	-3.8	73	-0.05
89 C	Benzo(a)pyrene	1.071	1.100	-2.7	74	-0.05
90	Dibenzo(a,h)anthracene	1.099	1.124	-2.3	74	-0.08
91	Benzo(g,h,i)perylene	1.035	1.054	-1.8	73	-0.08

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0