Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG060315\
Data File : BG017422.D
Acq On : 4 Jun 2015 1:05
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 04 02:12:08 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG060315.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jun 04 01:31:15 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	93	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	39.955	0.1	97	0.00
3		Pyridine	40.000	42.671	-6.7	95	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	44.899	-12.2	99	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	82.041	-2.6	94	0.00
6		Aniline	40.000	41.861	-4.7	96	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	83.702	-4.6	94	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	41.757	-4.4	97	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	40.479	-1.2	89	0.00
10	C	Phenol	40.000	42.500	-6.3	94	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	43.459	-8.6	99	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	40.096	-0.2	93	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	41.044	-2.6	95	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	41.499	-3.7	96	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	44.771	-11.9	99	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	43.561	-8.9	99	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	43.898	-9.7	99	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	42.752	-6.9	97	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	42.106	-5.3	96	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	43.065	-7.7	96	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	96	0.00
22		Acetophenone	40.000	41.074	-2.7	96	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	84.294	-5.4	98	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	42.207	-5.5	99	0.00
25		Isophorone	40.000	41.208	-3.0	99	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	40.569	-1.4	93	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	41.538	-3.8	98	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	41.549	-3.9	95	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	41.685	-4.2	96	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	40.025	-0.1	96	0.00
31		Naphthalene	40.000	40.428	-1.1	96	0.00
32		Benzoic acid	40.000	37.308	6.7	85	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	40.973	-2.4	96	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	42.084	-5.2	100	0.00
35		Caprolactam	40.000	40.530	-1.3	90	-0.01
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	40.578	-1.4	93	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	40.281	-0.7	94	0.00
38	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	100	0.00
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	39.390	1.5	100	0.00
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	37.613	6.0	93	0.00
41	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	77.087	3.6	93	0.00
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	39.736	0.7	92	0.00
43		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	37.616	6.0	93	0.00
44	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	79.388	0.8	98	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG060315\
Data File : BG017422.D
Acq On : 4 Jun 2015 1:05
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 04 02:12:08 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG060315.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jun 04 01:31:15 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	40.000	39.388	1.5	96	0.00
46		2-Chloronaphthalene	40.000	39.088	2.3	93	0.00
47		2-Nitroaniline	40.000	39.905	0.2	95	0.00
48		Acenaphthylene	40.000	39.797	0.5	96	0.00
49		Dimethylphthalate	40.000	38.964	2.6	94	0.00
50		2,6-Dinitrotoluene	40.000	38.848	2.9	95	0.00
51	C	Acenaphthene	40.000	39.959	0.1	99	0.00
52		3-Nitroaniline	40.000	37.612	6.0	91	0.00
53	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	37.051	7.4	92	0.00
54		Dibenzofuran	40.000	39.906	0.2	96	0.00
55	P	4-Nitrophenol	40.000	36.659	8.4	88	-0.01
56		2,4-Dinitrotoluene	40.000	40.223	-0.6	93	0.00
57		Fluorene	40.000	39.446	1.4	95	0.00
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	40.885	-2.2	95	0.00
59		Diethylphthalate	40.000	38.168	4.6	93	0.00
60		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	39.131	2.2	96	0.00
61		4-Nitroaniline	40.000	40.432	-1.1	93	0.00
62		Azobenzene	40.000	41.179	-2.9	99	0.00
63	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	91	0.00
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	42.586	-6.5	96	0.00
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	42.592	-6.5	95	0.00
66		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	41.990	-5.0	97	0.00
67		Hexachlorobenzene	40.000	41.574	-3.9	95	0.00
68		Atrazine	40.000	41.022	-2.6	91	0.00
69	C	Pentachlorophenol	40.000	39.468	1.3	91	0.00
70		Phenanthrene	40.000	40.857	-2.1	94	0.00
71		Anthracene	40.000	41.290	-3.2	95	0.00
72		Carbazole	40.000	40.373	-0.9	93	0.00
73		Di-n-butylphthalate	40.000	41.386	-3.5	94	0.00
74	C	Fluoranthene	40.000	41.195	-3.0	95	0.00
75	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	94	0.00
76		Benzidine	40.000	43.349	-8.4	95	0.00
77		Pyrene	40.000	40.690	-1.7	94	0.00
78	S	Terphenyl-d14	80.000	81.931	-2.4	95	0.00
79		Butylbenzylphthalate	40.000	40.254	-0.6	92	0.00
80		Benzo(a)anthracene	40.000	40.809	-2.0	95	0.00
81		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	41.734	-4.3	95	0.00
82		Chrysene	40.000	40.882	-2.2	95	0.00
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	41.170	-2.9	95	0.00
84	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	40.923	-2.3	96	0.00
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	42.158	-5.4	97	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	95	0.00
87		Benzo(b)fluoranthene	40.000	40.368	-0.9	93	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG060315\
Data File : BG017422.D
Acq On : 4 Jun 2015 1:05
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 04 02:12:08 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG060315.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jun 04 01:31:15 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	40.000	41.549	-3.9	100	0.00
89 C	Benzo(a)pyrene	40.000	40.265	-0.7	94	0.00
90	Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	41.021	-2.6	96	0.00
91	Benzo(g,h,i)perylene	40.000	40.863	-2.2	97	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0