Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG061621\
Data File : BG048992.D
Acq On : 16 Jun 2021 9:59
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 16 12:05:12 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG061121.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jun 16 12:04:50 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	77	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	36.269	9.3	80	0.00
3		Pyridine	40.000	37.969	5.1	79	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	43.177	-7.9	87	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	74.126	7.3	80	0.00
6		Aniline	40.000	35.296	11.8	75	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	72.062	9.9	76	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	36.604	8.5	80	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	33.552	16.1	76	0.00
10	C	Phenol	40.000	35.373	11.6	77	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	34.659	13.4	74	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	35.562	11.1	76	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	36.216	9.5	79	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	35.777	10.6	78	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	35.386	11.5	77	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	34.342	14.1	74	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	35.809	10.5	77	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	36.407	9.0	78	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	34.064	14.8	75	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	35.948	10.1	77	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	76	0.00
22		Acetophenone	40.000	35.215	12.0	78	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	73.403	8.2	80	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	36.458	8.9	80	0.00
25		Isophorone	40.000	33.492	16.3	74	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	40.638	-1.6	88	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	34.222	14.4	76	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	33.328	16.7	73	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	35.331	11.7	77	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	35.711	10.7	79	0.00
31		Naphthalene	40.000	34.035	14.9	75	0.00
32		Benzoic acid	40.000	44.493	-11.2	95	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	34.687	13.3	77	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	36.536	8.7	81	0.00
35		Caprolactam	40.000	43.505	-8.8	95	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	35.718	10.7	78	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	33.821	15.4	75	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	34.089	14.8	75	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	79	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	33.770	15.6	79	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	35.001	12.5	80	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	74.806	6.5	86	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	38.570	3.6	87	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	39.743	0.6	91	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	67.733	15.3	78	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	33.653	15.9	77	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	34.764	13.1	81	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG061621\
Data File : BG048992.D
Acq On : 16 Jun 2021 9:59
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 16 12:05:12 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG061121.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jun 16 12:04:50 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	40.502	-1.3	92	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	33.394	16.5	77	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	35.538	11.2	82	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	39.221	1.9	88	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	34.602	13.5	79	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	38.262	4.3	86	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	45.528	-13.8	102	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	33.752	15.6	78	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	40.671	-1.7	89	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	46.756	-16.9	95	0.00
58		Fluorene	40.000	33.824	15.4	79	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	36.193	9.5	81	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	35.745	10.6	83	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	35.562	11.1	84	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	41.030	-2.6	91	0.00
63		Azobenzene	40.000	33.056	17.4	77	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	83	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	47.825	-19.6	105	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	32.338	19.2	79	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	32.628	18.4	79	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	34.597	13.5	85	0.00
69		Atrazine	40.000	37.303	6.7	84	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	35.262	11.8	84	0.00
71		Phenanthrene	40.000	33.892	15.3	83	0.00
72		Anthracene	40.000	32.901	17.7	82	0.00
73		Carbazole	40.000	34.176	14.6	84	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	36.477	8.8	91	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	35.589	11.0	89	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	90	0.00
77		Benzidine	40.000	47.038	-17.6	107	0.00
78		Pyrene	40.000	33.911	15.2	89	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	72.087	9.9	95	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	36.419	9.0	95	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	34.778	13.1	91	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	39.300	1.8	102	0.00
83		Chrysene	40.000	35.108	12.2	92	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	36.045	9.9	96	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	36.196	9.5	95	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	93	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	37.815	5.5	98	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	36.101	9.7	95	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	35.987	10.0	93	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	36.648	8.4	97	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	38.320	4.2	99	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	36.829	7.9	96	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG061621\
Data File : BG048992.D
Acq On : 16 Jun 2021 9:59
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jun 16 12:05:12 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG061121.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jun 16 12:04:50 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0