Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG062215\
Data File : BG017739.D
Acq On : 22 Jun 2015 10:35
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 23 02:04:35 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG061815.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 19 06:05:07 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	87	0.00
2		1,4-Dioxane	0.496	0.566	-14.1	102	0.00
3		Pyridine	1.382	1.678	-21.4	105	-0.01
4		n-Nitrosodimethylamine	0.628	0.785	-25.0#	105	-0.01
5	S	2-Fluorophenol	1.140	1.192	-4.6	92	-0.01
6		Aniline	2.203	2.375	-7.8	94	-0.01
7	S	Phenol-d6	1.602	1.725	-7.7	93	-0.01
8		2-Chlorophenol	1.426	1.446	-1.4	87	-0.01
9		Benzaldehyde	0.929	0.868	6.6	81	0.00
10	C	Phenol	1.746	1.888	-8.1	93	-0.01
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.324	1.435	-8.4	94	-0.01
12		1,3-Dichlorobenzene	1.586	1.579	0.4	88	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.639	1.619	1.2	87	-0.01
14		1,2-Dichlorobenzene	1.547	1.545	0.1	88	-0.01
15		Benzyl Alcohol	1.379	1.521	-10.3	93	-0.01
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.021	2.297	-13.7	101	-0.01
17		2-Methylphenol	1.300	1.346	-3.5	90	-0.01
18		Hexachloroethane	0.628	0.654	-4.1	92	-0.01
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.348	1.474	-9.3	98	-0.02
20		3+4-Methylphenols	1.754	1.849	-5.4	90	-0.01
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	92	-0.01
22		Acetophenone	0.454	0.451	0.7	91	-0.01
23	S	Nitrobenzene-d5	0.348	0.370	-6.3	97	-0.01
24		Nitrobenzene	0.374	0.396	-5.9	96	-0.01
25		Isophorone	0.774	0.793	-2.5	93	-0.02
26	C	2-Nitrophenol	0.170	0.177	-4.1	94	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.323	0.316	2.2	89	-0.01
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.390	0.399	-2.3	94	-0.01
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.285	0.277	2.8	87	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.320	0.293	8.4	84	-0.01
31		Naphthalene	1.081	1.069	1.1	90	-0.01
32		Benzoic acid	0.159	0.168	-5.7	96	-0.02
33		4-Chloroaniline	0.473	0.478	-1.1	91	-0.01
34	C	Hexachlorobutadiene	0.183	0.169	7.7	84	-0.01
35		Caprolactam	0.158	0.153	3.2	89	-0.02
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.352	0.354	-0.6	91	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.778	0.776	0.3	90	-0.01
38	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	90	0.00
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.536	0.508	5.2	86	0.00
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.360	0.333	7.5	81	0.00
41	S	2,4,6-Tribromophenol	0.185	0.187	-1.1	87	-0.01
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.363	0.368	-1.4	88	0.00
43		2,4,5-Trichlorophenol	0.396	0.405	-2.3	91	-0.01
44	S	2-Fluorobiphenyl	1.231	1.212	1.5	87	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG062215\
Data File : BG017739.D
Acq On : 22 Jun 2015 10:35
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 23 02:04:35 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG061815.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 19 06:05:07 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	1.478	1.488	-0.7	90	0.00
46		2-Chloronaphthalene	1.190	1.197	-0.6	90	0.00
47		2-Nitroaniline	0.356	0.438	-23.0	108	0.00
48		Acenaphthylene	2.126	2.150	-1.1	90	-0.01
49		Dimethylphthalate	1.530	1.530	0.0	89	-0.01
50		2,6-Dinitrotoluene	0.315	0.354	-12.4	96	0.00
51	C	Acenaphthene	1.283	1.298	-1.2	90	-0.01
52		3-Nitroaniline	0.369	0.417	-13.0	96	0.00
53	P	2,4-Dinitrophenol	0.130	0.162	-24.6	111	-0.01
54		Dibenzofuran	1.806	1.818	-0.7	89	-0.01
55	P	4-Nitrophenol	0.291	0.342	-17.5	99	-0.01
56		2,4-Dinitrotoluene	0.407	0.491	-20.6	99	-0.01
57		Fluorene	1.633	1.669	-2.2	90	-0.01
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.328	0.352	-7.3	93	0.00
59		Diethylphthalate	1.660	1.678	-1.1	90	-0.01
60		4-Chlorophenyl-phenylether	0.749	0.748	0.1	89	0.00
61		4-Nitroaniline	0.409	0.471	-15.2	97	0.00
62		Azobenzene	1.739	1.919	-10.4	98	-0.01
63	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	93	-0.01
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.099	0.119	-20.2	109	0.00
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.639	0.626	2.0	89	-0.01
66		4-Bromophenyl-phenylether	0.207	0.198	4.3	86	0.00
67		Hexachlorobenzene	0.224	0.208	7.1	85	0.00
68		Atrazine	0.233	0.215	7.7	83	-0.01
69	C	Pentachlorophenol	0.112	0.123	-9.8	95	0.00
70		Phenanthrene	1.128	1.118	0.9	90	0.00
71		Anthracene	1.127	1.111	1.4	89	0.00
72		Carbazole	1.104	1.095	0.8	91	0.00
73		Di-n-butylphthalate	1.378	1.350	2.0	90	-0.01
74	C	Fluoranthene	1.288	1.221	5.2	87	0.00
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	86	0.00
76		Benzidine	0.667	0.545	18.3	67	-0.01
77		Pyrene	1.273	1.312	-3.1	88	-0.01
78	S	Terphenyl-d14	0.880	0.887	-0.8	86	-0.01
79		Butylbenzylphthalate	0.602	0.609	-1.2	86	-0.01
80		Benzo(a)anthracene	1.151	1.125	2.3	83	0.00
81		3,3'-Dichlorobenzidine	0.429	0.399	7.0	78	0.00
82		Chrysene	1.057	1.045	1.1	85	0.00
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.836	0.842	-0.7	86	-0.01
84	c	Di-n-octyl phthalate	1.373	1.398	-1.8	86	-0.02
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.267	1.235	2.5	83	-0.02
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	86	-0.01
87		Benzo(b)fluoranthene	1.204	1.195	0.7	82	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG062215\
Data File : BG017739.D
Acq On : 22 Jun 2015 10:35
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 23 02:04:35 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG061815.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 19 06:05:07 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	1.151	1.163	-1.0	85	-0.01
89 C	Benzo(a)pyrene	1.106	1.105	0.1	84	-0.01
90	Dibenzo(a,h)anthracene	1.120	1.090	2.7	82	-0.02
91	Benzo(g,h,i)perylene	1.085	1.049	3.3	82	-0.02

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0