Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_G\DATA\BG062315\
Data File : BG017760.D
Acq On : 23 Jun 2015 18:02
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 24 00:59:36 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG061815.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 19 06:05:07 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	95	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	45.931	-14.8	112	0.00
3		Pyridine	40.000	54.205	-35.5#	127	-0.01
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	52.429	-31.1#	120	-0.01
5	S	2-Fluorophenol	80.000	87.180	-9.0	105	-0.01
6		Aniline	40.000	44.465	-11.2	106	-0.01
7	S	Phenol-d6	80.000	88.155	-10.2	104	-0.01
8		2-Chlorophenol	40.000	41.301	-3.3	96	-0.01
9		Benzaldehyde	40.000	39.199	2.0	93	0.00
10	C	Phenol	40.000	44.359	-10.9	104	-0.01
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	43.057	-7.6	101	-0.01
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.525	1.2	95	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.445	1.4	95	-0.01
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	39.649	0.9	96	-0.01
15		Benzyl Alcohol	40.000	44.619	-11.5	103	-0.01
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	47.258	-18.1	114	-0.01
17		2-Methylphenol	40.000	41.858	-4.6	100	-0.01
18		Hexachloroethane	40.000	41.444	-3.6	100	-0.01
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	43.290	-8.2	106	-0.02
20		3+4-Methylphenols	40.000	42.847	-7.1	100	-0.01
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	99	-0.01
22		Acetophenone	40.000	41.108	-2.8	101	-0.01
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	88.239	-10.3	108	-0.01
24		Nitrobenzene	40.000	44.455	-11.1	108	-0.01
25		Isophorone	40.000	41.472	-3.7	102	-0.02
26	C	2-Nitrophenol	40.000	42.459	-6.1	103	-0.01
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	39.194	2.0	96	-0.01
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	41.941	-4.9	104	-0.02
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	38.630	3.4	93	-0.01
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	36.415	9.0	90	-0.01
31		Naphthalene	40.000	39.558	1.1	97	-0.01
32		Benzoic acid	40.000	28.960	27.6#	69	-0.05
33		4-Chloroaniline	40.000	39.624	0.9	95	-0.01
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	37.271	6.8	91	-0.01
35		Caprolactam	40.000	38.419	4.0	95	-0.02
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	40.459	-1.1	99	-0.01
37		2-Methylnaphthalene	40.000	38.721	3.2	94	-0.01
38	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	93	-0.01
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	38.313	4.2	91	-0.01
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	35.938	10.2	82	-0.01
41	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	80.390	-0.5	91	-0.01
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	39.948	0.1	91	-0.01
43		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	40.417	-1.0	93	-0.01
44	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	78.771	1.5	91	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_G\DATA\BG062315\
Data File : BG017760.D
Acq On : 23 Jun 2015 18:02
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 24 00:59:36 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG061815.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 19 06:05:07 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	40.000	39.839	0.4	93	-0.01
46		2-Chloronaphthalene	40.000	40.120	-0.3	93	-0.01
47		2-Nitroaniline	40.000	50.765	-26.9#	116	-0.01
48		Acenaphthylene	40.000	40.094	-0.2	93	-0.01
49		Dimethylphthalate	40.000	38.493	3.8	89	-0.02
50		2,6-Dinitrotoluene	40.000	43.966	-9.9	98	-0.01
51	C	Acenaphthene	40.000	40.202	-0.5	93	-0.02
52		3-Nitroaniline	40.000	43.203	-8.0	96	-0.01
53	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	43.067	-7.7	107	-0.01
54		Dibenzofuran	40.000	39.595	1.0	91	-0.01
55	P	4-Nitrophenol	40.000	43.696	-9.2	95	-0.01
56		2,4-Dinitrotoluene	40.000	41.464	-3.7	98	-0.01
57		Fluorene	40.000	39.559	1.1	91	-0.01
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	42.109	-5.3	95	-0.01
59		Diethylphthalate	40.000	37.958	5.1	88	-0.02
60		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	38.434	3.9	89	-0.01
61		4-Nitroaniline	40.000	43.898	-9.7	96	-0.01
62		Azobenzene	40.000	43.285	-8.2	101	-0.01
63	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	89	-0.01
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	43.920	-9.8	103	0.00
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	41.091	-2.7	90	-0.01
66		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	39.296	1.8	85	-0.01
67		Hexachlorobenzene	40.000	37.942	5.1	83	-0.01
68		Atrazine	40.000	36.100	9.7	78	-0.02
69	C	Pentachlorophenol	40.000	43.197	-8.0	90	-0.01
70		Phenanthrene	40.000	40.412	-1.0	88	-0.01
71		Anthracene	40.000	40.422	-1.1	88	-0.01
72		Carbazole	40.000	40.021	-0.1	88	-0.01
73		Di-n-butylphthalate	40.000	39.273	1.8	86	-0.02
74	C	Fluoranthene	40.000	38.645	3.4	85	-0.01
75	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	88	-0.02
76		Benzidine	40.000	24.473	38.8#	51	-0.01
77		Pyrene	40.000	39.604	1.0	86	-0.01
78	S	Terphenyl-d14	80.000	77.738	2.8	84	-0.02
79		Butylbenzylphthalate	40.000	40.233	-0.6	87	-0.02
80		Benzo(a)anthracene	40.000	39.437	1.4	85	-0.01
81		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	36.107	9.7	77	-0.01
82		Chrysene	40.000	39.842	0.4	87	-0.01
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	40.754	-1.9	88	-0.02
84	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	40.468	-1.2	87	-0.03
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	39.299	1.8	84	-0.04
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	89	-0.02
87		Benzo(b)fluoranthene	40.000	38.714	3.2	83	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_G\DATA\BG062315\
Data File : BG017760.D
Acq On : 23 Jun 2015 18:02
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 24 00:59:36 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG061815.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 19 06:05:07 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	40.000	40.436	-1.1	88	-0.02
89 C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.492	1.3	85	-0.02
90	Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	38.311	4.2	83	-0.04
91	Benzo(g,h,i)perylene	40.000	38.360	4.1	84	-0.05

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0