Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG062619\
Data File : BG041478.D
Acq On : 26 Jun 2019 21:58
Operator : HP/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
ClientSampleId : ICVBG062619

Quant Time: Jun 27 13:29:17 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG062619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jun 27 13:25:55 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	83	0.00
2		1,4-Dioxane	0.508	0.505	0.6	78	0.00
3		Pyridine	1.288	1.370	-6.4	87	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.717	0.675	5.9	77	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.122	1.134	-1.1	82	0.00
6		Aniline	2.036	2.104	-3.3	85	0.00
7	S	Phenol-d6	1.579	1.629	-3.2	86	0.00
8		2-Chlorophenol	1.258	1.280	-1.7	83	0.00
9		Benzaldehyde	0.954	0.939	1.6	83	0.00
10	C	Phenol	1.592	1.603	-0.7	84	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.262	1.201	4.8	80	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.627	1.646	-1.2	83	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.641	1.660	-1.2	85	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.571	1.607	-2.3	84	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.258	1.299	-3.3	85	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.772	1.799	-1.5	84	0.00
17		2-Methylphenol	1.159	1.188	-2.5	85	0.00
18		Hexachloroethane	0.647	0.645	0.3	82	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.178	1.182	-0.3	85	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.544	1.592	-3.1	85	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	87	0.00
22		Acetophenone	0.600	0.591	1.5	84	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.480	0.479	0.2	84	0.00
24		Nitrobenzene	0.481	0.471	2.1	85	0.00
25		Isophorone	0.861	0.856	0.6	85	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.201	0.195	3.0	84	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.280	0.275	1.8	81	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.455	0.451	0.9	86	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.378	0.375	0.8	83	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.484	0.477	1.4	85	0.00
31		Naphthalene	1.106	1.099	0.6	86	0.00
32		Benzoic acid	0.154	0.148	3.9	89	-0.01
33		4-Chloroaniline	0.466	0.470	-0.9	85	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.384	0.374	2.6	84	0.00
35		Caprolactam	0.118	0.118	0.0	86	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.409	0.414	-1.2	88	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.817	0.812	0.6	85	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.780	0.769	1.4	85	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	90	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.881	0.860	2.4	85	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.436	0.417	4.4	79	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.341	0.342	-0.3	87	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.523	0.511	2.3	84	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.521	0.502	3.6	87	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG062619\
Data File : BG041478.D
Acq On : 26 Jun 2019 21:58
Operator : HP/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
ClientSampleId : ICVBG062619

Quant Time: Jun 27 13:29:17 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG062619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jun 27 13:25:55 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.559	1.563	-0.3	87	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.579	1.552	1.7	86	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.355	1.334	1.5	86	0.00
48		2-Nitroaniline	0.459	0.459	0.0	87	0.00
49		Acenaphthylene	2.026	2.000	1.3	87	0.00
50		Dimethylphthalate	1.820	1.816	0.2	88	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.386	0.380	1.6	88	0.00
52	C	Acenaphthene	1.201	1.189	1.0	87	0.00
53		3-Nitroaniline	0.369	0.356	3.5	83	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.208	0.209	-0.5	91	0.00
55		Dibenzofuran	2.092	2.066	1.2	86	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.238	0.218	8.4	77	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	0.560	0.568	-1.4	88	0.00
58		Fluorene	1.664	1.645	1.1	87	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.549	0.562	-2.4	88	0.00
60		Diethylphthalate	1.863	1.848	0.8	87	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	1.073	1.067	0.6	87	0.00
62		4-Nitroaniline	0.359	0.394	-9.7	94	0.00
63		Azobenzene	1.571	1.567	0.3	88	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	90	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.124	0.121	2.4	84	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.550	0.545	0.9	87	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.273	0.273	0.0	89	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.294	0.293	0.3	88	0.00
69		Atrazine	0.233	0.230	1.3	90	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.133	0.135	-1.5	87	0.00
71		Phenanthrene	1.102	1.111	-0.8	88	0.00
72		Anthracene	1.103	1.108	-0.5	88	0.00
73		Carbazole	0.937	0.952	-1.6	88	0.00
74		Di-n-butylphthalate	1.178	1.187	-0.8	87	0.00
75	C	Fluoranthene	1.469	1.484	-1.0	86	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	90	0.00
77		Benzidine	0.444	0.384	13.5	66	0.00
78		Pyrene	1.365	1.389	-1.8	88	0.00
79	S	Terphenyl-d14	0.941	0.963	-2.3	88	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.510	0.507	0.6	86	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.390	1.405	-1.1	87	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.481	0.455	5.4	81	0.00
83		Chrysene	1.346	1.341	0.4	87	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.723	0.696	3.7	84	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.223	1.210	1.1	86	0.00
86		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.630	1.599	1.9	86	0.00
87	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	88	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG062619\
Data File : BG041478.D
Acq On : 26 Jun 2019 21:58
Operator : HP/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
ClientSampleId : ICVBG062619

Quant Time: Jun 27 13:29:17 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG062619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jun 27 13:25:55 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(b)fluoranthene	1.276	1.265	0.9	84	0.00
89	Benzo(k)fluoranthene	1.252	1.265	-1.0	88	0.00
90 C	Benzo(a)pyrene	1.212	1.205	0.6	87	0.00
91	Dibenzo(a,h)anthracene	1.214	1.216	-0.2	86	0.00
92	Benzo(g,h,i)perylene	1.207	1.206	0.1	87	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0