Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG063021\
Data File : BG049143.D
Acq On : 30 Jun 2021 16:20
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
ClientSampleId : ICVBG063021

Quant Time: Jun 30 17:08:07 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG063021.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jun 30 15:39:12 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	91	0.00
2		1,4-Dioxane	0.561	0.550	2.0	93	0.00
3		Pyridine	1.516	1.497	1.3	92	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.861	0.842	2.2	91	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.277	1.247	2.3	91	0.00
6		Aniline	2.216	2.142	3.3	94	0.00
7	S	Phenol-d6	1.821	1.813	0.4	94	0.00
8		2-Chlorophenol	1.401	1.353	3.4	93	0.00
9		Benzaldehyde	0.958	1.025	-7.0	92	0.00
10	C	Phenol	1.829	1.763	3.6	91	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.334	1.304	2.2	92	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.567	1.525	2.7	95	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.576	1.525	3.2	93	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.517	1.440	5.1	92	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.603	1.592	0.7	93	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.264	2.134	5.7	90	0.00
17		2-Methylphenol	1.232	1.192	3.2	92	0.00
18		Hexachloroethane	0.629	0.609	3.2	92	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.308	1.265	3.3	93	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.708	1.634	4.3	92	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	92	0.00
22		Acetophenone	0.597	0.604	-1.2	94	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.472	0.469	0.6	93	0.00
24		Nitrobenzene	0.511	0.496	2.9	92	0.00
25		Isophorone	0.906	0.884	2.4	92	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.203	0.206	-1.5	95	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.305	0.295	3.3	89	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.427	0.415	2.8	92	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.366	0.363	0.8	92	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.431	0.424	1.6	93	0.00
31		Naphthalene	1.164	1.126	3.3	92	0.00
32		Benzoic acid	0.222	0.242	-9.0	98	0.00
33		4-Chloroaniline	0.481	0.479	0.4	94	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.319	0.309	3.1	93	0.00
35		Caprolactam	0.116	0.120	-3.4	96	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.421	0.431	-2.4	96	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.877	0.859	2.1	92	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.830	0.810	2.4	93	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	93	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.698	0.683	2.1	90	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.413	0.413	0.0	91	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.347	0.349	-0.6	95	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.482	0.475	1.5	92	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.527	0.508	3.6	90	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.482	1.451	2.1	93	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.494	1.484	0.7	92	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.229	1.179	4.1	92	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG063021\
Data File : BG049143.D
Acq On : 30 Jun 2021 16:20
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
ClientSampleId : ICVBG063021

Quant Time: Jun 30 17:08:07 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG063021.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jun 30 15:39:12 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	0.448	0.440	1.8	95	0.00
49		Acenaphthylene	1.938	1.884	2.8	94	0.00
50		Dimethylphthalate	1.605	1.556	3.1	92	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.368	0.365	0.8	94	0.00
52	C	Acenaphthene	1.208	1.153	4.6	90	0.00
53		3-Nitroaniline	0.353	0.347	1.7	97	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.222	0.228	-2.7	97	0.00
55		Dibenzofuran	1.967	1.900	3.4	94	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.288	0.297	-3.1	96	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	0.523	0.518	1.0	96	0.00
58		Fluorene	1.626	1.577	3.0	93	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.490	0.483	1.4	91	0.00
60		Diethylphthalate	1.701	1.679	1.3	94	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	0.900	0.859	4.6	93	0.00
62		4-Nitroaniline	0.367	0.362	1.4	95	0.00
63		Azobenzene	1.715	1.628	5.1	92	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	94	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.143	0.149	-4.2	97	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.626	0.602	3.8	93	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.270	0.264	2.2	94	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.298	0.284	4.7	92	0.00
69		Atrazine	0.208	0.217	-4.3	93	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.174	0.181	-4.0	97	0.00
71		Phenanthrene	1.152	1.102	4.3	95	0.00
72		Anthracene	1.148	1.098	4.4	95	0.00
73		Carbazole	1.095	1.052	3.9	95	0.00
74		Di-n-butylphthalate	1.259	1.231	2.2	96	0.00
75	C	Fluoranthene	1.442	1.394	3.3	96	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	99	0.00
77		Benzidine	0.430	0.470	-9.3	91	0.00
78		Pyrene	1.485	1.387	6.6	96	0.00
79	S	Terphenyl-d14	1.180	1.123	4.8	95	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.563	0.560	0.5	99	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.492	1.428	4.3	99	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.507	0.492	3.0	101	0.00
83		Chrysene	1.417	1.378	2.8	99	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.795	0.784	1.4	100	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.338	1.341	-0.2	102	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	99	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.596	1.614	-1.1	103	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	1.443	1.440	0.2	101	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	1.377	1.389	-0.9	104	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	1.331	1.336	-0.4	102	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	1.347	1.383	-2.7	105	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	1.328	1.351	-1.7	104	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG063021\
Data File : BG049143.D
Acq On : 30 Jun 2021 16:20
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
ClientSampleId :
ICVBG063021

Quant Time: Jun 30 17:08:07 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG063021.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jun 30 15:39:12 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0