# Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG070720\
Data File : BG045972.D
Acq On : 7 Jul 2020 23:23
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

**Instrument :** BNA_G
**LabSampleId :** SSTDCCC040

Quant Time: Jul 08 00:01:49 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG070620.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 07 09:58:42 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

| | | Compound | Amount | Calc. | %Dev | Area% | Dev(min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 1,4-Dichlorobenzene-d4 | 20.000 | 20.000 | 0.0 | 106 | 0.00 |
| 2 | | 1,4-Dioxane | 40.000 | 41.167 | -2.9 | 110 | 0.00 |
| 3 | | Pyridine | 40.000 | 41.951 | -4.9 | 112 | 0.00 |
| 4 | | n-Nitrosodimethylamine | 40.000 | 43.770 | -9.4 | 112 | 0.00 |
| 5 | S | 2-Fluorophenol | 80.000 | 79.667 | 0.4 | 109 | 0.00 |
| 6 | | Aniline | 40.000 | 40.115 | -0.3 | 107 | 0.00 |
| 7 | S | Phenol-d6 | 80.000 | 81.393 | -1.7 | 110 | 0.00 |
| 8 | | 2-Chlorophenol | 40.000 | 39.989 | 0.0 | 109 | 0.00 |
| 9 | | Benzaldehyde | 40.000 | 39.490 | 1.3 | 120 | 0.00 |
| 10 | C | Phenol | 40.000 | 40.221 | -0.6 | 109 | 0.00 |
| 11 | | bis(2-Chloroethyl)ether | 40.000 | 40.433 | -1.1 | 110 | 0.00 |
| 12 | | 1,3-Dichlorobenzene | 40.000 | 39.723 | 0.7 | 108 | 0.00 |
| 13 | C | 1,4-Dichlorobenzene | 40.000 | 40.036 | -0.1 | 108 | 0.00 |
| 14 | | 1,2-Dichlorobenzene | 40.000 | 39.318 | 1.7 | 106 | 0.00 |
| 15 | | Benzyl Alcohol | 40.000 | 40.802 | -2.0 | 109 | 0.00 |
| 16 | | 2,2'-oxybis(1-Chloropropane | 40.000 | 41.068 | -2.7 | 110 | 0.00 |
| 17 | | 2-Methylphenol | 40.000 | 40.083 | -0.2 | 107 | 0.00 |
| 18 | | Hexachloroethane | 40.000 | 39.742 | 0.6 | 107 | 0.00 |
| 19 | P | n-Nitroso-di-n-propylamine | 40.000 | 40.631 | -1.6 | 109 | 0.00 |
| 20 | | 3+4-Methylphenols | 40.000 | 40.586 | -1.5 | 107 | 0.00 |
| 21 | I | Naphthalene-d8 | 20.000 | 20.000 | 0.0 | 106 | 0.00 |
| 22 | | Acetophenone | 40.000 | 40.202 | -0.5 | 107 | 0.00 |
| 23 | S | Nitrobenzene-d5 | 80.000 | 91.857 | -14.8 | 121 | 0.00 |
| 24 | | Nitrobenzene | 40.000 | 45.889 | -14.7 | 119 | 0.00 |
| 25 | | Isophorone | 40.000 | 40.755 | -1.9 | 107 | 0.00 |
| 26 | C | 2-Nitrophenol | 40.000 | 50.552 | -26.4# | 137 | 0.00 |
| 27 | | 2,4-Dimethylphenol | 40.000 | 39.889 | 0.3 | 105 | 0.00 |
| 28 | | bis(2-Chloroethoxy)methane | 40.000 | 40.921 | -2.3 | 108 | 0.00 |
| 29 | C | 2,4-Dichlorophenol | 40.000 | 40.379 | -0.9 | 106 | 0.00 |
| 30 | | 1,2,4-Trichlorobenzene | 40.000 | 39.710 | 0.7 | 106 | 0.00 |
| 31 | | Naphthalene | 40.000 | 39.662 | 0.8 | 106 | 0.00 |
| 32 | | Benzoic acid | 40.000 | 45.622 | -14.1 | 129 | 0.00 |
| 33 | | 4-Chloroaniline | 40.000 | 39.371 | 1.6 | 104 | 0.00 |
| 34 | C | Hexachlorobutadiene | 40.000 | 39.189 | 2.0 | 105 | 0.00 |
| 35 | | Caprolactam | 40.000 | 40.670 | -1.7 | 106 | 0.00 |
| 36 | C | 4-Chloro-3-methylphenol | 40.000 | 40.494 | -1.2 | 106 | 0.00 |
| 37 | | 2-Methylnaphthalene | 40.000 | 39.951 | 0.1 | 105 | 0.00 |
| 38 | | 1-Methylnaphthalene | 40.000 | 40.065 | -0.2 | 106 | 0.00 |
| 39 | I | Acenaphthene-d10 | 20.000 | 20.000 | 0.0 | 102 | 0.00 |
| 40 | | 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene | 40.000 | 40.295 | -0.7 | 106 | 0.00 |
| 41 | P | Hexachlorocyclopentadiene | 40.000 | 39.683 | 0.8 | 103 | 0.00 |
| 42 | S | 2,4,6-Tribromophenol | 80.000 | 84.566 | -5.7 | 106 | 0.00 |
| 43 | C | 2,4,6-Trichlorophenol | 40.000 | 42.160 | -5.4 | 109 | 0.00 |
| 44 | | 2,4,5-Trichlorophenol | 40.000 | 41.827 | -4.6 | 107 | 0.00 |

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG070720\
Data File : BG045972.D
Acq On : 7 Jul 2020 23:23
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

**Instrument :** BNA_G
**LabSampleId :** SSTDCCC040

Quant Time: Jul 08 00:01:49 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG070620.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 07 09:58:42 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

| | | Compound | Amount | Calc. | %Dev | Area% | Dev(min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | S | 2-Fluorobiphenyl | 80.000 | 79.800 | 0.3 | 106 | 0.00 |
| 46 | | 1,1'-Biphenyl | 40.000 | 40.558 | -1.4 | 106 | 0.00 |
| 47 | | 2-Chloronaphthalene | 40.000 | 39.942 | 0.1 | 105 | 0.00 |
| 48 | | 2-Nitroaniline | 40.000 | 48.138 | -20.3 | 130 | 0.00 |
| 49 | | Acenaphthylene | 40.000 | 39.845 | 0.4 | 104 | 0.00 |
| 50 | | Dimethylphthalate | 40.000 | 39.581 | 1.0 | 103 | 0.00 |
| 51 | | 2,6-Dinitrotoluene | 40.000 | 46.552 | -16.4 | 127 | 0.00 |
| 52 | C | Acenaphthene | 40.000 | 40.684 | -1.7 | 105 | 0.00 |
| 53 | | 3-Nitroaniline | 40.000 | 45.635 | -14.1 | 120 | 0.00 |
| 54 | P | 2,4-Dinitrophenol | 40.000 | 47.798 | -19.5 | 133 | 0.00 |
| 55 | | Dibenzofuran | 40.000 | 39.636 | 0.9 | 104 | 0.00 |
| 56 | P | 4-Nitrophenol | 40.000 | 48.270 | -20.7 | 123 | 0.00 |
| 57 | | 2,4-Dinitrotoluene | 40.000 | 47.637 | -19.1 | 129 | 0.00 |
| 58 | | Fluorene | 40.000 | 39.337 | 1.7 | 102 | 0.00 |
| 59 | | 2,3,4,6-Tetrachlorophenol | 40.000 | 42.460 | -6.2 | 107 | 0.00 |
| 60 | | Diethylphthalate | 40.000 | 39.118 | 2.2 | 102 | 0.00 |
| 61 | | 4-Chlorophenyl-phenylether | 40.000 | 39.061 | 2.3 | 103 | 0.00 |
| 62 | | 4-Nitroaniline | 40.000 | 48.335 | -20.8 | 120 | 0.00 |
| 63 | | Azobenzene | 40.000 | 40.666 | -1.7 | 106 | 0.00 |
| 64 | I | Phenanthrene-d10 | 20.000 | 20.000 | 0.0 | 102 | 0.00 |
| 65 | | 4,6-Dinitro-2-methylphenol | 40.000 | 47.831 | -19.6 | 139 | 0.00 |
| 66 | c | n-Nitrosodiphenylamine | 40.000 | 40.123 | -0.3 | 102 | 0.00 |
| 67 | | 4-Bromophenyl-phenylether | 40.000 | 40.905 | -2.3 | 102 | 0.00 |
| 68 | | Hexachlorobenzene | 40.000 | 40.480 | -1.2 | 104 | 0.00 |
| 69 | | Atrazine | 40.000 | 39.076 | 2.3 | 98 | 0.00 |
| 70 | C | Pentachlorophenol | 40.000 | 43.906 | -9.8 | 105 | 0.00 |
| 71 | | Phenanthrene | 40.000 | 40.188 | -0.5 | 103 | 0.00 |
| 72 | | Anthracene | 40.000 | 39.780 | 0.5 | 102 | 0.00 |
| 73 | | Carbazole | 40.000 | 39.396 | 1.5 | 101 | 0.00 |
| 74 | | Di-n-butylphthalate | 40.000 | 38.494 | 3.8 | 101 | 0.00 |
| 75 | C | Fluoranthene | 40.000 | 39.721 | 0.7 | 103 | 0.00 |
| 76 | I | Chrysene-d12 | 20.000 | 20.000 | 0.0 | 99 | 0.00 |
| 77 | | Benzidine | 40.000 | 43.483 | -8.7 | 107 | 0.00 |
| 78 | | Pyrene | 40.000 | 41.292 | -3.2 | 102 | 0.00 |
| 79 | S | Terphenyl-d14 | 80.000 | 80.424 | -0.5 | 103 | 0.00 |
| 80 | | Butylbenzylphthalate | 40.000 | 42.462 | -6.2 | 103 | 0.00 |
| 81 | | Benzo(a)anthracene | 40.000 | 39.683 | 0.8 | 101 | 0.00 |
| 82 | | 3,3'-Dichlorobenzidine | 40.000 | 40.259 | -0.6 | 101 | 0.00 |
| 83 | | Chrysene | 40.000 | 39.808 | 0.5 | 100 | 0.00 |
| 84 | | Bis(2-ethylhexyl)phthalate | 40.000 | 40.394 | -1.0 | 102 | 0.00 |
| 85 | c | Di-n-octyl phthalate | 40.000 | 40.225 | -0.6 | 101 | 0.00 |
| 86 | I | Perylene-d12 | 20.000 | 20.000 | 0.0 | 99 | 0.00 |
| 87 | | Indeno(1,2,3-cd)pyrene | 40.000 | 41.908 | -4.8 | 102 | -0.01 |

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG070720\
Data File : BG045972.D
Acq On : 7 Jul 2020 23:23
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

**Instrument :** BNA_G
**LabSampleId :** SSTDCCC040

Quant Time: Jul 08 00:01:49 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG070620.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 07 09:58:42 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

| | Compound | Amount | Calc. | %Dev | Area% | Dev(min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Benzo(b)fluoranthene | 40.000 | 42.094 | -5.2 | 103 | 0.00 |
| 89 | Benzo(k)fluoranthene | 40.000 | 41.502 | -3.8 | 101 | 0.00 |
| 90 C | Benzo(a)pyrene | 40.000 | 42.073 | -5.2 | 103 | 0.00 |
| 91 | Dibenzo(a,h)anthracene | 40.000 | 41.445 | -3.6 | 102 | 0.00 |
| 92 | Benzo(g,h,i)perylene | 40.000 | 41.306 | -3.3 | 101 | -0.01 |

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 1