Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_G\DATA\BG071715\
Data File : BG017963.D
Acq On : 18 Jul 2015 14:37
Operator : TP/UM
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jul 20 03:05:55 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG071715.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Jul 18 01:50:30 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	107	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	34.879	12.8	99	0.00
3		Pyridine	40.000	36.349	9.1	97	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	34.917	12.7	98	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	76.796	4.0	105	0.00
6		Aniline	40.000	38.065	4.8	105	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	79.144	1.1	109	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.417	1.5	110	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	37.554	6.1	104	0.00
10	C	Phenol	40.000	38.431	3.9	107	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	37.857	5.4	106	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	38.192	4.5	107	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	37.928	5.2	106	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	38.150	4.6	108	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	39.008	2.5	108	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	35.183	12.0	101	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	38.325	4.2	107	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	37.863	5.3	106	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	37.324	6.7	104	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	39.568	1.1	108	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	110	0.00
22		Acetophenone	40.000	37.174	7.1	106	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	76.974	3.8	108	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	37.962	5.1	105	0.00
25		Isophorone	40.000	37.905	5.2	105	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	43.192	-8.0	124	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	40.068	-0.2	114	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	37.618	6.0	105	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	42.518	-6.3	116	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	39.218	2.0	114	0.00
31		Naphthalene	40.000	37.975	5.1	108	0.00
32		Benzoic acid	40.000	49.280	-23.2	164	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	39.557	1.1	110	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	40.119	-0.3	112	0.00
35		Caprolactam	40.000	39.956	0.1	114	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	41.383	-3.5	115	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	38.721	3.2	110	0.00
38	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	112	0.00
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	39.072	2.3	113	0.00
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	38.242	4.4	113	0.00
41	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	85.679	-7.1	126	0.00
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	42.488	-6.2	124	0.00
43		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	43.031	-7.6	123	0.00
44	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	75.783	5.3	109	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_G\DATA\BG071715\
Data File : BG017963.D
Acq On : 18 Jul 2015 14:37
Operator : TP/UM
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jul 20 03:05:55 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG071715.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Jul 18 01:50:30 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	40.000	38.265	4.3	110	0.00
46		2-Chloronaphthalene	40.000	38.318	4.2	112	0.00
47		2-Nitroaniline	40.000	38.966	2.6	113	0.00
48		Acenaphthylene	40.000	38.479	3.8	110	0.00
49		Dimethylphthalate	40.000	38.330	4.2	110	0.00
50		2,6-Dinitrotoluene	40.000	40.501	-1.3	117	0.00
51	C	Acenaphthene	40.000	37.798	5.5	110	0.00
52		3-Nitroaniline	40.000	39.812	0.5	111	0.00
53	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	38.957	2.6	108	0.00
54		Dibenzofuran	40.000	38.150	4.6	111	0.00
55	P	4-Nitrophenol	40.000	39.656	0.9	114	0.00
56		2,4-Dinitrotoluene	40.000	40.786	-2.0	118	0.00
57		Fluorene	40.000	38.201	4.5	112	0.00
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	42.456	-6.1	123	0.00
59		Diethylphthalate	40.000	38.182	4.5	110	0.00
60		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	38.577	3.6	112	0.00
61		4-Nitroaniline	40.000	38.796	3.0	114	0.00
62		Azobenzene	40.000	36.930	7.7	107	0.00
63	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	112	0.00
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	42.937	-7.3	125	0.00
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	39.152	2.1	111	0.00
66		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	39.424	1.4	114	0.00
67		Hexachlorobenzene	40.000	39.768	0.6	117	0.00
68		Atrazine	40.000	39.953	0.1	112	0.00
69	C	Pentachlorophenol	40.000	43.414	-8.5	123	0.00
70		Phenanthrene	40.000	37.801	5.5	110	0.00
71		Anthracene	40.000	38.871	2.8	110	0.00
72		Carbazole	40.000	38.695	3.3	111	0.00
73		Di-n-butylphthalate	40.000	39.216	2.0	110	0.00
74	C	Fluoranthene	40.000	38.793	3.0	111	0.00
75	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	110	0.00
76		Benzidine	40.000	38.360	4.1	107	0.00
77		Pyrene	40.000	38.455	3.9	109	0.00
78	S	Terphenyl-d14	80.000	76.669	4.2	110	0.00
79		Butylbenzylphthalate	40.000	41.137	-2.8	111	0.00
80		Benzo(a)anthracene	40.000	38.786	3.0	110	0.00
81		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	40.735	-1.8	113	0.00
82		Chrysene	40.000	38.335	4.2	109	0.00
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	40.482	-1.2	109	0.00
84	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	42.287	-5.7	113	0.00
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	39.698	0.8	113	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	113	0.00
87		Benzo(b)fluoranthene	40.000	39.148	2.1	113	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_G\DATA\BG071715\
Data File : BG017963.D
Acq On : 18 Jul 2015 14:37
Operator : TP/UM
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jul 20 03:05:55 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG071715.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Jul 18 01:50:30 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	40.000	38.161	4.6	108	0.00
89 C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.078	2.3	111	0.00
90	Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	39.177	2.1	113	0.00
91	Benzo(g,h,i)perylene	40.000	38.895	2.8	113	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0