Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG072121\
Data File : BG049401.D
Acq On : 21 Jul 2021 16:33
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
ClientSampleId : ICVBG072121

Quant Time: Jul 21 17:40:35 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG072121.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jul 21 16:57:05 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	97	0.00
2		1,4-Dioxane	0.534	0.516	3.4	97	0.00
3		Pyridine	1.361	1.452	-6.7	96	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.668	0.733	-9.7	101	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.179	1.180	-0.1	93	0.00
6		Aniline	1.857	1.898	-2.2	99	0.00
7	S	Phenol-d6	1.717	1.767	-2.9	97	0.00
8		2-Chlorophenol	1.209	1.227	-1.5	95	0.00
9		Benzaldehyde	1.140	1.138	0.2	94	0.00
10	C	Phenol	1.635	1.695	-3.7	98	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.120	1.149	-2.6	100	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.429	1.396	2.3	94	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.423	1.399	1.7	93	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.375	1.343	2.3	94	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.403	1.438	-2.5	98	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.309	1.310	-0.1	98	0.00
17		2-Methylphenol	1.089	1.132	-3.9	99	0.00
18		Hexachloroethane	0.553	0.547	1.1	97	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.128	1.134	-0.5	93	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.492	1.552	-4.0	98	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	98	0.00
22		Acetophenone	0.536	0.538	-0.4	98	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.446	0.440	1.3	96	0.00
24		Nitrobenzene	0.469	0.468	0.2	96	0.00
25		Isophorone	0.791	0.804	-1.6	99	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.170	0.179	-5.3	99	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.272	0.272	0.0	96	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.353	0.351	0.6	96	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.315	0.325	-3.2	99	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.356	0.340	4.5	94	0.00
31		Naphthalene	1.055	1.016	3.7	93	0.00
32		Benzoic acid	0.179	0.184	-2.8	101	0.00
33		4-Chloroaniline	0.403	0.413	-2.5	98	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.255	0.249	2.4	95	0.00
35		Caprolactam	0.098	0.099	-1.0	96	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.372	0.375	-0.8	98	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.770	0.764	0.8	96	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.736	0.733	0.4	97	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	97	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.591	0.576	2.5	96	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.264	0.258	2.3	92	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.268	0.268	0.0	98	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.386	0.396	-2.6	102	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.417	0.430	-3.1	100	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.390	1.367	1.7	97	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.466	1.424	2.9	98	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.126	1.126	0.0	99	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG072121\
Data File : BG049401.D
Acq On : 21 Jul 2021 16:33
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
ClientSampleId : ICVBG072121

Quant Time: Jul 21 17:40:35 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG072121.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jul 21 16:57:05 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	0.392	0.406	-3.6	101	0.00
49		Acenaphthylene	1.826	1.804	1.2	98	0.00
50		Dimethylphthalate	1.453	1.440	0.9	99	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.315	0.312	1.0	100	0.00
52	C	Acenaphthene	1.102	1.091	1.0	98	0.00
53		3-Nitroaniline	0.316	0.330	-4.4	101	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.133	0.154	-15.8	108	0.00
55		Dibenzofuran	1.768	1.724	2.5	98	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.250	0.254	-1.6	105	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	0.436	0.449	-3.0	100	0.00
58		Fluorene	1.433	1.398	2.4	98	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.381	0.385	-1.0	98	0.00
60		Diethylphthalate	1.459	1.443	1.1	98	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	0.729	0.722	1.0	97	0.00
62		4-Nitroaniline	0.333	0.338	-1.5	98	0.00
63		Azobenzene	1.616	1.591	1.5	99	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	98	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.108	0.116	-7.4	103	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.574	0.567	1.2	100	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.227	0.225	0.9	97	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.257	0.245	4.7	98	0.00
69		Atrazine	0.228	0.227	0.4	101	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.115	0.129	-12.2	106	0.00
71		Phenanthrene	1.075	1.042	3.1	96	0.00
72		Anthracene	1.057	1.029	2.6	97	0.00
73		Carbazole	1.005	1.006	-0.1	99	0.00
74		Di-n-butylphthalate	1.146	1.126	1.7	97	0.00
75	C	Fluoranthene	1.339	1.311	2.1	97	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	94	0.00
77		Benzidine	0.554	0.537	3.1	84	0.00
78		Pyrene	1.313	1.345	-2.4	98	0.00
79	S	Terphenyl-d14	1.024	1.062	-3.7	97	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.477	0.513	-7.5	98	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.267	1.267	0.0	95	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.365	0.363	0.5	94	0.00
83		Chrysene	1.222	1.221	0.1	96	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.716	0.748	-4.5	98	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.236	1.314	-6.3	100	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	97	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.416	1.436	-1.4	101	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	1.289	1.263	2.0	96	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	1.199	1.210	-0.9	100	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	1.168	1.177	-0.8	99	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	1.189	1.208	-1.6	101	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	1.177	1.204	-2.3	102	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG072121\
Data File : BG049401.D
Acq On : 21 Jul 2021 16:33
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
ClientSampleId :
ICVBG072121

Quant Time: Jul 21 17:40:35 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG072121.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jul 21 16:57:05 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0