Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG072121\
Data File : BG049401.D
Acq On : 21 Jul 2021 16:33
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
ClientSampleId : ICVBG072121

Quant Time: Jul 21 17:40:35 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG072121.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jul 21 16:57:05 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	97	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	38.649	3.4	97	0.00
3		Pyridine	40.000	42.676	-6.7	96	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	43.848	-9.6	101	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	80.111	-0.1	93	0.00
6		Aniline	40.000	40.895	-2.2	99	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	82.336	-2.9	97	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	40.606	-1.5	95	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	39.926	0.2	94	0.00
10	C	Phenol	40.000	41.448	-3.6	98	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	41.036	-2.6	100	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.057	2.4	94	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.318	1.7	93	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	39.078	2.3	94	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	40.978	-2.4	98	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	40.043	-0.1	98	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	41.589	-4.0	99	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	39.523	1.2	97	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	40.203	-0.5	93	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	41.607	-4.0	98	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	98	0.00
22		Acetophenone	40.000	40.157	-0.4	98	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	78.880	1.4	96	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	39.900	0.3	96	0.00
25		Isophorone	40.000	40.657	-1.6	99	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	41.990	-5.0	99	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	39.944	0.1	96	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	39.753	0.6	96	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	41.152	-2.9	99	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	38.200	4.5	94	0.00
31		Naphthalene	40.000	38.521	3.7	93	0.00
32		Benzoic acid	40.000	39.026	2.4	101	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	41.022	-2.6	98	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	38.983	2.5	95	0.00
35		Caprolactam	40.000	40.373	-0.9	96	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	40.293	-0.7	98	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	39.675	0.8	96	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	39.812	0.5	97	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	97	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	38.989	2.5	96	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	37.328	6.7	92	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	79.989	0.0	98	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	41.057	-2.6	102	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	41.228	-3.1	100	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	78.663	1.7	97	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	38.845	2.9	98	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	40.006	-0.0	99	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG072121\
Data File : BG049401.D
Acq On : 21 Jul 2021 16:33
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
ClientSampleId : ICVBG072121

Quant Time: Jul 21 17:40:35 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG072121.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jul 21 16:57:05 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	41.436	-3.6	101	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	39.524	1.2	98	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	39.656	0.9	99	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	39.517	1.2	100	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.605	1.0	98	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	41.702	-4.3	101	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	40.678	-1.7	108	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	38.999	2.5	98	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	40.719	-1.8	105	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	41.220	-3.0	100	0.00
58		Fluorene	40.000	39.026	2.4	98	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	40.374	-0.9	98	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	39.561	1.1	98	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	39.627	0.9	97	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	40.563	-1.4	98	0.00
63		Azobenzene	40.000	39.380	1.5	99	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	98	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	42.696	-6.7	103	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	39.512	1.2	100	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	39.755	0.6	97	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	38.251	4.4	98	0.00
69		Atrazine	40.000	39.880	0.3	101	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	41.095	-2.7	106	0.00
71		Phenanthrene	40.000	38.768	3.1	96	0.00
72		Anthracene	40.000	38.953	2.6	97	0.00
73		Carbazole	40.000	40.052	-0.1	99	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	39.281	1.8	97	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	39.177	2.1	97	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	94	0.00
77		Benzidine	40.000	38.797	3.0	84	0.00
78		Pyrene	40.000	40.998	-2.5	98	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	82.984	-3.7	97	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	42.968	-7.4	98	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.995	0.0	95	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	39.752	0.6	94	0.00
83		Chrysene	40.000	39.990	0.0	96	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	41.826	-4.6	98	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	42.517	-6.3	100	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	97	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	40.578	-1.4	101	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	39.196	2.0	96	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	40.370	-0.9	100	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	40.321	-0.8	99	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	40.632	-1.6	101	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	40.925	-2.3	102	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG072121\
Data File : BG049401.D
Acq On : 21 Jul 2021 16:33
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
ClientSampleId :
ICVBG072121

Quant Time: Jul 21 17:40:35 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG072121.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jul 21 16:57:05 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0