Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG072221\
Data File : BG049415.D
Acq On : 22 Jul 2021 20:58
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jul 23 04:32:34 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG072121.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 23 04:31:54 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	92	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	39.573	1.1	93	0.00
3		Pyridine	40.000	40.554	-1.4	86	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	46.872	-17.2	102	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	80.598	-0.7	88	0.00
6		Aniline	40.000	40.004	-0.0	91	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	81.919	-2.4	91	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	40.112	-0.3	88	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	41.202	-3.0	91	0.00
10	C	Phenol	40.000	41.327	-3.3	92	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	41.179	-2.9	94	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	38.450	3.9	87	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.976	0.1	89	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	39.221	1.9	88	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	42.177	-5.4	95	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	41.330	-3.3	95	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	40.325	-0.8	90	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	39.510	1.2	91	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	41.553	-3.9	91	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	40.890	-2.2	91	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	90	0.00
22		Acetophenone	40.000	40.887	-2.2	92	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	82.498	-3.1	93	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	42.894	-7.2	95	0.00
25		Isophorone	40.000	41.024	-2.6	93	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	42.966	-7.4	94	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	40.538	-1.3	90	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	40.253	-0.6	90	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	43.089	-7.7	96	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	39.355	1.6	90	0.00
31		Naphthalene	40.000	40.075	-0.2	90	0.00
32		Benzoic acid	40.000	42.597	-6.5	97	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	40.689	-1.7	90	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	41.195	-3.0	93	0.00
35		Caprolactam	40.000	40.316	-0.8	89	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	40.667	-1.7	92	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	40.735	-1.8	91	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	40.001	-0.0	90	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	94	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	38.299	4.3	91	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	45.943	-14.9	105	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	82.422	-3.0	98	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	40.523	-1.3	98	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	40.967	-2.4	96	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	77.031	3.7	92	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	38.368	4.1	94	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	38.834	2.9	93	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG072221\
Data File : BG049415.D
Acq On : 22 Jul 2021 20:58
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jul 23 04:32:34 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG072121.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 23 04:31:54 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	41.699	-4.2	99	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	38.651	3.4	92	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	38.881	2.8	94	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	39.227	1.9	96	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	38.447	3.9	92	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	39.955	0.1	94	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	44.478	-11.2	101	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	38.681	3.3	94	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	39.293	1.8	99	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	41.682	-4.2	98	0.00
58		Fluorene	40.000	39.063	2.3	95	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	40.373	-0.9	95	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	39.499	1.3	94	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	40.017	-0.0	95	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	39.946	0.1	94	0.00
63		Azobenzene	40.000	38.953	2.6	95	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	94	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	44.012	-10.0	101	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	38.906	2.7	94	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	40.662	-1.7	95	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	39.087	2.3	96	0.00
69		Atrazine	40.000	40.572	-1.4	99	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	45.645	-14.1	104	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.411	1.5	94	0.00
72		Anthracene	40.000	39.809	0.5	95	0.00
73		Carbazole	40.000	39.739	0.7	94	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	39.955	0.1	95	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	40.350	-0.9	96	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	100	0.00
77		Benzidine	40.000	42.428	-6.1	99	0.00
78		Pyrene	40.000	37.909	5.2	97	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	78.076	2.4	98	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	40.674	-1.7	99	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.517	1.2	100	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	39.690	0.8	100	0.00
83		Chrysene	40.000	39.477	1.3	101	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	39.895	0.3	100	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	39.965	0.1	100	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	101	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	40.337	-0.8	104	-0.02
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	39.951	0.1	102	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	40.097	-0.2	104	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	40.003	-0.0	103	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	40.375	-0.9	104	-0.02
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	39.767	0.6	103	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG072221\
Data File : BG049415.D
Acq On : 22 Jul 2021 20:58
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jul 23 04:32:34 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG072121.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 23 04:31:54 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0