Quantitation Report (QT/LSC Reviewed)

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG080918\
Data File : BG036248.D
Acq On : 10 Aug 2018 00:50
Operator : JU/SJ
Sample : J4379-16
Misc :
ALS Vial : 16 Sample Multiplier: 1

**Instrument :** BNA_G
**ClientSampleId :** MW-104D

Quant Time: Aug 10 06:47:39 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG071218.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 31 12:30:06 2018
Response via : Initial Calibration

| Internal Standards | R.T. | QIon | Response | Conc | Units | Dev(Min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 1,4-Dichlorobenzene-d4 | 8.01 | 152 | 28240 | 20.00 | ng | -0.02 |
| 21) Naphthalene-d8 | 10.81 | 136 | 103211 | 20.00 | ng | -0.02 |
| 38) Acenaphthene-d10 | 14.63 | 164 | 74697 | 20.00 | ng | -0.02 |
| 63) Phenanthrene-d10 | 17.38 | 188 | 201755 | 20.00 | ng | -0.01 |
| 75) Chrysene-d12 | 21.64 | 240 | 211918 | 20.00 | ng | -0.02 |
| 86) Perylene-d12 | 24.83 | 264 | 200727 | 20.00 | ng | -0.03 |
| **System Monitoring Compounds** | | | | | | |
| 5) 2-Fluorophenol | 5.60 | 112 | 115977 | 68.18 | ng | 0.00 |
| 7) Phenol-d6 | 7.19 | 99 | 124086 | 48.89 | ng | 0.00 |
| 23) Nitrobenzene-d5 | 9.17 | 82 | 253719 | 102.69 | ng | -0.01 |
| 41) 2,4,6-Tribromophenol | 16.12 | 330 | 169794 | 172.46 | ng | -0.02 |
| 44) 2-Fluorobiphenyl | 13.26 | 172 | 567818 | 101.84 | ng | -0.02 |
| 78) Terphenyl-d14 | 19.98 | 244 | 1036407 | 107.80 | ng | -0.02 |
| **Target Compounds** | | | | | | Qvalue |

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT/LSC Reviewed)

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG080918\
Data File : BG036248.D
Acq On : 10 Aug 2018 00:50
Operator : JU/SJ
Sample : J4379-16
Misc :
ALS Vial : 16 Sample Multiplier: 1

**Instrument :**
BNA_G
**ClientSampleId :**
MW-104D

Quant Time: Aug 10 06:47:39 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG071218.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 31 12:30:06 2018
Response via : Initial Calibration