Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_G\DATA\BG081016\
Data File : BG023610.D
Acq On : 11 Aug 2016 2:20
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC020
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTD02024

Quant Time: Aug 11 05:44:53 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\SOM02.2-EPA-BG080416.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 11 03:58:16 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	135	0.00
2		1,4-Dioxane	0.494	0.484	2.0	116	0.00
3	S	1,4-Dioxane-d8	0.470	0.423	10.0	109	0.00
4		Benzaldehyde	1.228	1.351	-10.0	130	0.00
5	S	Phenol-d5	2.015	1.995	1.0	126	0.00
6		Phenol	2.098	2.056	2.0	126	0.00
7	S	Bis-(2-Chloroethyl)ether-d8	1.291	1.331	-3.1	133	0.00
8		Bis(2-Chloroethyl)ether	1.523	1.578	-3.6	131	0.00
9	S	2-Chlorophenol-d4	1.374	1.401	-2.0	130	0.00
10		2-Chlorophenol	1.400	1.378	1.6	125	0.00
11		2-Methylphenol	1.580	1.546	2.2	127	0.00
12		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.084	2.191	-5.1	134	0.00
13	S	4-Methylphenol-d8	1.573	1.560	0.8	130	0.00
14		Acetophenone	2.523	2.551	-1.1	125	0.00
15	P	N-Nitroso-di-n-propylamine	1.518	1.561	-2.8	130	0.00
16		4-Methylphenol	1.771	1.733	2.1	126	0.00
17		Hexachloroethane	0.604	0.595	1.5	130	0.00
18	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	133	0.00
19	S	Nitrobenzene-d5	0.158	0.164	-3.8	130	0.00
20		Nitrobenzene	0.462	0.463	-0.2	125	0.00
21		Isophorone	0.850	0.879	-3.4	126	0.00
22	S	2-Nitrophenol-d4	0.181	0.191	-5.5	130	0.00
23	C	2-Nitrophenol	0.195	0.201	-3.1	133	0.00
24		2,4-Dimethylphenol	0.429	0.439	-2.3	127	0.00
25		Bis(2-Chloroethoxy)methane	0.490	0.504	-2.9	129	0.00
26	S	2,4-Dichlorophenol-d3	0.342	0.342	0.0	124	0.00
27	C	2,4-Dichlorophenol	0.344	0.354	-2.9	128	0.00
28		Naphthalene	1.015	1.049	-3.3	127	0.00
29	S	4-Chloroaniline-d4	0.401	0.459	-14.5	131	0.00
30		4-Chloroaniline	0.398	0.443	-11.3	130	0.00
31	C	Hexachlorobutadiene	0.229	0.239	-4.4	133	0.00
32		Caprolactam	0.143	0.136	4.9	116	0.00
33	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.443	0.440	0.7	124	0.00
34		2-Methylnaphthalene	0.823	0.842	-2.3	126	0.00
35	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	123	0.00
36		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.614	0.659	-7.3	124	0.00
37		Hexachlorocyclopentadiene	0.340	0.302	11.2	111	0.00
38	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.425	0.444	-4.5	119	0.00
39		2,4,5-Trichlorophenol	0.456	0.449	1.5	116	0.00
40		1,1'-Biphenyl	1.470	1.559	-6.1	123	0.00
41		2-Chloronaphthalene	1.143	1.223	-7.0	124	0.00
42		2-Nitroaniline	0.467	0.488	-4.5	118	0.00
43	S	Dimethylphthalate-d6	1.638	1.681	-2.6	118	0.00
44		Dimethylphthalate	1.622	1.655	-2.0	116	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_G\DATA\BG081016\
Data File : BG023610.D
Acq On : 11 Aug 2016 2:20
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC020
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTD02024

Quant Time: Aug 11 05:44:53 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\SOM02.2-EPA-BG080416.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 11 03:58:16 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		2,6-Dinitrotoluene	0.352	0.352	0.0	113	0.00
46	S	Acenaphthylene-d8	1.843	1.938	-5.2	121	0.00
47		Acenaphthylene	1.928	2.034	-5.5	121	0.00
48		3-Nitroaniline	0.331	0.364	-10.0	125	0.00
49	C	Acenaphthene	1.313	1.335	-1.7	117	0.00
50		2,4-Dinitrophenol	0.217	0.187	13.8	109	0.00
51	S	4-Nitrophenol-d4	0.280	0.279	0.4	120	0.00
52		4-Nitrophenol	0.280	0.262	6.4	108	0.00
53		Dibenzofuran	1.946	1.950	-0.2	115	0.00
54		2,4-Dinitrotoluene	0.533	0.542	-1.7	115	0.00
55		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.468	0.448	4.3	110	0.00
56		Diethylphthalate	1.695	1.696	-0.1	113	0.00
57	S	Fluorene-d10	1.513	1.506	0.5	115	0.00
58		Fluorene	1.621	1.624	-0.2	115	0.00
59		4-Chlorophenyl-phenylether	0.815	0.824	-1.1	116	0.00
60		4-Nitroaniline	0.383	0.397	-3.7	116	0.00
61	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	114	0.00
62	S	4,6-Dinitro-2-methylphenol-	0.128	0.126	1.6	109	0.00
63		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.135	0.131	3.0	107	0.00
64		N-Nitrosodiphenylamine	0.559	0.612	-9.5	114	0.00
65		4-Bromophenyl-phenylether	0.229	0.231	-0.9	109	0.00
66		Hexachlorobenzene	0.244	0.251	-2.9	113	0.00
67		Atrazine	0.231	0.248	-7.4	110	0.00
68	C	Pentachlorophenol	0.135	0.128	5.2	108	0.00
69		Phenanthrene	1.036	1.072	-3.5	107	0.00
70	S	Anthracene-d10	0.901	0.951	-5.5	112	0.00
71		Anthracene	1.057	1.112	-5.2	109	0.00
72		Carbazole	0.852	0.998	-17.1	110	0.00
73		Di-n-butylphthalate	1.067	1.169	-9.6	111	0.00
74	C	Fluoranthene	1.060	1.301	-22.7	112	0.00
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	113	0.00
76	S	Pyrene-d10	1.012	1.047	-3.5	110	0.00
77		Pyrene	1.236	1.278	-3.4	107	0.00
78		Butylbenzylphthalate	0.474	0.545	-15.0	121	0.00
79		3,3'-Dichlorobenzidine	0.352	0.395	-12.2	115	0.00
80		Benzo(a)anthracene	1.126	1.172	-4.1	108	0.00
81		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.631	0.722	-14.4	118	0.00
82		Chrysene	1.024	1.079	-5.4	112	0.00
83	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	114	0.00
84		Di-n-octyl phthalate	1.010	1.224	-21.2#	118	0.00
85		Benzo(b)fluoranthene	1.138	1.216	-6.9	111	0.00
86		Benzo(k)fluoranthene	1.120	1.141	-1.9	110	0.00
87	S	Benzo(a)pyrene-d12	0.905	0.954	-5.4	113	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_G\DATA\BG081016\
Data File : BG023610.D
Acq On : 11 Aug 2016 2:20
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC020
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTD02024

Quant Time: Aug 11 05:44:53 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\SOM02.2-EPA-BG080416.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 11 03:58:16 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88 C	Benzo(a)pyrene	1.098	1.140	-3.8	109	0.00
89	Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.291	1.343	-4.0	112	0.00
90	Dibenzo(a,h)anthracene	1.101	1.135	-3.1	110	-0.01
91	Benzo(g,h,i)perylene	1.070	1.108	-3.6	111	-0.01

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0