Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : U:\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG082117\
Data File : BG028384.D
Acq On : 21 Aug 2017 10:34
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC020
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTD02075

Quant Time: Aug 22 01:24:02 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\SOM-EPA-BG080217.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 17 06:52:43 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	144	0.00
2		1,4-Dioxane	0.451	0.453	-0.4	149	0.00
3	S	1,4-Dioxane-d8	0.429	0.356	17.0	132	0.00
4		Benzaldehyde	1.269	1.209	4.7	128	0.00
5	S	Phenol-d5	2.197	1.917	12.7	132	0.00
6		Phenol	2.183	1.935	11.4	133	0.00
7	S	Bis-(2-Chloroethyl)ether-d8	1.391	1.194	14.2	123	0.00
8		Bis(2-Chloroethyl)ether	1.487	1.359	8.6	133	0.00
9	S	2-Chlorophenol-d4	1.386	1.375	0.8	140	0.00
10		2-Chlorophenol	1.350	1.364	-1.0	146	0.00
11		2-Methylphenol	1.541	1.389	9.9	131	0.00
12		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	3.610	2.857	20.9#	111	0.00
13	S	4-Methylphenol-d8	1.836	1.631	11.2	128	0.00
14		Acetophenone	2.618	2.407	8.1	130	0.00
15	P	N-Nitroso-di-n-propylamine	1.488	1.403	5.7	130	0.00
16		4-Methylphenol	1.740	1.583	9.0	131	0.00
17		Hexachloroethane	0.560	0.553	1.3	140	0.00
18	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	137	0.00
19	S	Nitrobenzene-d5	0.156	0.161	-3.2	143	0.00
20		Nitrobenzene	0.453	0.419	7.5	129	0.00
21		Isophorone	0.860	0.822	4.4	131	0.00
22	S	2-Nitrophenol-d4	0.171	0.185	-8.2	148	0.00
23	C	2-Nitrophenol	0.173	0.177	-2.3	139	0.00
24		2,4-Dimethylphenol	0.430	0.424	1.4	134	0.00
25		Bis(2-Chloroethoxy)methane	0.469	0.446	4.9	129	0.00
26	S	2,4-Dichlorophenol-d3	0.355	0.370	-4.2	146	0.00
27	C	2,4-Dichlorophenol	0.323	0.335	-3.7	146	0.00
28		Naphthalene	0.991	0.950	4.1	132	0.00
29	S	4-Chloroaniline-d4	0.395	0.439	-11.1	136	0.00
30		4-Chloroaniline	0.383	0.415	-8.4	134	0.00
31	C	Hexachlorobutadiene	0.238	0.239	-0.4	141	0.00
32		Caprolactam	0.134	0.127	5.2	132	0.00
33	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.412	0.421	-2.2	138	0.00
34		2-Methylnaphthalene	0.796	0.777	2.4	135	0.00
35	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	139	0.00
36		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.645	0.622	3.6	141	0.00
37		Hexachlorocyclopentadiene	0.356	0.297	16.6	133	0.00
38	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.402	0.422	-5.0	148	0.00
39		2,4,5-Trichlorophenol	0.438	0.458	-4.6	148	0.00
40		1,1'-Biphenyl	1.461	1.375	5.9	135	0.00
41		2-Chloronaphthalene	1.154	1.075	6.8	132	0.00
42		2-Nitroaniline	0.484	0.449	7.2	125	0.00
43	S	Dimethylphthalate-d6	1.779	1.671	6.1	130	0.00
44		Dimethylphthalate	1.638	1.512	7.7	130	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : U:\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG082117\
Data File : BG028384.D
Acq On : 21 Aug 2017 10:34
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC020
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTD02075

Quant Time: Aug 22 01:24:02 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\SOM-EPA-BG080217.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 17 06:52:43 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		2,6-Dinitrotoluene	0.338	0.327	3.3	131	0.00
46	S	Acenaphthylene-d8	2.006	1.901	5.2	134	0.00
47		Acenaphthylene	1.917	1.773	7.5	130	0.00
48		3-Nitroaniline	0.305	0.282	7.5	125	0.00
49	C	Acenaphthene	1.293	1.181	8.7	126	0.00
50		2,4-Dinitrophenol	0.191	0.144	24.6#	124	0.00
51	S	4-Nitrophenol-d4	0.283	0.224	20.8#	113	0.00
52		4-Nitrophenol	0.293	0.222	24.2#	105	0.00
53		Dibenzofuran	1.886	1.740	7.7	130	0.00
54		2,4-Dinitrotoluene	0.512	0.469	8.4	127	0.00
55		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.408	0.425	-4.2	147	0.00
56		Diethylphthalate	1.921	1.626	15.4	120	0.00
57	S	Fluorene-d10	1.596	1.437	10.0	127	0.00
58		Fluorene	1.669	1.509	9.6	128	0.00
59		4-Chlorophenyl-phenylether	0.896	0.812	9.4	131	0.00
60		4-Nitroaniline	0.361	0.303	16.1	120	0.00
61	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	123	0.00
62	S	4,6-Dinitro-2-methylphenol-	0.130	0.118	9.2	126	0.00
63		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.132	0.116	12.1	121	0.00
64		N-Nitrosodiphenylamine	0.526	0.526	0.0	124	0.00
65		4-Bromophenyl-phenylether	0.215	0.226	-5.1	131	0.00
66		Hexachlorobenzene	0.229	0.236	-3.1	131	0.00
67		Atrazine	0.229	0.220	3.9	120	0.00
68	C	Pentachlorophenol	0.116	0.115	0.9	144	0.00
69		Phenanthrene	1.007	0.958	4.9	119	0.00
70	S	Anthracene-d10	0.959	0.904	5.7	120	0.00
71		Anthracene	1.029	0.979	4.9	120	0.00
72		Carbazole	0.895	0.824	7.9	116	0.00
73		Di-n-butylphthalate	1.114	1.019	8.5	113	0.00
74	C	Fluoranthene	1.223	1.161	5.1	117	0.00
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	132	0.00
76	S	Pyrene-d10	1.026	0.895	12.8	112	0.00
77		Pyrene	1.193	1.062	11.0	116	0.00
78		Butylbenzylphthalate	0.447	0.421	5.8	124	0.00
79		3,3'-Dichlorobenzidine	0.386	0.369	4.4	123	0.00
80		Benzo(a)anthracene	1.156	1.078	6.7	124	0.00
81		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.636	0.588	7.5	124	0.00
82		Chrysene	1.041	0.979	6.0	124	0.00
83	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	134	0.00
84		Di-n-octyl phthalate	1.199	1.079	10.0	125	0.00
85		Benzo(b)fluoranthene	1.197	1.137	5.0	131	0.00
86		Benzo(k)fluoranthene	1.169	1.076	8.0	122	0.00
87	S	Benzo(a)pyrene-d12	0.936	0.888	5.1	129	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : U:\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG082117\
Data File : BG028384.D
Acq On : 21 Aug 2017 10:34
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC020
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTD02075

Quant Time: Aug 22 01:24:02 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\SOM-EPA-BG080217.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 17 06:52:43 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88 C	Benzo(a)pyrene	1.159	1.085	6.4	128	0.00
89	Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.357	1.277	5.9	131	0.00
90	Dibenzo(a,h)anthracene	1.137	1.064	6.4	129	0.00
91	Benzo(g,h,i)perylene	1.116	1.050	5.9	129	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0