Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : \\74.0.250.170\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG091317\
Data File : BG028711.D
Acq On : 14 Sep 2017 00:42
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Sep 14 08:59:55 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG091217.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Sep 12 16:57:11 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	76	0.00
2		1,4-Dioxane	0.491	0.467	4.9	74	0.00
3		Pyridine	1.400	1.419	-1.4	74	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.637	0.668	-4.9	77	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.212	1.260	-4.0	75	0.00
6		Aniline	2.124	2.304	-8.5	78	0.00
7	S	Phenol-d6	1.825	1.950	-6.8	79	0.00
8		2-Chlorophenol	1.351	1.435	-6.2	78	0.00
9		Benzaldehyde	1.132	1.128	0.4	74	0.00
10	C	Phenol	1.926	2.058	-6.9	78	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.383	1.388	-0.4	76	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.455	1.544	-6.1	80	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.496	1.528	-2.1	75	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.478	1.531	-3.6	78	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.425	1.518	-6.5	78	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.513	2.559	-1.8	76	0.00
17		2-Methylphenol	1.259	1.351	-7.3	80	0.00
18		Hexachloroethane	0.548	0.572	-4.4	76	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.294	1.392	-7.6	79	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.760	1.902	-8.1	80	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	80	0.00
22		Acetophenone	0.585	0.574	1.9	80	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.418	0.419	-0.2	82	0.00
24		Nitrobenzene	0.463	0.449	3.0	80	0.00
25		Isophorone	0.846	0.842	0.5	81	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.197	0.201	-2.0	83	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.360	0.353	1.9	79	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.459	0.456	0.7	80	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.358	0.353	1.4	80	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.409	0.399	2.4	80	0.00
31		Naphthalene	1.045	1.043	0.2	81	0.00
32		Benzoic acid	0.234	0.270	-15.4	90	0.00
33		4-Chloroaniline	0.438	0.467	-6.6	87	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.301	0.280	7.0	78	0.00
35		Caprolactam	0.129	0.147	-14.0	92	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.466	0.493	-5.8	88	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.780	0.818	-4.9	86	0.00
38	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	94	0.00
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.822	0.772	6.1	85	0.00
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.264	0.191	27.7#	63	0.00
41	S	2,4,6-Tribromophenol	0.331	0.364	-10.0	103	0.00
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.522	0.511	2.1	91	0.00
43		2,4,5-Trichlorophenol	0.524	0.515	1.7	91	0.00
44	S	2-Fluorobiphenyl	1.500	1.400	6.7	85	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : \\74.0.250.170\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG091317\
Data File : BG028711.D
Acq On : 14 Sep 2017 00:42
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Sep 14 08:59:55 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG091217.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Sep 12 16:57:11 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	1.656	1.586	4.2	88	0.00
46		2-Chloronaphthalene	1.208	1.168	3.3	89	0.00
47		2-Nitroaniline	0.449	0.464	-3.3	94	0.00
48		Acenaphthylene	1.930	1.917	0.7	92	0.00
49		Dimethylphthalate	1.677	1.739	-3.7	97	0.00
50		2,6-Dinitrotoluene	0.373	0.393	-5.4	96	0.00
51	C	Acenaphthene	1.172	1.179	-0.6	93	0.00
52		3-Nitroaniline	0.330	0.351	-6.4	97	0.00
53	P	2,4-Dinitrophenol	0.159	0.176	-10.7	97	0.00
54		Dibenzofuran	1.869	1.897	-1.5	94	0.00
55	P	4-Nitrophenol	0.242	0.239	1.2	86	0.00
56		2,4-Dinitrotoluene	0.525	0.577	-9.9	99	0.00
57		Fluorene	1.669	1.750	-4.9	97	0.00
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.462	0.494	-6.9	99	0.00
59		Diethylphthalate	1.723	1.805	-4.8	100	0.00
60		4-Chlorophenyl-phenylether	0.950	0.950	0.0	95	0.00
61		4-Nitroaniline	0.350	0.376	-7.4	95	0.00
62		Azobenzene	1.450	1.514	-4.4	98	0.00
63	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	101	0.00
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.129	0.127	1.6	96	0.00
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.573	0.572	0.2	101	0.00
66		4-Bromophenyl-phenylether	0.257	0.255	0.8	100	0.00
67		Hexachlorobenzene	0.293	0.289	1.4	100	0.00
68		Atrazine	0.246	0.244	0.8	98	0.00
69	C	Pentachlorophenol	0.132	0.131	0.8	96	0.00
70		Phenanthrene	1.023	1.034	-1.1	102	0.00
71		Anthracene	1.033	1.047	-1.4	102	0.00
72		Carbazole	0.930	0.953	-2.5	100	0.00
73		Di-n-butylphthalate	1.141	1.150	-0.8	101	0.00
74	C	Fluoranthene	1.249	1.272	-1.8	100	0.00
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	99	0.00
76		Benzidine	0.519	0.472	9.1	86	0.00
77		Pyrene	1.154	1.142	1.0	100	0.00
78	S	Terphenyl-d14	0.938	0.946	-0.9	100	0.00
79		Butylbenzylphthalate	0.466	0.453	2.8	97	0.00
80		Benzo(a)anthracene	1.204	1.182	1.8	98	0.00
81		3,3'-Dichlorobenzidine	0.488	0.481	1.4	96	0.00
82		Chrysene	1.142	1.134	0.7	98	0.00
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.662	0.657	0.8	98	0.00
84	c	Di-n-octyl phthalate	1.157	1.144	1.1	97	0.00
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.468	1.460	0.5	99	-0.02
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	99	0.00
87		Benzo(b)fluoranthene	1.198	1.173	2.1	97	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : \\74.0.250.170\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG091317\
Data File : BG028711.D
Acq On : 14 Sep 2017 00:42
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Sep 14 08:59:55 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG091217.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Sep 12 16:57:11 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	1.197	1.231	-2.8	101	0.00
89 C	Benzo(a)pyrene	1.137	1.149	-1.1	99	0.00
90	Dibenzo(a,h)anthracene	1.186	1.201	-1.3	99	-0.01
91	Benzo(g,h,i)perylene	1.157	1.161	-0.3	99	-0.01

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0