Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG100518\
Data File : BG037167.D
Acq On : 4 Oct 2018 22:42
Operator : JU/SJ
Sample : J5237-06
Misc :
ALS Vial : 13 Sample Multiplier: 1

**Instrument :** BNA_G
**ClientSampleId :** FBGW10318

Quant Time: Oct 05 01:51:02 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG092018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Sep 24 10:41:23 2018
Response via : Initial Calibration

| Internal Standards | R.T. | QIon | Response | Conc | Units | Dev(Min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 1,4-Dichlorobenzene-d4 | 8.04 | 152 | 36241 | 20.00 | ng | -0.01 |
| 21) Naphthalene-d8 | 10.84 | 136 | 148948 | 20.00 | ng | -0.02 |
| 38) Acenaphthene-d10 | 14.66 | 164 | 104117 | 20.00 | ng | -0.02 |
| 63) Phenanthrene-d10 | 17.40 | 188 | 278428 | 20.00 | ng | -0.02 |
| 75) Chrysene-d12 | 21.67 | 240 | 291639 | 20.00 | ng | -0.02 |
| 86) Perylene-d12 | 24.87 | 264 | 284313 | 20.00 | ng | -0.03 |
| **System Monitoring Compounds** | | | | | | |
| 5) 2-Fluorophenol | 5.61 | 112 | 107606 | 56.94 | ng | -0.01 |
| 7) Phenol-d6 | 7.20 | 99 | 88519 | 30.28 | ng | -0.02 |
| 23) Nitrobenzene-d5 | 9.19 | 82 | 257834 | 92.70 | ng | -0.02 |
| 41) 2,4,6-Tribromophenol | 16.15 | 330 | 136610 | 109.67 | ng | -0.02 |
| 44) 2-Fluorobiphenyl | 13.28 | 172 | 575735 | 82.36 | ng | -0.02 |
| 78) Terphenyl-d14 | 20.01 | 244 | 1081109 | 97.48 | ng | -0.02 |
| **Target Compounds** | | | | | | Qvalue |

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG100518\
Data File : BG037167.D
Acq On : 4 Oct 2018 22:42
Operator : JU/SJ
Sample : J5237-06
Misc :
ALS Vial : 13 Sample Multiplier: 1

**Instrument :** BNA_G
**ClientSampleId :** FBGW10318

Quant Time: Oct 05 01:51:02 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG092018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Sep 24 10:41:23 2018
Response via : Initial Calibration