Quantitation Report (LSC Reviewed)

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG101920\
Data File : BG046988.D
Acq On : 19 Oct 2020 15:40
Operator : CG/JU
Sample : L4326-01
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
ClientSampleId :
JLX60

Manual Integrations APPROVED
mohammad
10/20/2020 2:57:51 PM

Quant Time: Oct 19 16:19:05 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\SOM-EPA-BG101520MA.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Mon Oct 19 11:15:40 2020
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) 1,4-Dichlorobenzene-d4	8.07	152	50953	20.00	ng/ul	0.00
18) Naphthalene-d8	10.88	136	223256	20.00	ng/ul	0.00
36) Acenaphthene-d10	14.69	164	153519	20.00	ng/ul	0.00
62) Phenanthrene-d10	17.44	188	333850	20.00	ng/ul	0.00
78) Chrysene-d12	21.71	240	312098	20.00	ng/ul	0.00
86) Perylene-d12	24.95	264	329965	20.00	ng/ul	0.00
System Monitoring Compounds						
3) 1,4-Dioxane-d8	3.48	96	3964	3.45	ng/uL	0.00
5) Phenol-d5	7.22	99	86063	19.32	ng/ul	0.00
7) Bis-(2-Chloroethyl)ether-d	7.39	67	54952	21.11	ng/ul	0.00
9) 2-Chlorophenol-d4	7.60	132	67699	20.18	ng/ul	0.00
13) 4-Methylphenol-d8	8.77	113	65487	18.24	ng/ul	0.00
19) Nitrobenzene-d5	9.22	128	38032	20.04	ng/ul	0.00
22) 2-Nitrophenol-d4	9.95	143	43214	19.97	ng/ul	0.00
26) 2,4-Dichlorophenol-d3	10.49	165	78421	18.47	ng/ul	0.00
29) 4-Chloroaniline-d4	11.01	131	63665	13.04	ng/ul	0.00
44) Dimethylphthalate-d6	14.10	166	283555	22.23	ng/ul	0.00
47) Acenaphthylene-d8	14.39	160	301853	20.77	ng/ul	0.00
52) 4-Nitrophenol-d4	14.88	143	32043	14.58	ng/ul	0.00
58) Fluorene-d10	15.69	176	241505	20.60	ng/ul	0.00
63) 4,6-Dinitro-2-methylphenol	15.79	200	26922	11.71	ng/ul	0.00
71) Anthracene-d10	17.54	188	337051	20.84	ng/ul	0.00
79) Pyrene-d10	19.82	212	359628	21.02	ng/ul	0.00
90) Benzo(a)pyrene-d12	24.73	264	340748	18.33	ng/ul	0.00
Target Compounds						Qvalue
45) Dimethylphthalate	14.14	163	73263	5.541	ng/ul	98
48) Acenaphthylene	14.42	152	41802	2.845	ng/ul#	93
50) Acenaphthene	14.76	153	24204	2.349	ng/ul	96
59) Fluorene	15.74	166	17872	1.422	ng/ul#	97
70) Phenanthrene	17.49	178	119952	6.279	ng/ul	98
72) Anthracene	17.57	178	65722	3.406	ng/ul	96
77) Fluoranthene	19.49	202	701140	30.057	ng/ul	99
80) Pyrene	19.85	202	905048	42.850	ng/ul	98
83) Benzo(a)anthracene	21.69	228	383031m	17.782	ng/ul	
85) Chrysene	21.76	228	409964	19.726	ng/ul	97
88) Benzo(b)fluoranthene	23.93	252	526820	23.016	ng/ul	98
89) Benzo(k)fluoranthene	23.98	252	140005m	6.343	ng/ul	
91) Benzo(a)pyrene	24.79	252	476514	23.157	ng/ul	96
92) Indeno(1,2,3-cd)pyrene	28.64	276	332820	13.203	ng/ul	99
93) Dibenzo(a,h)anthracene	28.67	278	63263m	3.026	ng/ul	
94) Benzo(g,h,i)perylene	29.80	276	312365	14.762	ng/ul	98

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG101920\
Data File : BG046988.D
Acq On : 19 Oct 2020 15:40
Operator : CG/JU
Sample : L4326-01
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Quant Time: Oct 19 16:19:05 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\SOM-EPA-BG101520MA.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Mon Oct 19 11:15:40 2020
Response via : Initial Calibration

Instrument :
BNA_G
ClientSampleId :
JLX60

Manual Integrations APPROVED
mohammad
10/20/2020 2:57:51 PM