Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_G\DATA\BG111616\
Data File : BG024821.D
Acq On : 17 Nov 2016 2:04
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC020EC
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTD02014

Quant Time: Nov 17 03:31:20 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\SOM02.2-EPA-BG111416.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Thu Nov 17 02:48:02 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	116	0.00
2		1,4-Dioxane	0.484	0.399	17.6	104	0.00
3	S	1,4-Dioxane-d8	0.386	0.436	-13.0	137	0.00
4		Benzaldehyde	1.104	1.303	-18.0	114	0.00
5	S	Phenol-d5	1.713	1.772	-3.4	120	0.00
6		Phenol	1.790	1.793	-0.2	117	0.00
7	S	Bis-(2-Chloroethyl)ether-d8	1.078	1.124	-4.3	121	0.00
8		Bis(2-Chloroethyl)ether	1.274	1.311	-2.9	120	0.00
9	S	2-Chlorophenol-d4	1.229	1.279	-4.1	117	0.00
10		2-Chlorophenol	1.188	1.227	-3.3	114	0.00
11		2-Methylphenol	1.311	1.318	-0.5	117	0.00
12		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.163	2.253	-4.2	120	0.00
13	S	4-Methylphenol-d8	1.439	1.477	-2.6	122	0.00
14		Acetophenone	2.167	2.238	-3.3	117	0.00
15	P	N-Nitroso-di-n-propylamine	1.231	1.293	-5.0	120	0.00
16		4-Methylphenol	1.418	1.453	-2.5	120	0.00
17		Hexachloroethane	0.544	0.563	-3.5	118	0.00
18	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	119	0.00
19	S	Nitrobenzene-d5	0.151	0.150	0.7	127	0.00
20		Nitrobenzene	0.450	0.448	0.4	118	0.00
21		Isophorone	0.839	0.841	-0.2	119	0.00
22	S	2-Nitrophenol-d4	0.181	0.179	1.1	119	0.00
23	C	2-Nitrophenol	0.183	0.183	0.0	118	0.00
24		2,4-Dimethylphenol	0.434	0.434	0.0	123	0.00
25		Bis(2-Chloroethoxy)methane	0.440	0.437	0.7	120	0.00
26	S	2,4-Dichlorophenol-d3	0.360	0.375	-4.2	127	0.00
27	C	2,4-Dichlorophenol	0.345	0.359	-4.1	125	0.00
28		Naphthalene	0.959	0.950	0.9	120	0.00
29	S	4-Chloroaniline-d4	0.402	0.430	-7.0	118	0.00
30		4-Chloroaniline	0.388	0.421	-8.5	119	0.00
31	C	Hexachlorobutadiene	0.303	0.307	-1.3	119	0.00
32		Caprolactam	0.136	0.136	0.0	120	0.00
33	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.418	0.438	-4.8	123	0.00
34		2-Methylnaphthalene	0.755	0.761	-0.8	122	0.00
35	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	125	0.00
36		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.649	0.633	2.5	123	0.00
37		Hexachlorocyclopentadiene	0.418	0.401	4.1	121	0.00
38	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.395	0.379	4.1	117	0.00
39		2,4,5-Trichlorophenol	0.429	0.435	-1.4	125	0.00
40		1,1'-Biphenyl	1.287	1.223	5.0	120	0.00
41		2-Chloronaphthalene	1.000	0.982	1.8	123	0.00
42		2-Nitroaniline	0.397	0.413	-4.0	123	0.00
43	S	Dimethylphthalate-d6	1.458	1.452	0.4	119	0.00
44		Dimethylphthalate	1.399	1.389	0.7	119	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_G\DATA\BG111616\
Data File : BG024821.D
Acq On : 17 Nov 2016 2:04
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC020EC
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTD02014

Quant Time: Nov 17 03:31:20 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\SOM02.2-EPA-BG111416.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Thu Nov 17 02:48:02 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		2,6-Dinitrotoluene	0.294	0.291	1.0	121	0.00
46	S	Acenaphthylene-d8	1.589	1.581	0.5	122	0.00
47		Acenaphthylene	1.538	1.551	-0.8	123	0.00
48		3-Nitroaniline	0.272	0.292	-7.4	120	0.00
49	C	Acenaphthene	1.089	1.098	-0.8	126	0.00
50		2,4-Dinitrophenol	0.210	0.216	-2.9	134	0.00
51	S	4-Nitrophenol-d4	0.260	0.245	5.8	115	0.00
52		4-Nitrophenol	0.311	0.304	2.3	115	0.00
53		Dibenzofuran	1.666	1.665	0.1	121	0.00
54		2,4-Dinitrotoluene	0.445	0.475	-6.7	125	0.00
55		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.446	0.474	-6.3	128	0.00
56		Diethylphthalate	1.486	1.455	2.1	120	0.00
57	S	Fluorene-d10	1.373	1.357	1.2	123	0.00
58		Fluorene	1.353	1.349	0.3	121	0.00
59		4-Chlorophenyl-phenylether	0.765	0.766	-0.1	124	0.00
60		4-Nitroaniline	0.309	0.314	-1.6	121	0.00
61	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	121	0.00
62	S	4,6-Dinitro-2-methylphenol-	0.137	0.144	-5.1	129	0.00
63		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.139	0.140	-0.7	126	0.00
64		N-Nitrosodiphenylamine	0.540	0.538	0.4	120	0.00
65		4-Bromophenyl-phenylether	0.243	0.247	-1.6	124	0.00
66		Hexachlorobenzene	0.269	0.285	-5.9	126	0.00
67		Atrazine	0.253	0.252	0.4	120	0.00
68	C	Pentachlorophenol	0.159	0.168	-5.7	129	0.00
69		Phenanthrene	0.997	1.020	-2.3	121	0.00
70	S	Anthracene-d10	0.883	0.892	-1.0	121	0.00
71		Anthracene	1.031	1.044	-1.3	121	0.00
72		Carbazole	0.846	0.910	-7.6	122	0.00
73		Di-n-butylphthalate	1.066	1.079	-1.2	118	0.00
74	C	Fluoranthene	1.158	1.281	-10.6	118	0.00
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	117	0.00
76	S	Pyrene-d10	0.867	0.882	-1.7	116	0.00
77		Pyrene	0.983	1.025	-4.3	118	0.00
78		Butylbenzylphthalate	0.402	0.398	1.0	116	0.00
79		3,3'-Dichlorobenzidine	0.385	0.420	-9.1	118	0.00
80		Benzo(a)anthracene	1.088	1.106	-1.7	117	0.00
81		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.550	0.565	-2.7	118	0.00
82		Chrysene	1.020	1.039	-1.9	117	0.00
83	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	118	0.00
84		Di-n-octyl phthalate	0.847	0.894	-5.5	115	0.00
85		Benzo(b)fluoranthene	1.054	1.079	-2.4	120	0.00
86		Benzo(k)fluoranthene	1.001	1.028	-2.7	120	0.00
87	S	Benzo(a)pyrene-d12	0.876	0.901	-2.9	120	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_G\DATA\BG111616\
Data File : BG024821.D
Acq On : 17 Nov 2016 2:04
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC020EC
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTD02014

Quant Time: Nov 17 03:31:20 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\SOM02.2-EPA-BG111416.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Thu Nov 17 02:48:02 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88 C	Benzo(a)pyrene	1.020	1.041	-2.1	119	0.00
89	Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.275	1.305	-2.4	121	0.00
90	Dibenzo(a,h)anthracene	1.062	1.093	-2.9	120	0.00
91	Benzo(g,h,i)perylene	1.050	1.071	-2.0	120	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0