Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG111722\
Data File : BG055658.D
Acq On : 17 Nov 2022 9:25
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Nov 18 03:10:48 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG111622.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Nov 17 02:02:46 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	88	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	39.262	1.8	88	0.00
3		Pyridine	40.000	41.082	-2.7	87	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	42.311	-5.8	91	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	80.716	-0.9	88	0.00
6		Aniline	40.000	40.912	-2.3	87	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	81.414	-1.8	86	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	40.764	-1.9	87	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	39.978	0.1	88	0.00
10	C	Phenol	40.000	40.990	-2.5	88	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	39.754	0.6	86	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.424	1.4	88	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.775	0.6	87	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	39.589	1.0	87	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	41.885	-4.7	88	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	40.076	-0.2	86	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	40.844	-2.1	87	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	40.279	-0.7	87	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	40.256	-0.6	85	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	41.676	-4.2	87	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	85	0.00
22		Acetophenone	40.000	39.835	0.4	84	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	82.048	-2.6	86	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	41.118	-2.8	88	0.00
25		Isophorone	40.000	40.832	-2.1	85	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	42.529	-6.3	87	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	40.973	-2.4	86	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	40.240	-0.6	85	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	41.413	-3.5	86	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	40.263	-0.7	87	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.808	0.5	85	0.00
32		Benzoic acid	40.000	43.017	-7.5	90	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	41.024	-2.6	85	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	40.730	-1.8	88	0.00
35		Caprolactam	40.000	41.507	-3.8	84	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	42.166	-5.4	87	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	40.427	-1.1	84	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	40.466	-1.2	84	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	85	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	40.789	-2.0	88	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	42.258	-5.6	86	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	84.769	-6.0	88	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	41.301	-3.3	86	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	42.318	-5.8	86	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	79.368	0.8	86	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	39.355	1.6	84	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	39.962	0.1	85	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG111722\
Data File : BG055658.D
Acq On : 17 Nov 2022 9:25
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Nov 18 03:10:48 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG111622.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Nov 17 02:02:46 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	42.151	-5.4	87	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	40.016	-0.0	84	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	40.845	-2.1	86	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	42.224	-5.6	87	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	40.500	-1.3	85	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	41.582	-4.0	85	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	44.293	-10.7	91	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	39.865	0.3	85	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	42.787	-7.0	84	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	43.441	-8.6	88	0.00
58		Fluorene	40.000	40.118	-0.3	84	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	42.074	-5.2	87	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	40.491	-1.2	85	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	40.592	-1.5	86	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	41.821	-4.6	87	0.00
63		Azobenzene	40.000	39.824	0.4	83	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	86	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	43.619	-9.0	89	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	39.592	1.0	86	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	39.823	0.4	85	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	40.311	-0.8	88	0.00
69		Atrazine	40.000	39.925	0.2	87	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	42.545	-6.4	86	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.614	1.0	86	0.00
72		Anthracene	40.000	39.513	1.2	86	0.00
73		Carbazole	40.000	39.831	0.4	86	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	40.090	-0.2	86	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	39.164	2.1	86	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	89	0.00
77		Benzidine	40.000	43.510	-8.8	93	0.00
78		Pyrene	40.000	39.212	2.0	86	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	80.020	-0.0	89	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	40.104	-0.3	88	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.804	0.5	88	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	39.816	0.5	86	0.00
83		Chrysene	40.000	40.017	-0.0	89	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	39.744	0.6	88	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	39.982	0.0	87	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	87	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	37.347	6.6	82	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	38.846	2.9	83	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	39.688	0.8	86	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.299	1.8	85	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	37.904	5.2	83	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	36.710	8.2	80	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG111722\
Data File : BG055658.D
Acq On : 17 Nov 2022 9:25
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Nov 18 03:10:48 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG111622.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Nov 17 02:02:46 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0