Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG112222\
Data File : BG055733.D
Acq On : 22 Nov 2022 10:06
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Nov 23 01:36:39 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG111622.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Nov 23 01:35:20 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	100	0.00
2		1,4-Dioxane	0.473	0.482	-1.9	103	0.00
3		Pyridine	1.451	1.382	4.8	92	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.768	0.714	7.0	91	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.106	1.029	7.0	92	0.00
6		Aniline	1.850	1.824	1.4	95	0.00
7	S	Phenol-d6	1.473	1.438	2.4	94	0.00
8		2-Chlorophenol	1.265	1.222	3.4	94	0.00
9		Benzaldehyde	1.000	0.925	7.5	93	0.00
10	C	Phenol	1.649	1.624	1.5	96	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.264	1.229	2.8	96	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.487	1.362	8.4	92	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.503	1.386	7.8	92	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.440	1.327	7.8	92	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.197	1.196	0.1	95	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.288	2.248	1.7	96	0.00
17		2-Methylphenol	1.171	1.161	0.9	96	0.00
18		Hexachloroethane	0.517	0.493	4.6	93	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.132	1.152	-1.8	97	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.636	1.701	-4.0	99	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	105	0.00
22		Acetophenone	0.520	0.479	7.9	96	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.378	0.351	7.1	97	0.00
24		Nitrobenzene	0.395	0.361	8.6	96	0.00
25		Isophorone	0.717	0.697	2.8	100	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.182	0.177	2.7	98	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.278	0.262	5.8	98	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.385	0.368	4.4	99	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.332	0.317	4.5	98	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.386	0.347	10.1	97	0.00
31		Naphthalene	1.081	0.996	7.9	97	0.00
32		Benzoic acid	0.228	0.196	14.0	89	0.00
33		4-Chloroaniline	0.446	0.436	2.2	101	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.264	0.229	13.3	93	0.00
35		Caprolactam	0.115	0.110	4.3	95	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.365	0.364	0.3	102	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.810	0.765	5.6	98	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.786	0.742	5.6	97	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	107	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.629	0.553	12.1	96	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.317	0.306	3.5	100	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.282	0.250	11.3	93	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.429	0.396	7.7	97	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.471	0.445	5.5	98	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.335	1.196	10.4	98	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.457	1.324	9.1	98	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.133	1.040	8.2	99	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG112222\
Data File : BG055733.D
Acq On : 22 Nov 2022 10:06
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Nov 23 01:36:39 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG111622.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Nov 23 01:35:20 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	0.372	0.361	3.0	101	0.00
49		Acenaphthylene	1.865	1.717	7.9	98	0.00
50		Dimethylphthalate	1.594	1.454	8.8	97	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.326	0.308	5.5	99	0.00
52	C	Acenaphthene	1.219	1.149	5.7	100	0.00
53		3-Nitroaniline	0.358	0.333	7.0	96	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.187	0.193	-3.2	106	0.00
55		Dibenzofuran	1.881	1.706	9.3	98	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.281	0.269	4.3	96	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	0.460	0.437	5.0	98	0.00
58		Fluorene	1.502	1.358	9.6	96	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.457	0.412	9.8	94	0.00
60		Diethylphthalate	1.612	1.457	9.6	96	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	0.826	0.742	10.2	96	0.00
62		4-Nitroaniline	0.374	0.340	9.1	96	0.00
63		Azobenzene	1.407	1.300	7.6	98	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	100	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.112	0.113	-0.9	96	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.551	0.531	3.6	98	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.228	0.214	6.1	93	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.253	0.236	6.7	95	0.00
69		Atrazine	0.218	0.195	10.6	91	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.155	0.139	10.3	85	0.00
71		Phenanthrene	1.079	0.990	8.2	93	0.00
72		Anthracene	1.049	0.969	7.6	94	0.00
73		Carbazole	0.943	0.848	10.1	91	0.00
74		Di-n-butylphthalate	1.171	1.064	9.1	91	0.00
75	C	Fluoranthene	1.313	1.142	13.0	89	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	97	0.00
77		Benzidine	0.463	0.403	13.0	81	0.00
78		Pyrene	1.354	1.255	7.3	88	0.00
79	S	Terphenyl-d14	1.000	0.929	7.1	90	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.530	0.510	3.8	92	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.378	1.266	8.1	88	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.484	0.443	8.5	86	0.00
83		Chrysene	1.311	1.203	8.2	89	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.762	0.728	4.5	92	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.303	1.251	4.0	91	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	95	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.638	1.403	14.3	82	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	1.303	1.170	10.2	84	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	1.298	1.159	10.7	84	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	1.118	0.995	11.0	84	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	1.339	1.167	12.8	84	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	1.349	1.136	15.8	81	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG112222\
Data File : BG055733.D
Acq On : 22 Nov 2022 10:06
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Nov 23 01:36:39 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG111622.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Nov 23 01:35:20 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0