Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG113016\
Data File : BG024947.D
Acq On : 30 Nov 2016 15:03
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC020
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTD02011

Quant Time: Nov 30 15:57:06 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\SOM02.2-EPA-BG113016.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Wed Nov 30 14:12:50 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	110	0.00
2		1,4-Dioxane	0.504	0.514	-2.0	115	0.00
3	S	1,4-Dioxane-d8	0.387	0.375	3.1	108	0.00
4		Benzaldehyde	1.299	1.287	0.9	104	0.00
5	S	Phenol-d5	1.725	1.685	2.3	107	0.00
6		Phenol	1.771	1.672	5.6	101	0.00
7	S	Bis-(2-Chloroethyl)ether-d8	1.067	1.018	4.6	104	0.00
8		Bis(2-Chloroethyl)ether	1.296	1.278	1.4	111	0.00
9	S	2-Chlorophenol-d4	1.207	1.160	3.9	104	0.00
10		2-Chlorophenol	1.213	1.166	3.9	104	0.00
11		2-Methylphenol	1.304	1.280	1.8	108	0.00
12		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.204	2.169	1.6	106	0.00
13	S	4-Methylphenol-d8	1.442	1.362	5.5	106	0.00
14		Acetophenone	2.194	2.127	3.1	108	0.00
15	P	N-Nitroso-di-n-propylamine	1.267	1.239	2.2	105	0.00
16		4-Methylphenol	1.451	1.371	5.5	110	0.00
17		Hexachloroethane	0.537	0.532	0.9	106	0.00
18	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	106	0.00
19	S	Nitrobenzene-d5	0.142	0.144	-1.4	108	0.00
20		Nitrobenzene	0.435	0.434	0.2	109	0.00
21		Isophorone	0.824	0.830	-0.7	106	0.00
22	S	2-Nitrophenol-d4	0.177	0.173	2.3	107	0.00
23	C	2-Nitrophenol	0.179	0.167	6.7	100	0.00
24		2,4-Dimethylphenol	0.410	0.424	-3.4	107	0.00
25		Bis(2-Chloroethoxy)methane	0.420	0.425	-1.2	105	0.00
26	S	2,4-Dichlorophenol-d3	0.340	0.352	-3.5	110	0.00
27	C	2,4-Dichlorophenol	0.330	0.341	-3.3	108	0.00
28		Naphthalene	0.930	0.948	-1.9	109	0.00
29	S	4-Chloroaniline-d4	0.334	0.339	-1.5	107	0.00
30		4-Chloroaniline	0.341	0.354	-3.8	108	0.00
31	C	Hexachlorobutadiene	0.283	0.281	0.7	105	0.00
32		Caprolactam	0.137	0.134	2.2	106	0.00
33	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.406	0.407	-0.2	106	0.00
34		2-Methylnaphthalene	0.734	0.746	-1.6	104	0.00
35	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	106	0.00
36		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.603	0.629	-4.3	114	0.00
37		Hexachlorocyclopentadiene	0.354	0.345	2.5	113	0.00
38	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.379	0.384	-1.3	109	0.00
39		2,4,5-Trichlorophenol	0.415	0.419	-1.0	105	0.00
40		1,1'-Biphenyl	1.213	1.244	-2.6	107	0.00
41		2-Chloronaphthalene	0.965	0.986	-2.2	112	0.00
42		2-Nitroaniline	0.378	0.394	-4.2	106	0.00
43	S	Dimethylphthalate-d6	1.376	1.426	-3.6	107	0.00
44		Dimethylphthalate	1.352	1.416	-4.7	110	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG113016\
Data File : BG024947.D
Acq On : 30 Nov 2016 15:03
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC020
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTD02011

Quant Time: Nov 30 15:57:06 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\SOM02.2-EPA-BG113016.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Wed Nov 30 14:12:50 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		2,6-Dinitrotoluene	0.291	0.298	-2.4	106	0.00
46	S	Acenaphthylene-d8	1.507	1.595	-5.8	111	0.00
47		Acenaphthylene	1.465	1.502	-2.5	106	0.00
48		3-Nitroaniline	0.252	0.254	-0.8	103	0.00
49	C	Acenaphthene	1.004	1.054	-5.0	111	0.00
50		2,4-Dinitrophenol	0.189	0.178	5.8	112	0.00
51	S	4-Nitrophenol-d4	0.236	0.240	-1.7	106	0.00
52		4-Nitrophenol	0.284	0.292	-2.8	111	0.00
53		Dibenzofuran	1.587	1.636	-3.1	109	0.00
54		2,4-Dinitrotoluene	0.438	0.443	-1.1	106	0.00
55		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.439	0.446	-1.6	107	0.00
56		Diethylphthalate	1.432	1.475	-3.0	107	0.00
57	S	Fluorene-d10	1.295	1.332	-2.9	107	0.00
58		Fluorene	1.292	1.309	-1.3	105	0.00
59		4-Chlorophenyl-phenylether	0.728	0.727	0.1	105	0.00
60		4-Nitroaniline	0.303	0.295	2.6	104	0.00
61	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	106	0.00
62	S	4,6-Dinitro-2-methylphenol-	0.124	0.123	0.8	111	0.00
63		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.128	0.126	1.6	109	0.00
64		N-Nitrosodiphenylamine	0.515	0.520	-1.0	105	0.00
65		4-Bromophenyl-phenylether	0.226	0.232	-2.7	109	0.00
66		Hexachlorobenzene	0.254	0.264	-3.9	107	0.00
67		Atrazine	0.245	0.244	0.4	103	0.00
68	C	Pentachlorophenol	0.153	0.145	5.2	105	0.00
69		Phenanthrene	0.955	0.995	-4.2	105	0.00
70	S	Anthracene-d10	0.844	0.858	-1.7	105	0.00
71		Anthracene	0.981	0.991	-1.0	101	0.00
72		Carbazole	0.819	0.878	-7.2	105	0.00
73		Di-n-butylphthalate	1.034	1.068	-3.3	105	0.00
74	C	Fluoranthene	1.134	1.277	-12.6	105	0.00
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	104	0.00
76	S	Pyrene-d10	0.824	0.868	-5.3	107	0.00
77		Pyrene	0.961	0.993	-3.3	103	0.00
78		Butylbenzylphthalate	0.376	0.381	-1.3	101	0.00
79		3,3'-Dichlorobenzidine	0.349	0.366	-4.9	105	0.00
80		Benzo(a)anthracene	1.039	1.062	-2.2	103	0.00
81		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.518	0.536	-3.5	105	0.00
82		Chrysene	0.972	1.012	-4.1	105	0.00
83	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	105	0.00
84		Di-n-octyl phthalate	0.812	0.870	-7.1	104	0.00
85		Benzo(b)fluoranthene	0.992	1.024	-3.2	104	0.00
86		Benzo(k)fluoranthene	0.943	0.973	-3.2	105	0.00
87	S	Benzo(a)pyrene-d12	0.810	0.840	-3.7	105	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG113016\
Data File : BG024947.D
Acq On : 30 Nov 2016 15:03
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC020
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTD02011

Quant Time: Nov 30 15:57:06 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\SOM02.2-EPA-BG113016.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Wed Nov 30 14:12:50 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88 C	Benzo(a)pyrene	0.954	0.973	-2.0	104	0.00
89	Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.185	1.201	-1.4	104	0.00
90	Dibenzo(a,h)anthracene	0.998	1.015	-1.7	105	0.00
91	Benzo(g,h,i)perylene	0.989	0.994	-0.5	104	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0