Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG113016\
Data File : BG024955.D
Acq On : 30 Nov 2016 20:57
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC020EC
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTD02012

Quant Time: Dec 01 01:13:57 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\SOM02.2-EPA-BG113016.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Thu Dec 01 01:03:36 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	99	0.00
2		1,4-Dioxane	0.504	0.478	5.2	97	0.00
3	S	1,4-Dioxane-d8	0.387	0.346	10.6	90	0.00
4		Benzaldehyde	1.299	1.315	-1.2	96	0.00
5	S	Phenol-d5	1.725	1.704	1.2	98	0.00
6		Phenol	1.771	1.781	-0.6	97	0.00
7	S	Bis-(2-Chloroethyl)ether-d8	1.067	1.092	-2.3	100	0.00
8		Bis(2-Chloroethyl)ether	1.296	1.318	-1.7	103	0.00
9	S	2-Chlorophenol-d4	1.207	1.273	-5.5	103	0.00
10		2-Chlorophenol	1.213	1.185	2.3	96	0.00
11		2-Methylphenol	1.304	1.296	0.6	99	0.00
12		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.204	2.361	-7.1	104	0.00
13	S	4-Methylphenol-d8	1.442	1.426	1.1	100	0.00
14		Acetophenone	2.194	2.202	-0.4	101	0.00
15	P	N-Nitroso-di-n-propylamine	1.267	1.334	-5.3	102	0.00
16		4-Methylphenol	1.451	1.484	-2.3	108	0.00
17		Hexachloroethane	0.537	0.569	-6.0	102	0.00
18	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	103	0.00
19	S	Nitrobenzene-d5	0.142	0.144	-1.4	105	0.00
20		Nitrobenzene	0.435	0.427	1.8	104	0.00
21		Isophorone	0.824	0.805	2.3	100	0.00
22	S	2-Nitrophenol-d4	0.177	0.175	1.1	105	0.00
23	C	2-Nitrophenol	0.179	0.172	3.9	100	0.00
24		2,4-Dimethylphenol	0.410	0.407	0.7	100	0.00
25		Bis(2-Chloroethoxy)methane	0.420	0.425	-1.2	102	0.00
26	S	2,4-Dichlorophenol-d3	0.340	0.335	1.5	101	0.00
27	C	2,4-Dichlorophenol	0.330	0.332	-0.6	103	0.00
28		Naphthalene	0.930	0.928	0.2	103	0.00
29	S	4-Chloroaniline-d4	0.334	0.320	4.2	99	0.00
30		4-Chloroaniline	0.341	0.348	-2.1	103	0.00
31	C	Hexachlorobutadiene	0.283	0.271	4.2	98	0.00
32		Caprolactam	0.137	0.141	-2.9	109	0.00
33	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.406	0.410	-1.0	103	0.00
34		2-Methylnaphthalene	0.734	0.722	1.6	98	0.00
35	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	103	0.00
36		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.603	0.590	2.2	104	0.00
37		Hexachlorocyclopentadiene	0.354	0.324	8.5	103	0.00
38	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.379	0.384	-1.3	106	0.00
39		2,4,5-Trichlorophenol	0.415	0.426	-2.7	104	0.00
40		1,1'-Biphenyl	1.213	1.247	-2.8	104	0.00
41		2-Chloronaphthalene	0.965	0.962	0.3	106	0.00
42		2-Nitroaniline	0.378	0.385	-1.9	101	0.00
43	S	Dimethylphthalate-d6	1.376	1.385	-0.7	101	0.00
44		Dimethylphthalate	1.352	1.370	-1.3	103	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG113016\
Data File : BG024955.D
Acq On : 30 Nov 2016 20:57
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC020EC
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTD02012

Quant Time: Dec 01 01:13:57 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\SOM02.2-EPA-BG113016.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Thu Dec 01 01:03:36 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		2,6-Dinitrotoluene	0.291	0.291	0.0	100	0.00
46	S	Acenaphthylene-d8	1.507	1.508	-0.1	102	0.00
47		Acenaphthylene	1.465	1.472	-0.5	101	0.00
48		3-Nitroaniline	0.252	0.250	0.8	99	0.00
49	C	Acenaphthene	1.004	1.053	-4.9	108	0.00
50		2,4-Dinitrophenol	0.189	0.180	4.8	110	0.00
51	S	4-Nitrophenol-d4	0.236	0.225	4.7	96	0.00
52		4-Nitrophenol	0.284	0.292	-2.8	108	0.00
53		Dibenzofuran	1.587	1.597	-0.6	103	0.00
54		2,4-Dinitrotoluene	0.438	0.455	-3.9	106	0.00
55		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.439	0.452	-3.0	105	0.00
56		Diethylphthalate	1.432	1.453	-1.5	102	0.00
57	S	Fluorene-d10	1.295	1.288	0.5	101	0.00
58		Fluorene	1.292	1.306	-1.1	102	0.00
59		4-Chlorophenyl-phenylether	0.728	0.738	-1.4	104	0.00
60		4-Nitroaniline	0.303	0.298	1.7	102	0.00
61	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	104	0.00
62	S	4,6-Dinitro-2-methylphenol-	0.124	0.120	3.2	106	0.00
63		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.128	0.133	-3.9	111	0.00
64		N-Nitrosodiphenylamine	0.515	0.512	0.6	101	0.00
65		4-Bromophenyl-phenylether	0.226	0.232	-2.7	106	0.00
66		Hexachlorobenzene	0.254	0.262	-3.1	104	0.00
67		Atrazine	0.245	0.252	-2.9	103	0.00
68	C	Pentachlorophenol	0.153	0.145	5.2	102	0.00
69		Phenanthrene	0.955	0.994	-4.1	102	0.00
70	S	Anthracene-d10	0.844	0.878	-4.0	105	0.00
71		Anthracene	0.981	1.008	-2.8	100	0.00
72		Carbazole	0.819	0.886	-8.2	103	0.00
73		Di-n-butylphthalate	1.034	1.071	-3.6	102	0.00
74	C	Fluoranthene	1.134	1.303	-14.9	105	0.00
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	105	0.00
76	S	Pyrene-d10	0.824	0.836	-1.5	104	0.00
77		Pyrene	0.961	0.981	-2.1	102	0.00
78		Butylbenzylphthalate	0.376	0.383	-1.9	103	0.00
79		3,3'-Dichlorobenzidine	0.349	0.374	-7.2	108	0.00
80		Benzo(a)anthracene	1.039	1.062	-2.2	104	0.00
81		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.518	0.509	1.7	101	0.00
82		Chrysene	0.972	0.992	-2.1	104	0.00
83	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	103	0.00
84		Di-n-octyl phthalate	0.812	0.891	-9.7	105	0.00
85		Benzo(b)fluoranthene	0.992	1.021	-2.9	103	0.00
86		Benzo(k)fluoranthene	0.943	0.975	-3.4	104	0.00
87	S	Benzo(a)pyrene-d12	0.810	0.844	-4.2	105	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG113016\
Data File : BG024955.D
Acq On : 30 Nov 2016 20:57
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC020EC
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTD02012

Quant Time: Dec 01 01:13:57 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\SOM02.2-EPA-BG113016.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Thu Dec 01 01:03:36 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88 C	Benzo(a)pyrene	0.954	0.991	-3.9	104	0.00
89	Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.185	1.221	-3.0	105	0.00
90	Dibenzo(a,h)anthracene	0.998	1.020	-2.2	105	-0.01
91	Benzo(g,h,i)perylene	0.989	0.991	-0.2	102	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0