Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN022020\
Data File : BN009788.D
Acq On : 20 Feb 2020 20:13
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Feb 21 02:50:28 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN021920.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Feb 19 15:57:43 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	156	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.411	-2.7	161	-0.02
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.458	-14.5	202	-0.04
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.441	-10.2	178	-0.02
5	S	Phenol-d6	0.400	0.433	-8.2	177	-0.02
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.398	0.5	161	-0.02
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	159	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.424	-6.0	179	-0.03
9		Naphthalene	0.400	0.389	2.8	159	-0.03
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.386	3.5	153	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.388	3.0	160	-0.02
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.389	2.8	161	-0.02
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	151	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.403	-0.8	171	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.397	0.8	156	-0.02
16		Acenaphthylene	0.400	0.374	6.5	157	-0.02
17		Acenaphthene	0.400	0.379	5.3	150	-0.01
18		Fluorene	0.400	0.358	10.5	140	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	136	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.253	36.8#	103	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.400	0.0	142	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.542	-35.5#	216	-0.03
23		Phenanthrene	0.400	0.362	9.5	133	-0.01
24		Anthracene	0.400	0.368	8.0	139	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.352	12.0	128	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.361	9.8	132	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	138	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.375	6.3	134	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.745	-86.3#	264	-0.01
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.370	7.5	144	-0.02
31		Chrysene	0.400	0.359	10.3	127	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.421	-5.2	162	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.361	9.8	125	-0.02
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	131	-0.01
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.372	7.0	133	-0.01
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.357	10.8	123	-0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.395	1.3	133	-0.02
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.361	9.8	126	-0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.359	10.3	125	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN022020\
Data File : BN009788.D
Acq On : 20 Feb 2020 20:13
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Feb 21 02:50:28 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN021920.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Feb 19 15:57:43 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0