Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN022120\
Data File : BN009810.D
Acq On : 21 Feb 2020 16:39
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Feb 21 17:09:38 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN021920.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Feb 19 15:57:43 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	116	-0.02
2		1,4-Dioxane	0.400	0.398	0.5	116	-0.02
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.414	-3.5	136	-0.02
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.410	-2.5	123	-0.02
5	S	Phenol-d6	0.400	0.364	9.0	111	-0.02
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.421	-5.2	126	-0.02
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	122	-0.03
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.352	12.0	114	-0.03
9		Naphthalene	0.400	0.389	2.8	122	-0.03
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.396	1.0	120	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.390	2.5	123	-0.03
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.393	1.8	124	-0.03
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	126	-0.02
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.355	11.3	125	-0.02
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.380	5.0	124	-0.03
16		Acenaphthylene	0.400	0.367	8.3	128	-0.02
17		Acenaphthene	0.400	0.383	4.3	125	-0.02
18		Fluorene	0.400	0.371	7.3	120	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	118	-0.02
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.149	62.7#	67	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.388	3.0	120	-0.02
22		Pentachlorophenol	0.400	0.413	-3.2	122	-0.02
23		Phenanthrene	0.400	0.368	8.0	118	-0.02
24		Anthracene	0.400	0.356	11.0	117	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.365	8.8	116	-0.02
26		Fluoranthene	0.400	0.361	9.8	115	-0.02
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	117	-0.02
28		Pyrene	0.400	0.392	2.0	118	-0.02
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.377	5.8	113	-0.02
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.370	7.5	121	-0.02
31		Chrysene	0.400	0.388	3.0	116	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.476	-19.0	154	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.397	0.8	116	-0.02
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	122	-0.01
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.349	12.8	116	-0.01
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.363	9.3	116	-0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.385	3.8	120	-0.02
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.340	15.0	110	-0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.372	7.0	120	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN022120\
Data File : BN009810.D
Acq On : 21 Feb 2020 16:39
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Feb 21 17:09:38 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN021920.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Feb 19 15:57:43 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0