Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN030220\
Data File : BN010036.D
Acq On : 02 Mar 2020 12:22
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 02 15:35:46 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN021920.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Mar 02 15:27:13 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	91	-0.03
2		1,4-Dioxane	0.410	0.415	-1.2	93	-0.03
3		n-Nitrosodimethylamine	0.673	0.601	10.7	93	-0.03
4	S	2-Fluorophenol	0.889	0.969	-9.0	103	-0.03
5	S	Phenol-d6	1.082	1.082	0.0	96	-0.02
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.052	1.127	-7.1	102	-0.03
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	97	-0.04
8	S	Nitrobenzene-d5	0.333	0.313	6.0	97	-0.03
9		Naphthalene	1.091	1.069	2.0	98	-0.04
10		Hexachlorobutadiene	0.240	0.229	4.6	92	-0.04
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.774	0.752	2.8	98	-0.04
12		2-Methylnaphthalene	0.748	0.730	2.4	99	-0.04
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	102	-0.04
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.154	0.170	-10.4	126	-0.03
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.510	1.427	5.5	101	-0.04
16		Acenaphthylene	1.705	1.641	3.8	110	-0.04
17		Acenaphthene	1.199	1.158	3.4	103	-0.04
18		Fluorene	1.582	1.540	2.7	103	-0.03
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	104	-0.04
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.279	0.107	61.6#	42#	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.249	0.233	6.4	102	-0.04
22		Pentachlorophenol	0.064	0.054	15.6	118	-0.04
23		Phenanthrene	1.190	1.113	6.5	106	-0.04
24		Anthracene	1.006	0.960	4.6	111	-0.03
25	SURR	Fluoranthene-d10	1.384	1.314	5.1	106	-0.03
26		Fluoranthene	1.425	1.375	3.5	109	-0.03
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	104	-0.03
28		Pyrene	1.519	1.571	-3.4	111	-0.03
29	S	Terphenyl-d14	0.956	0.948	0.8	105	-0.03
30		Benzo(a)anthracene	1.327	1.184	10.8	104	-0.03
31		Chrysene	1.536	1.478	3.8	102	-0.03
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.648	1.004	-54.9#	179#	-0.03
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.599	1.522	4.8	99	-0.06
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	108	-0.04
35		Benzo(b)fluoranthene	1.462	1.302	10.9	106	-0.04
36		Benzo(k)fluoranthene	1.592	1.429	10.2	102	-0.04
37	C	Benzo(a)pyrene	1.334	1.272	4.6	106	-0.04
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.314	1.133	13.8	100	-0.06
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.400	1.257	10.2	103	-0.06

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN030220\
Data File : BN010036.D
Acq On : 02 Mar 2020 12:22
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 02 15:35:46 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN021920.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Mar 02 15:27:13 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0