Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN032420\
Data File : BN010339.D
Acq On : 24 Mar 2020 22:52
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 25 03:21:51 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN031920.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Mar 19 15:26:45 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	97	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.399	0.3	94	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.397	0.8	102	0.02
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.389	2.8	95	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.389	2.8	96	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.400	0.0	96	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	96	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.387	3.3	98	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.409	-2.2	98	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.422	-5.5	103	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.444	-11.0	109	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.394	1.5	97	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	93	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.342	14.5	89	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.415	-3.7	95	-0.01
16		Acenaphthylene	0.400	0.371	7.3	92	-0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.399	0.3	93	0.00
18		Fluorene	0.400	0.395	1.3	94	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	92	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.383	4.3	90	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.427	-6.7	99	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.309	22.8	83	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.404	-1.0	95	-0.01
24		Anthracene	0.400	0.363	9.3	89	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.430	-7.5	104	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.390	2.5	94	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	88	0.00
28		Pyrene	0.400	0.424	-6.0	94	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.419	-4.7	92	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.382	4.5	88	-0.01
31		Chrysene	0.400	0.407	-1.7	89	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.300	25.0#	73	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.413	-3.2	84	-0.02
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	82	-0.01
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.412	-3.0	93	-0.01
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.404	-1.0	85	-0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.387	3.3	87	-0.01
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.411	-2.7	83	-0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.411	-2.7	89	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN032420\
Data File : BN010339.D
Acq On : 24 Mar 2020 22:52
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 25 03:21:51 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN031920.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Mar 19 15:26:45 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0