Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA N\Data\BN040219\
Data File : BN005053.D
Acq On : 02 Apr 2019 09:52
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Apr 03 02:16:39 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN032819.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 29 03:42:17 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	108	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.398	0.5	110	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.365	8.8	121	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.418	-4.5	117	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.429	-7.2	123	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.439	-9.7	121	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	114	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.403	-0.8	123	-0.01
9		Naphthalene	0.400	0.432	-8.0	126	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.434	-8.5	124	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.433	-8.2	127	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.429	-7.2	125	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	112	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.371	7.3	118	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.435	-8.7	123	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.405	-1.3	122	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.431	-7.7	125	0.00
18		Fluorene	0.400	0.422	-5.5	122	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	108	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.412	-3.0	117	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.435	-8.7	123	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.383	4.3	105	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.425	-6.2	120	0.00
24		Anthracene	0.400	0.410	-2.5	120	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.420	-5.0	120	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.416	-4.0	118	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	103	0.00
28		Pyrene	0.400	0.446	-11.5	118	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.423	-5.7	112	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.403	-0.8	111	0.00
31		Chrysene	0.400	0.437	-9.2	114	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.383	4.3	116	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.425	-6.2	112	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	103	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.422	-5.5	113	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.434	-8.5	113	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.424	-6.0	114	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.413	-3.2	111	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.420	-5.0	112	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA N\Data\BN040219\
Data File : BN005053.D
Acq On : 02 Apr 2019 09:52
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Apr 03 02:16:39 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN032819.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 29 03:42:17 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0