Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA N\Data\BN041420\
Data File : BN010487.D
Acq On : 14 Apr 2020 20:53
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Apr 14 23:06:17 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN041320.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Apr 13 18:04:22 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	86	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.447	-11.7	97	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.479	-19.7	122	-0.02
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.412	-3.0	88	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.430	-7.5	92	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.450	-12.5	95	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	86	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.434	-8.5	98	-0.01
9		Naphthalene	0.400	0.439	-9.7	96	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.409	-2.2	88	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.407	-1.7	89	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.443	-10.7	97	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	89	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.376	6.0	88	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.450	-12.5	100	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.420	-5.0	96	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.430	-7.5	97	0.00
18		Fluorene	0.400	0.423	-5.7	96	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	87	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.423	-5.7	95	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.430	-7.5	92	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.430	-7.5	110	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.444	-11.0	97	0.00
24		Anthracene	0.400	0.449	-12.2	100	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.417	-4.2	91	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.447	-11.7	97	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	87	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.447	-11.7	98	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.489	-22.2	108	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.418	-4.5	92	0.00
31		Chrysene	0.400	0.432	-8.0	95	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.390	2.5	89	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.437	-9.2	94	-0.02
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	85	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.438	-9.5	94	-0.01
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.438	-9.5	94	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.450	-12.5	97	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.449	-12.2	96	-0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.459	-14.8	97	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA N\Data\BN041420\
Data File : BN010487.D
Acq On : 14 Apr 2020 20:53
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Apr 14 23:06:17 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN041320.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Apr 13 18:04:22 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0