Quantitation Report (Qedit)

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA N\Data\BN041420\
Data File : BN010472.D
Acq On : 14 Apr 2020 07:57
Operator : CG/JU
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Quant Time: Apr 14 08:33:18 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN041320.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Apr 13 18:04:22 2020
Response via : Initial Calibration







TIC: BN010472.D

(22) Pentachlorophenol

16.633min (-0.008) 5723.62ng

response 615416

Ion	Exp%	Act%
266.00	100	100
264.00	64.70	66.88
268.00	67.10	66.64
0.00	0.00	0.00